

## VERBALE VALUTAZIONE TECNICO QUALITATIVA

### GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE ED INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO DI APPARECCHIATURE DI DISINFEZIONE AD ALTO LIVELLO (LAVAENDOSCOPI) OCCORRENTI AL SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DELL'A.O. ORDINE RONDISSONE, 10030 TOMAURIZIANO DI TORINO

Commissione Giudicatrice nominata con deliberazione n. 530 del 22/07/2021 per l'affidamento della fornitura in service ed installazione chiavi in mano di apparecchiature di disinfezione ad alto livello occorrenti al servizio di Endoscopia dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino.

Componenti della Commissione:

Dr. Rodolfo Rocca Direttore della S.C. Gastroenterologia – Presidente;  
Dr. Paolo Righini Dirigente Medico della S.C. Pneumologia – Componente;  
Arch. Piero Armano Direttore S.C. Tecnico Generale – Componente;  
Dr. Carlo Macchiolo Dirigente medico Direzione sanitaria di Presidio – Componente;  
C.P.T. Alessandro Bruno - S.S. Ingegneria Clinica - Componente.

Visti i precedenti verbali n. 1 del 16.09 e n. 2 del 21.09 relativamente alle valutazioni tecniche della documentazione presentata dalle ditte offerenti.

Dalla valutazione delle schede tecniche, sono emerse alcune necessità di chiarimento che sono state rivolte tramite la piattaforma Sintel alla ditta Cantel, ottenendo la risposta allegata al presente verbale.

La Commissione, valutate le schede tecniche e la risposta ai chiarimenti ha giudicato non idonea la ditta CANTEL in quanto:

- Il detergente offerto (nello specifico: Intercept Plus) non è di tipo enzimatico, come richiesto all'art.2 del Capitolato tecnico.
- Il disinfettante offerto (nello specifico: Rapicide A/B) non rispetta la normativa EN14885, come richiesto all'art.2 del Capitolato tecnico.

Risulta invece idonea l'offerta della ditta PENTAX.

La Commissione prosegue nella valutazione di quanto offerto e procede all'attribuzione del punteggio di qualità secondo i criteri previsti dal disciplinare di gara.


L'attribuzione del relativo punteggio viene riportato di seguito al presente documento.

La Commissione termina i lavori alle ore 15.30 e trasmette il presente verbale alla S.C. Provveditorato per gli adempimenti successivi.

Torino, li 30 Settembre 2021

Dr. Rodolfo Rocca

Dr. Paolo Righini



**Azienda Ospedaliera  
Ordine Mauriziano  
di Torino**

---

Sede legale: Via Magellano, 1 - 10128 TORINO - Tel. +39 011.508.1111 - [www.mauriziano.it](http://www.mauriziano.it) - P.I./Cod. Fisc. 09059340019

Arch. Piero Armano

Dr. Carlo Macchiolo

C.P.T. Alessandro Bruno

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE ED  
INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO DI APPARECCHIATURE DI DISINFEZIONE AD  
ALTO LIVELLO (LAVAENDOSCOPI) OCCORRENTI AL SERVIZIO DI ENDOSCOPIA  
DELL’A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO**

**VERBALE VALUTAZIONE TECNICO/QUALITATIVA DEI PRODOTTI**

**COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Dr. Rodolfo Rocca Direttore della S.C. Gastroenterologia – Presidente;

Dr. Paolo Righini Dirigente Medico della S.C. Pneumologia – Componente;

Arch. Piero Armano Direttore S.C. Tecnico Generale – Componente;

Dr. Carlo Macchiolo Dirigente medico Direzione sanitaria di Presidio – Componente;

C.P.T. Alessandro Bruno - S.S. Ingegneria Clinica - Componente.

Nel mesi di Agosto e Settembre 2021 si sono effettuate le valutazioni delle apparecchiature offerte dalle Società partecipanti alla gara in oggetto.

Le valutazioni tecnico-qualitative e relative attribuzione dei coefficienti di valutazione sono stati attribuiti all’unanimità e non si è reso pertanto necessario calcolare la media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

L’attribuzione del relativo punteggio viene riportato di seguito al presente documento.

Griglia predefinita per l’attribuzione dei coefficienti dei valori dei giudizi

| SCALA DI VALUTAZIONE | COEFFICIENTE |
|----------------------|--------------|
| OTTIMO               | 1            |
| BUONO                | 0,8          |
| DISCRETO             | 0,6          |
| SUFFICIENTE          | 0,4          |
| SCARSO               | 0,2          |
| NON ADEGUATO         | 0            |

**1. PROGETTO**

**MAX 15 PUNTI**

| MODELLO OFFERTO  |               | MOD. WD440PT |                      |  |        |
|--|---------------|--------------|----------------------|--|--------|
| CARATTERISTICHE RICHIESTE  | PUNTEGGIO MAX | GIUDIZIO     | PUNTEGGIO ATTRIBUITO | MOTIVAZIONE  | TOTALE |
| Numero di vasche complessive offerte   | 2             | 1            | 2                    |  | 14,4   |
| Tempo complessivo di esecuzione della prestazione nella sede (tempo di reprocessing moltiplicato per le app. proposte)   | 3             | 0,8          | 2,4                  | E' stato attribuito giudizio pari a Buono (0,8) in quanto ci si aspettava un valore inferiore di ciclo |        |
| Ottimizzazione degli spazi a disposizione ed ergonomia del sistema nella sede  | 3             | 1            | 3                    |  |        |
| Impatto rispetto alla organizzazione del lavoro nella sede   | 2             | 1            | 2                    |  |        |
| Sicurezza operativa (indicazione su come si intende garantire l'operatività della sede in caso di guasti/fermi macchina) | 5             | 1            | 5                    |  |        |

**2. LAVADISINFETTATRICE PER ENDOSCOPI**

**MAX 15 PUNTI**

| MODELLO OFFERTO                             |               | MOD. WD440PT |                      |  |
|---|---------------|--------------|----------------------|--|
| CARATTERISTICHE RICHIESTE                   | PUNTEGGIO MAX | GIUDIZIO     | PUNTEGGIO ATTRIBUITO |  |
| Specifiche tecniche generali e di sicurezza | 15            | 1            | 15                   |  |

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'AL', 'Lun', and several illegible signatures.*

**3. LAVADISINFETTATRICE PER ENDOSCOPI****MAX 10 PUNTI**

| MODELLO OFFERTO  |               | MOD. WD440PT |                      |
|--|---------------|--------------|----------------------|
| CARATTERISTICHE RICHIESTE  | PUNTEGGIO MAX | GIUDIZIO     | PUNTEGGIO ATTRIBUITO |
| Specifiche funzionali - Ergonomia e semplicità d'uso - Dotazione | 10            | 1            | 10                   |

**4. LAVADISINFETTATRICE PER ENDOSCOPI****MAX 5 PUNTI**

| MODELLO OFFERTO  |               | MOD. WD440PT |                      |
|--|---------------|--------------|----------------------|
| CARATTERISTICHE RICHIESTE                                      | PUNTEGGIO MAX | GIUDIZIO     | PUNTEGGIO ATTRIBUITO |
| Specifiche sistema di tracciabilità a bordo macchina/stampante | 5             | 1            | 5                    |

**5. LAVELLO AUTOMATICO****MAX 3 PUNTI**

| CARATTERISTICHE RICHIESTE                  | PUNTEGGIO MAX | GIUDIZIO | PUNTEGGIO ATTRIBUITO |
|--|---------------|----------|----------------------|
| Specifiche funzionali - Ergonomia utilizzo | 3             | 1        | 3                    |

**6. ARMADIO ASCIUGATURA****MAX 2 PUNTI**

| MODELLO OFFERTO                            |               | DRY320   |                      |
|--|---------------|----------|----------------------|
| CARATTERISTICHE RICHIESTE                  | PUNTEGGIO MAX | GIUDIZIO | PUNTEGGIO ATTRIBUITO |
| Specifiche funzionali - Ergonomia utilizzo | 2             | 1        | 2                    |

**7. SISTEMA INFORMATIVO****MAX 10 PUNTI**

| CARATTERISTICHE RICHIESTE  | PUNTEGGIO MAX | GIUDIZIO | PUNTEGGIO ATTRIBUITO |
|----------------------------|---------------|----------|----------------------|
| Vedasi art. 9 Disciplinare | 10            | 1        | 10                   |

**8. ASSISTENZA TECNICA****MAX 10 PUNTI**

| CARATTERISTICHE RICHIESTE  | PUNTEGGIO MAX | GIUDIZIO | PUNTEGGIO ATTRIBUITO |
|--|---------------|----------|----------------------|
| Orario di intervento - Tempo di intervento - Tempo di risoluzione - Reperibilità - Fornitura di app. sostitutiva | 10            | 1        | 10                   |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| PUNTEGGIO TOTALE          | 69,4 |
| PUNTEGGIO RIPROPORZIONATO | 70   |

Torino 30/09/2021

La Commissione Giudicatrice composta da:

Dr. Rodolfo Rocca

Dr. Paolo Righini

Arch. Piero Armano

Dr. Carlo Macchiolo

C.P.T. Alessandro Bruno

