



**OGGETTO: VERBALE TECNICO PER LA GARA PER LA FORNITURA DI  
DISPOSITIVI PER NEONATOLOGIA- BIBERON E POPPATOI PER NEONATOLOGIA.**

La Commissione ha preliminarmente effettuato un esame delle caratteristiche tecniche desumibili dalle confezioni/schede tecniche dei prodotti, in ordine alla conformità con quanto richiesto dal capitolato.

Dall'esame della valutazione tecnica-qualitativa, dalle considerazioni delle risposte ai chiarimenti, è emerso che le ditte CODAN, LABOR, LIFETECH non sono risultate conformi al capitolato secondo quanto segue

CODAN : non ha indicato il metodo di smaltimento – punto c del punto 2 scheda tecnica.

LABOR : biberon non trasparenti e facilmente comprimibili, quindi poco maneggevoli.  
Inoltre la prova d'uso per le tettarelle ha dato risultato negativo in quanto, durante la suzione, il neonato ha manifestato difficoltà e sulla base della ghiera si è osservato la perdita di gocce di liquido.

LIFETHEC biberon non trasparenti.

La Ditta CAIR è risultata conforme.

Torino, 16/06/2017

La Commissione tecnica:

Mario Francesco FRIGERIO

Maria Rosaria PAPANDREA

Alexandra DO NASCIMENTO

Direttore S.C. Neonatologia

Dirigente farmacista

Infermiera Addetta al Controllo Infezione

*[Handwritten signatures: Frigerio, Papandrea, Nascimento]*