

Area acquisizione beni, servizi, tecnologie e logistica

S.C. Provveditorato

Direttore: Dr.ssa Carmelina SIANI

Via Magellano n. 1 - Torino

Telefono: 011/508.2797

Fax 011/508.2255

e-mail: csiani@mauriziano.it

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA E BRONCHIALE ESPLETATA DALL’AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO QUALE STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 26-6945 DEL 23.12.2013 PER CONTO DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: A.O.U. “SAN LUIGI GONZAGA” DI ORBASSANO, ASL TO3 E ASL TO5 COSTITUENTI L’AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO 1. - CPV 33190000-8 CODICE SIMOG 8654733 – REVOCA DEI LOTTI N. 70-90-115

VERBALE DEL RUP DEL 20/10/2022

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, sono pervenute mediante la piattaforma Sintel alcune richieste di chiarimento (costituenti parti integranti al presente verbale anche se materialmente non allegate) da parte dei fornitori partecipanti. In particolare sono stati richiesti chiarimenti in merito ai seguenti Lotti:


- Lotto 70 - BOCCAGLIO PER L’INTRODUZIONE DELL’ENDOSCOPIO
- Lotto 90 – Videocapsula Endoscopica
- Lotto 115 - SPUGNE E SALVIETTE PER LA PULIZIA ESTERNA DEGLI STRUMENTI ENDOSCOPICI

Vista la natura tecnica dei chiarimenti richiesti, il Rup ha ritenuto opportuno richiedere supporto al Nucleo Tecnico, che ha fornito delucidazioni.

Il Rup, alla luce di quanto specificato dal Nucleo Tecnico e riscontrate alcune criticità nelle descrizioni dei Lotti in questione, tali da non permettere ai fornitori una identificazione precisa e esaustiva dei prodotti in gara, anche con riferimento alla differenza di prezzo tra i vari prodotti inseriti nel singolo lotto, ritiene di dover revocare in autotutela i lotti in oggetto.

Si rappresentano qui di seguito i quesiti posti dai fornitori e le relative risposte, pubblicate nella sezione “Documentazione di Gara” di Sintel:

1) Chiarimenti del 30/09/2022:



DOMANDA N. 14

LOTTO 115 – Si chiede di suddividere il lotto in 2 voci distinte in quanto le spugne e le salviette hanno prezzi diversi.

RISPOSTA N. 14 – Si prende atto di quanto osservato dall'O.E., la Stazione appaltante procederà al ritiro del lotto.

2) Chiarimenti del 30/09/2022

DOMANDA N. 7

LOTTO 70 – Si segnala che il boccaglio per l'introduzione dell'endoscopio monouso, oltre a non essere autoclavabile, ha un prezzo differente da quello pluriuso, si chiede pertanto di suddividere il lotto in 2 voci distinte;

RISPOSTA N. 7

LOTTO 70 - Si prende atto di quanto osservato dall'O.E., la Stazione appaltante procederà al ritiro del lotto.

Chiarimenti del 13/10/2022

DOMANDA N. 2

Relativamente alla vostra pubblicazione per la GARA in oggetto e dall'analisi della documentazione pubblicata, si fa notare che il documento "ALLEGATO 1 AL CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME ESSENZIALI" mostra per il lotto 90 – Videocapsula endoscopica "alcuni requisiti tecnici che non sono parte integrante del sistema e non sono a nostro modesto parere ammissibili come richiesta tecnica e perché individuerebbero in questo modo solo un'unica azienda, non permettendo una equa e competizione a più operatori economici.


Nello specifico sottolineiamo

1) che alla 5° voce in elenco "certificazione FDA per l'utilizzo in età pediatrica", si richiede che il dispositivo offerto debba avere una certificazione della FOOD and DRUG Administration Statunitense e non viene richiesta quella CE della comunità Europea. Inoltre i dispositivi commercializzati in Italia non devono avere questo tipo di certificazione. Quindi la richiesta è del tutto non congrua alle normative vigenti, e si richiede di toglierla così come è stata espressa.

2) all'ultima voce si richiede "dotazione di capsula dissolvibile per la verifica della pervietà intestinale precedente all'esame su pazienti con sospetta stenosi", di proprietà di una sola azienda, non è una parte del sistema diagnostico necessario per l'esecuzione di questa tipologia di esame, ma trattasi di un particolare capsula dissolvibile che viene fatta ingerire ad una ristretta popolazione di pazienti con particolari condizioni, che ha solo lo scopo di verificare se un corpo della dimensione di una videocapsula possa percorrere l'intero tratto gastrointestinale senza ostruirlo. Date le dimensioni standard delle videocapsule tale test è compatibile con altre videocapsule.

L'inserimento quindi di questo requisito, difatti rende il lotto 90 per nulla "aperto" e assolutamente lesivo del principio di massima Concorrenza e di equa competizione per più operatori economici che potrebbero concorrere alla procedura da voi pubblicata. L'inserimento del requisito "dotazione di capsula dissolvibile per la verifica della pervietà intestinale precedente all'esame su pazienti con sospetta stenosi" in un lotto unico costituisce un impedimento diretto ed ingiustificato all'apertura di questa procedura pubblica alla concorrenza, violando proprio i principi di libera concorrenza e non discriminazione definiti dal codice degli appalti.

Si fa notare che in numerose gare di altre strutture ospedaliere Italiane, prevedono la discrezionalità d'offerta per la capsula Patency (nome commerciale proprietario di una sola azienda), oppure un lotto dedicato per questo prodotto, permettendo così di formulare offerta a più aziende fornitrici



lasciando la facoltà all'ente ospedaliero di acquistare separatamente la "Patency" garantendo al contempo il "favor participationis" come previsto dal Codice degli Appalti e l'acquisizione, separata, del dispositivo "Patency".

Quindi si richiede di modificare la struttura dell'offerta richiesta eliminando la voce "dotazione di capsula dissolvibile per la verifica della pervietà intestinale precedente all'esame su pazienti con sospetta stenosi" o separarla in un differente Lotto tale da, permettere una più ampia ed equa partecipazione tra più operatori economici per la fornitura del sistema di videocapsule, e allo stesso tempo poter ricevere adeguata offerta per il dispositivo capsula tipo "Patency" garantendo anche per questo l'approvvigionamento richiesto.

RISPOSTA N. 2

"La stazione appaltante ritiene opportuno, alla luce di successivi approfondimenti da parte del Nucleo Tecnico che ha redatto il Capitolato Tecnico, di procedere al ritiro del Lotto 90. "

Il RUP da' atto che la risposta del Nucleo Tecnico è depositata agli atti e va considerata quale parte integrante al presente verbale anche se non materialmente allegata.

Si evidenzia che, per maggiore chiarezza, è stata pubblicata nella medesima sezione di Sintel, una comunicazione con la quale si riepilogano i lotti ritirati (comunicazione del 19/10/2022).

Torino, 20/10/2022

Il RUP
Dott.ssa Carmelina Siani

