

VERBALE 2 - COMMISSIONE GIUDICATRICE – ARREDI

La Commissione Giudicatrice, composta dall'Ing. Savant Levet Piergiuseppe come Presidente, dalla Dott.ssa Maria Cristina Favero Fra, come componente e da Roberta Demartino come componente, si è riunita alle ore 10:30 del 09 Giugno 2022 presso gli uffici della S.S. Ingegneria clinica.

La Commissione ha dovuto apporre una modifica al calendario delle visioni, rispetto a quanto concordato nel calendario del Verbale 1, in quanto un Componente della Commissione non poteva essere presente in data 24 Maggio 2022: la visione della ditta Givas è stata spostata in data 26 Maggio 2022.

Inoltre, sia la ditta CFS sia la ditta Malvestio, non si sono presentate nelle date stabilite per far visionare la campionatura.

La Commissione, preso atto delle risposte fornite ai chiarimenti richiesti nel verbale precedente, procede con le verifiche dei requisiti minimi richiesti da Capitolato.

La Ditta CFS non è risultata idonea per il seguente requisito minimo richiesto:

- il letto degenza ordinaria offerto non risulta idoneo, in quanto le misure di ingombro risultano maggiori rispetto a quelle riportate sul capitolato di gara (hanno offerto 212x100cm rispetto a 220x93 cm richiesto da capitolato);
- il letto degenza sub-intensiva offerto non risulta idoneo, in quanto le misure di ingombro risultano maggiori rispetto a quelle riportate sul capitolato di gara (hanno offerto 212x100cm rispetto a 225x99 cm richiesto da capitolato).

La Ditta Malvestio non è risultata idonea per il seguente requisito minimo richiesto:

- il letto degenza ordinaria offerto non risulta idoneo, in quanto le misure di ingombro risultano maggiori rispetto a quelle riportate sul capitolato di gara (hanno offerto 220x99 cm rispetto a 220x93 cm richiesto da capitolato).

CF

RS

Le dimensioni dei letti offerti dalle ditte CFS e Malvestio non consente il trasferimento dei pazienti attraverso alcuni ascensori presenti in Azienda che hanno porte di accesso con dimensioni inferiori. L'offerta della ditta Givas è risultata idonea in quanto conforme ai requisiti previsti nel capitolato oggetto di gara.

La Commissione procede quindi all'attribuzione del punteggio qualità secondo i criteri previsti dal disciplinare di gara che vengono riportati in allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. (Allegato n.1).


Di seguito si riportano i punteggi complessivi attribuiti alla ditta concorrente:


Parametro di valutazione	Ditta GIVAS
Caratteristiche strutturali e funzionali . Massimo 45 punti.	40
Caratteristiche generali ed elementi estetici. Massimo 5 punti.	5
Servizi connessi alla fornitura, piano di assistenza e manutenzione post vendita. Massimo 15 punti.	15
Certificazioni, sicurezza ed igiene . Massimo 5 punti.	5
TOTALE	70 PUNTI
TOTALE RIPROPORZIONATO	70 PUNTI

La Commissione termina i lavori alle ore 13:30 e trasmette il presente verbale alla S.C. Provveditorato per gli adempimenti successivi.

Torino, il 09 Giugno 2022

La Commissione di valutazione:

- Ing Savant Levet Piergiuseppe 
Dirigente S.S. Ingegneria Clinica - Presidente

- Dott.ssa Favero Fra Cristina 
Dirigente DI.P.S.A. - Componente

- Roberta Demartino
IFOC - Componente

