



VALUTAZIONE SISTEMA MONOUSO PER L'IGIENE PERSONALE

In data 12 aprile 2021 la commissione si riunisce per verificare la documentazione tecnica presentata dalle ditte Diemme dispositivi medici Srl e Coremec srl.

Si concordano le modalità di valutazione della campionatura presentata e si definisce la scheda di valutazione che verrà compilata a cura del personale del reparto scelto.

Si concorda di procedere con la prova pratica presso il reparto 1A poiché presso questa realtà sono presenti pazienti allettati e in terapia semi intensiva.

I giorni scelti per la prova pratica sono stati il 20 e 21 Aprile per la ditta Diemme e 22 e 23 Aprile per la ditta Coremec.

In data 26 aprile 2021 la commissione si riunisce per esaminare le valutazioni condotte a seguito della prova pratica condotta presso il reparto 1A (in allegato la scheda di valutazione compilata).

I prodotti offerti dalle due ditte sono risultati idonei ma è stata evidenziata una criticità importante rispetto al sistema riscaldante della ditta Coremec.

La commissione concorda nel **non ritenere idoneo il sistema presentato dalla ditta Coremec poiché non è portatile come richiesto e, al momento della prova non è risultato funzionante.**

In data 6 maggio 2021 la commissione prende visione nuovamente della documentazione presentata, della valutazione condotta e redige il presente verbale a sintesi di quanto condotto.

Silvia Bagnato

Emanuela Irene

Antonello Mercugliano