

Criteria di valutazione (punteggio max complessivo 50/100)

1) CARATTERISTICHE TECNICHE - max 30 punti

- Flaconi in plastica/vetro
- Flaconi con tipologie di brodi di coltura per germi aerobi, anaerobi, difficili e miceti con rapporto ottimale campione/brodo 1/10 con possibilità di prelievo anche per pazienti pediatrici (compreso neonati fisiologici e in Terapia Intensiva Neonatale)
- Necessità di supplementi di crescita per germi difficili o per liquidi
- Modalità di prelievo in sicurezza con dispositivi adattabili al sistema sottovuoto
- Presenza di sostanze per l'inattivazione di antibatterici di comprovata efficacia
- Possibilità di sub coltura dei campioni positivi senza uso di dispositivi ad ago
- Possibilità di reinserimento in macchina dei campioni positivi
- Conservazione dei flaconi : indicare a quale temperatura e in quale ambiente (es. al buio..)
- Indicare la stabilità e i tempi medi di scadenza dei lotti
- Possibilità di brodi di crescita compatibili con identificazione diretta degli isolati tramite tecniche in biologia molecolare o in spettrometria di massa MALDI-TOF
- Caratteristiche del software epidemiologico dedicato e modalità di monitoraggio delle curve di crescita

2) ADATTABILITA' DEL LABORATORIO - max 10 punti

- Ingombro strumentale contenuto riferito al n. di campioni processabili. Indicare misure e peso
- Possibilità di immissione ritardata dei flaconi
- Rumorosità in decibel durante il funzionamento
- Volume di stoccaggio dei reagenti
- Modalità di smaltimento dei reagenti
- Modalità di gestione della manutenzione ordinaria da parte del Laboratorio

3) ASSISTENZA TECNICA - max 10 punti

- Modalità e tempi di intervento di manutenzione su chiamata, compresi i giorni festivi e prefestivi ed il periodo estivo
- Descrizione del servizio di assistenza, con numero di addetti dedicati, sedi ed organizzazione specifica
- Specifiche dell'assistenza per via telematica
- Programma di manutenzione preventiva (n° di interventi di manutenzione ordinaria)
- Modalità di effettuazione dei corsi di formazione

Componente: Dr.ssa *AUOCO ALESSANDRA*, *BIANCO ORNELLA*

CRITERIO 1

DITTA BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	SCELTA
OTTIMO	1,00	
BUONO	0,90	

DISCRETO	0,60	
ADEGUATO	0,35	X
SUFFICIENTE	0,20	X
SCARSO	0,00	

MOTIVAZIONI

MINORE SICUREZZA NEL PRELIEVO e NELLA FASE DI SUBCOLTURA PER L'OPERATORE; MINORE TIPOLOGIA DI FLACONI OFFERTI; RANGE di TEMPERATURA dei FLACONI PER LA CONSERVAZIONE RISRETTA; VOLUME OTTIMALE di SANGUE DA PRELEVARE NON INDICATO SUL FLACONE; MANCATA POSSIBILITA' di SPOSTAMENTO DA UN SISTEMA ALL'ALTRO, nello STESSO REPARTO, SENZA LA PERDITA DELLA CURVA di CRESCITA; EVENTUALE NECESSITA' di AGGIUNTA di SANGUE PER RECUPERO MICROORGANISMI ESIGENTI.

FIRMA

Allocco Alessandro
Oruelle Bruno

DITTA BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	SCELTA
OTTIMO	1,00	X
BUONO	0,90	
DISCRETO	0,60	
ADEGUATO	0,35	
SUFFICIENTE	0,20	
SCARSO	0,00	

MOTIVAZIONI

SEMPlicità DEL SOFTWARE e BELLA MODALITA' di INSERIMENTO DEI FLACONI

FIRMA

Allocco Alessandro, *Oruelle Bruno*

CRITERIO 2

DITTA BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	SCELTA
OTTIMO	1,00	
BUONO	0,90	
DISCRETO	0,60	
ADEGUATO	0,35	X
SUFFICIENTE	0,20	
SCARSO	0,00	

MOTIVAZIONI

MAGGIORE INGOMBRO STRUMENTALE; MINORE NUMERO di POSTI; NECESSITA' di CARRELLO a BANCONE; LIMITATA POSSIBILITA' di IMMISSIONE DEI FLACONI (RITARDATA)

FIRMA

Allocco Alessandro, *Oruelle Bruno*

DITTA BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	SCELTA
OTTIMO	1,00	X
BUONO	0,90	
DISCRETO	0,60	
ADEGUATO	0,35	

SUFFICIENTE	0,20	
SCARSO	0,00	

MOTIVAZIONI PIENA CORRISPONDENZA AI REQUISITI

FIRMA : Allocco Alessandra, Orzelle Bruno

CRITERIO 3

DITTA BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	SCELTA
OTTIMO	1,00	
BUONO	0,90	
DISCRETO	0,60	X
ADEGUATO	0,35	
SUFFICIENTE	0,20	
SCARSO	0,00	

MOTIVAZIONI Non indicata una presenza nel capoluogo Piemontese;
FUORI DALL'ORARIO LAVORATIVO E PRESENTE SOLO
UN SERVIZIO DI SEGRETERIA TELEFONICA

FIRMA Allocco Alessandra, Orzelle Bruno

DITTA BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	SCELTA
OTTIMO	1,00	X
BUONO	0,90	
DISCRETO	0,60	
ADEGUATO	0,35	
SUFFICIENTE	0,20	
SCARSO	0,00	

MOTIVAZIONI TEMPI e MODALITA' DI INTERVENTO CHE
RISPETTANO LE SPECIFICHE RICHIESTE

FIRMA Allocco Alessandra, Orzelle Bruno

TORINO, 1/12/2016