

**VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE
PER LA GARA RELATIVA A**

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI DIVERSI SISTEMI DI RECUPERO SANGUE INTRAOPERATORIO E POSTOPERATORIO ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO QUALE STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 26-6945 DEL 23.12.2013 PER CONTO DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI COSTITUENTI L'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO 1: A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, PRESIDIO OSPEDALIERO MARTINI-ASLTO1, ASLTO3 E ASLTO


In riferimento alla gara in oggetto la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione n. 619 del 27/09/2016 e costituita dai seguenti componenti:

- per l'A.O. Ordine Mauriziano - Capofila :
 - D.ssa Gabriella Buono Direttore della S.C. Anestesia Cardiovascolare - Presidente
 - Dr. Edoardo Zingarelli – Dirigente medico S.C. Cardiochirurgia
- per la ASL TO1 - D.ssa Roberta Barbero Dirigente Medico Anestesista;
- per la ASLTO5: Dr. Gilberto Fiore – Responsabile S.S. Rianimazione e Terapia Intensiva dell'Ospedale di Moncalieri;
- per la ASLTO 3: Dr. Mauro Pastorelli Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Pinerolo

si è riunita in prima seduta il 14/10/2016 presso la S.C. Provveditorato dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino, presenti tutti i membri, i quali hanno concordato all'unanimità l'attribuzione dei punteggi / giudizi di qualità cosicché non si è reso necessario calcolare la media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari.

Per quanto attiene il Lotto 2, la Commissione si è riunita successivamente nel periodo che va dal mese di Novembre 2016 a Dicembre 2016 per esaminare le schede tecniche prodotte dalle Società offerenti e precisamente:

1. **Eurosets srl** con sede in Strada Statale 12 n. 143 – 41036 Medolla (MO), – CF/PI 02005430364;
2. **Dentsply Italia srl – Wellspect Healthcare** con sede in Via Isonzo 65 – 40033 Casalecchio Di Reno (BO) – PI 04518661006 – CF 00726860158;
3. **Algovitae srl** con sede in Via alle Scuole 18 – Fraz. Tetti Neirotti-Rivoli (TO)-CF/PI 11014220013;
4. **BTC Medical Europe srl** con sede in Via del Lavoro 10-37067 Valeggio sul Mincio (VR)-CF/PI 03580400236;
5. **POLIMED srl** con sede in Via dei Mille 7 – 15025 Morano sul Po (AL) – CF 01655870028 / PI 01564570065

SM Uni
 1



VERIFICA DEI REQUISITI OBBLIGATORI

Lotto 2					
Caratteristiche	<i>Euroset 1</i>	<i>DentSply</i>	<i>Algovitae</i>	<i>BTC Medical</i>	<i>Polimed</i>
<i>Modello</i>	<i>cod. KTO149</i>	<i>Bellovac ABT cod. 68396</i>	<i>Recovery 800ml cod. 5000015</i>	<i>Fastblood cod. 3500</i>	<i>ATS Bulb set cod. 1204</i>
<i>Confez singola sterile</i>	si	si (sacca ricambio non sterile)	si	si	si
	conf separate	conf separate	conf separate	conf separate	tutto in una singola conf
<i>Drenaggio radiopaco</i>	si	si	si	si	si
<i>Trocar</i>					
19	no	no	si	no	si
18	si	si	si	no (in doc tecnica 6-18) senza trocar	si
14	si	si	si	si (6-17)	si
<i>Fonte di aspiraz autonoma</i>	si (elettronica)	si (soffietto)	si (soff/Elettr/Manuale)	si (soffietto)	si (soffietto con molla)
<i>2 valvole non ritorno</i>	Si	si	dichiarato non visibili	si	si
<i>doppio morsetto</i>	si	si	si	si	1 su entrata 1 su uscita
<i>intensità asp max 100 mmHg</i>	15-120	90	dichiarato/pompa manuale	si	30-65 (max 90)
<i>sacca autotrasf</i>					
<i>valvola non ritorno</i>	Si	si	dichiarato non visibili	si su sacca di reinfusione	si
<i>morsetto sicurezza</i>	si	si	si	si	si
<i>macrofiltro 200 micron</i>	si	si	dichiarato	si	si
<i>set trasfusione</i>	si	si	si	si	si
<i>deflussore doppio microfiltro</i>	si	si	si	si	si
<i>sacca ricambio per drenaggi</i>	No	si (Non sterile)	dichiarato (non presente)	si (1)	si (1)

SM Wh

DeBalle²





Documentazione tecnica					
a	si	si	si	si	si
b	si	si	si	si	si
c	si	si	si	si	si
d	si	si	si	si	si
e	si	si	si (depliant suff)	si	si
f	si	si	si	si	si
g	si	si	si	si	si
h	2013	2000	lug-13	2015	2005
i	si	si	si	si	si

La Commissione ha chiesto tramite il RUP alle Società Eurosets, Dentsply e B.T.C. la disponibilità a fornire il trocar misura 19 (la relativa corrispondenza da cui si evince l'indisponibilità di tale misura è allegata al presente verbale).

La società Euroset e la società Dentsply hanno risposto di non disporre a catalogo della misura richiesta (si allegano al presente verbale le risposte).

La società B.T.C. Medical ha risposto di disporre della misura richiesta (si allega al presente verbale la risposta).

L'offerta della società Eurosets viene esclusa poichè non conforme al capitolato tecnico (assenza della misura 19 del trocar). La medesima nella documentazione tecnica presentata si era dichiarata disponibile a fornire in comodato un sistema pluriuso Easay Vacuum Generator cod. EU 3825: tale offerta non viene valutata in quanto rappresenta un'alternativa, non ammessa pertanto dal capitolato di gara.

L'offerta della società Dentsply viene esclusa poichè non conforme al capitolato tecnico per:

- assenza della misura 19 del trocar,
- sacca di ricambio non sterile.

Le società che hanno presentato offerte conformi alle caratteristiche richieste nella documentazione di gara sono state Algovitae, B.T.C. Medcial e Polimed.

La Commissione ha proceduto quindi a testare presso le sale operatorie ed i reparti di Ortopedia del Ospedale Martini e dell' Ospedale di Pinerolo la campionatura presentata dalle suddette società ammesse. Dall'esame della stessa si rileva che:

- Il sistema Algovitae presenta una pompetta manuale che non riesce a mantenere il vuoto che necessita quindi di sistema elettrico per essere efficiente. Tale sistema non può essere richiesto ad integrazione poichè costituirebbe variante dell'offerta (quesito 4 del 21/06/2016). Il prodotto offerto pertanto risulta non conforme.
- Il sistema Polimed risulta maneggevole e il sistema con pompa con molla mantiene bene il vuoto e non necessita di sistema elettrico per risultare funzionante. Il sistema manuale sviluppa una discreta pressione di aspirazione che viene mantenuta nel tempo.
- Il sistema BTC Medical necessita di pompa a batteria poichè il vuoto a mano non dura neanche 1/2 ora; raccorda meglio; il drenaggio entra nel cono; filtri integrati; tubi troppo lunghi, con rischio di inciamparsi e tirarli via; presenza di seconda valvola di non ritorno su sacca reinfusione. Il prodotto offerto pertanto risulta non conforme.

Pertanto si procede all'attribuzione del punteggio:

Punteggi	Euroset 1	DentSply	Algovitae	BTC Medical	Polimed
Primo punto (max 20) - Semplicità d'uso e facilità montaggio	Esclusa	Esclusa	Esclusa	Esclusa	Ottimo
Secondo punto (max 30) - Efficienza recupero postoperatorio - Sicurezza di tenuta del kit	Esclusa	Esclusa	Esclusa	Esclusa	Buono

	Polimed		
Primo punto (max 20) - Semplicità d'uso e facilità montaggio	Ottimo	Coeff. 1	20
Secondo punto (max 30) - Efficienza recupero postoperatorio - Sicurezza di tenuta del kit	Buono (vedi motivazione già esplicitata nel prec. Punto b)	Coeff. 0,90	27
Totale punteggio			47
Totale punteggio riparametrato			50

Letto, confermato sottoscritto,

Torino 13/10/2017

D.ssa Gabriella Buono



Dr. Edoardo Zingarelli



D.ssa Roberta Barbero



Dr. Gilberto Fiore



Dr. Mauro Pastorelli

