



VERBALE 2 PER VALUTAZIONE GARA ARREDI ACCIAIO INOSSIDABILE PER LE SALE OPERATORIE

La Commissione giudicatrice composta dall'Ing. Piergiuseppe Savant Levet, in qualità di Presidente, da CPS Angela Della Rocca, come componente, e dal CPS Vito Scibetta, come componente, si è riunita in data 21/04/2023 alle ore 10 presso gli uffici della S.S. Ingegneria Clinica.

La Commissione, preso atto che solo le ditte Adexte e Francehoptal hanno portato in visione la campionatura, come concordato nel calendario del Verbale 1, procede all'attribuzione del punteggio qualità, secondo i criteri previsti dal disciplinare di gara.

Di seguito quindi si riportano i punteggi complessivi attribuiti alla ditta concorrente:

DITTE	A1) CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI: MAX. 54	A2) ASSISTENZA TECNICA – MAX 11	A3) CERTIFICAZIONI, SICUREZZA ED IGIENE – MAX 5 PUNTI	TOTALE PUNTI	TOTALE RIPROPORZIONATO
ADEXTE	51	11	5	67	70
FRANCEHOPITAL	42,6	8,5	4	55,1	57,57

La Commissione si scioglie alle ore 12:00, e trasmette il verbale alla S.C. Provveditorato per gli adempimenti di conseguenza.

Torino, 21 Aprile 2023

Ing. Savant Levet Piergiuseppe - Presidente

CPS Della Rocca Angela - Componente

CPS Scibetta Vito - Componente