



Area acquisizione beni, servizi, tecnologie e logistica

S.C. Provveditorato

Direttore: Dr.ssa Carmelina SIANI

Via Magellano n. 1 - Torino

Telefono: 011/508.2244

Fax 011/508.2255

e-mail: csiani@mauriziano.it

CHIARIMENTI DEL 4 DICEMBRE 2017

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI IMMUNOCOLORATORI ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO QUALE STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DELLA DGR N. 26-6945 DEL 23.12.2013 PER CONTO DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: "ORDINE MAURIZIANO" DI TORINO, A.O.U. "SAN LUIGI GONZAGA" DI ORBASSANO, N. 2 LOTTI GARA SIMOG 6868998 - CIG LOTTO 1 7232373700 - LOTTO 2 CIG 7232395927 - DURATA 4 (+ 1 ANNO DI EVENTUALE PROROGA + EVENTUALE AUMENTO DI 1/5)

DOMANDA N.1

Si chiede la possibilità di offrire cloni equivalenti a quelli richiesti se presenti sul listino aziendale e già ottimizzati presso altri clienti sulla strumentazione offerta.

RISPOSTA N.1

Per il Lotto n.1: si conferma la possibilità di offrire cloni equivalenti

DOMANDA N.2

Qualora non presenti sul mercato, si richiede la possibilità di offrire anticorpi ad uso ricerca (RUO).

RISPOSTA N.2

Per il Lotto n.1: Si conferma la possibilità sopra descritta.

DOMANDA N.3

Qualora nell'elenco degli anticorpi richiesti in entrambi i lotti venga richiesto un anticorpo appartenente ad una specie animale (es. monoclonale di coniglio) e la ditta offerente presenti all'interno del proprio catalogo un prodotto equivalente ma di un'altra specie animale (es. monoclonale di topo), si richiede la possibilità di offrire l'alternativa poiché già ottimizzata sulla strumentazione offerta.



RISPOSTA N.3

Per il Lotto n.1: E' consentita l'offerta di ab monoclonale equivalente.

DOMANDA N.4

Qualora nell'elenco degli anticorpi richiesti in entrambi i lotti venga richiesto un anticorpo policlonale e la ditta offerente presenti all'interno del proprio catalogo un prodotto equivalente ma monoclonale (o viceversa), si richiede la possibilità di offrirli poiché già ottimizzati sulla strumentazione offerta.

RISPOSTA N.4

Per il Lotto n.1: Si conferma la possibilità ipotizzata con l'eccezione del CEA per cui è richiesto almeno o anche un ab policlonale.

DOMANDA N.5

TABELLA ANTICORPI LOTTO 1: si richiede la possibilità di offrire anche anticorpi concentrati se presenti sul listino aziendale e già standardizzati sulla strumentazione offerta presso altri clienti.

RISPOSTA N.5

E' possibile, purché l'ottanta per cento (80 %) e non meno degli anticorpi offerti sia in forma prediluita come specificato nel capitolato.

DOMANDA N.6

LOTTO 1 E 2:

Si chiede di confermare se al fine di ottemperare alla richiesta di cui al Capitolato tecnico "il proprio intero catalogo di anticorpi primari (che siano specificatamente dedicati allo strumento e/o con il riferimento chiaramente visibile che la ditta produttrice degli anticorpi primari del catalogo è la stessa ditta offerente)", sia sufficiente una dichiarazione attestante che tutti gli anticorpi offerti sono dedicati allo strumento proposto e che pertanto non sia necessaria la coincidenza tra la ditta offerente e la ditta produttrice.

RISPOSTA N.6

Per quanto attiene al Lotto 1 (AO Mauriziano) si rimanda all'attenta lettura del capitolato, segnatamente all'art. 15 - PAGINA 14

"La Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione il proprio intero catalogo di anticorpi primari (che siano specificatamente dedicati allo strumento e/o con il riferimento chiaramente visibile che la ditta produttrice degli anticorpi primari del catalogo è la stessa ditta offerente)".

DOMANDA N.7

In riferimento al capitolato tecnico Art. 12 per il Lotto 1 ed Art. 19 per il lotto 2 - "Caratteristiche indispensabili dell'immunocoloratore" in cui si chiede "Possibilità di preimpostare l'orario di avvio o di termine della corsa di colorazione", visto le caratteristiche tecniche dell'ultima generazione di strumenti offerti, si chiede di accettare



**Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano
di Torino**

Sede legale: Via Magellano, 1 - 10128 TORINO - Tel. +39 011.508.1111 - www.mauriziano.it - P.I./Cod. Fisc. 09059340019

anche il caricamento random ed in continuo per singola postazione. Tale funzione infatti vanifica la necessità della necessità di preimpostare l'avvio e il termine della corsa poiché questa caratteristica garantisce all'utilizzatore piena autonomia e controllo del processo di colorazione; inoltre i vetrini, una volta terminato il processo di colorazione, possono rimanere all'interno dello strumento (anche per 72 ore) senza consumi ulteriori di reattivi e con conservazione della colorazione/morfologia".

RISPOSTA N.7

Per il Lotto 1: Si accetta l'ipotesi descritta.

Torino, 04/12/2017

IL R.U.P.
Dott.ssa Carmelina SIANI
f.to in originale