



**Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano
di Torino**

Sede legale: Via Magellano, 1 - 10128 TORINO - Tel. +39 011.508.1111 - www.mauriziano.it - P.I./Cod. Fisc. 09059340019

**DIPARTIMENTO AREA MEDICA
S.C. ENDOCRINOLOGIA, DIABETOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO
"CENTRO PER LE MALATTIE DELLA TIROIDE"**

Direttore: Dr. Paolo Piero LIMONE

Largo Turati, 62 Torino

Telefono: 011/508.2576

Fax 011/508.2576

e-mail: plimone@mauriziano.it

Torino, 31 gennaio 2019

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI "SISTEMI PER PROCEDURA DI ABLAZIONE CON RADIOFREQUENZA" OCCORRENTE ALLA S.C. ENDOCRINOLOGIA, DIABETOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO "CENTRO PER LE MALATTIE DELLA TIROIDE" DELL' A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - PER LA DURATA DI MESI 36 E PER UN IMPORTO A BASE D'ASTA NON SUPERABILE DI EURO 180.000,00 + I.V.A.-

GARA SIMOG N. 7111325 CIG.N. 75214809A4

La commissione giudicatrice, composta dal Dr. Paolo P. Limone, dalla dottoressa Maria Rosa Papandrea e dal dr. Alberto Mormile, si è riunita in data odierna alle ore 14.00 per effettuare la valutazione della congruità dei dispositivi offerti dalle varie ditte per la gara in oggetto.

Le caratteristiche minime richieste nel bando sono le seguenti:

- kit elettrodo raffreddato internamente,
- con impugnatura ergonomica,
- presenza di tacche di riferimento sull'ago,
- perfetta ecogenicità all'interno dei tessuti,
- lunghezza 7 e 10 cm.,
- di vari calibri (comunque non superiori a 17G)
- con esposizione dell'elettrodo attivo da 5 a 20 mm.,
- completi di connettori e piastre.

Esaminate accuratamente le offerte, i dispositivi offerti dalle ditte: VER SAN, EMOPASS, SELEFAR rispondono ai requisiti minimi.



Sede legale: Via Magellano, 1 - 10128 TORINO - Tel. +39 011.508.1111 - www.mauriziano.it - P.I./Cod. Fisc. 09059340019

I dispositivi offerti dalla ditta MEDTRONIC non rispondono completamente ai requisiti minimi in quanto hanno gli elettrodi di un unico calibro (17G) e non dispongono di punta attiva di 5 mm, come espressamente richiesto.

Si ritiene quindi che il dispositivi presentati da MEDTRONIC non possano essere ammessi alla prova pratica.

La riunione si chiude alle ore 15.

Dr. Paolo P. Limone

Dr. Alberto Mormile

Dr.ssa M. Papandrea