



**Area acquisizione beni, servizi, tecnologie e logistica**

**S.C. Provveditorato**

**Direttore: Dr.ssa Carmelina SIANI**

Via Magellano n. 1 - Torino

Telefono: 011/508.2244

Fax 011/508.2255

e-mail: [csiani@mauriziano.it](mailto:csiani@mauriziano.it)

**CHIARIMENTI DEL 14 DICEMBRE 2017**

**OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI IMMUNOCOLORATORI ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO QUALE STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DELLA DGR N. 26-6945 DEL 23.12.2013 PER CONTO DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: "ORDINE MAURIZIANO" DI TORINO, A.O.U. "SAN LUIGI GONZAGA" DI ORBASSANO, N. 2 LOTTI GARA SIMOG 6868998 – CIG LOTTO 1 7232373700 - LOTTO 2 CIG 7232395927 - DURATA 4 (+ 1 ANNO DI EVENTUALE PROROGA + EVENTUALE AUMENTO DI 1/5)**

**DOMANDA N.1**

Si chiede la possibilità di offrire cloni equivalenti a quelli richiesti se presenti sul listino aziendale e già ottimizzati presso altri clienti sulla strumentazione offerta.

**RISPOSTA N.1**

Per il lotto 2: Le tabelle di riferimento degli anticorpi (vedasi Tabella\_anticorpi\_lotto 1 e Tabella\_anticorpi\_lotto 2) si riferiscono agli anticorpi in uso nel 2016 e non sono da intendersi come elenco di cloni rigidamente richiesti. Si ritiene pertanto possibile offrire cloni equivalenti a quelli richiesti se presenti sul listino aziendale e di cui siano comprovate sensibilità e specificità almeno simili a quanto attualmente in uso presso i laboratori delle due Aziende (vedi articolo 15 punto 1 a e articolo 22 punto 1).

**DOMANDA N.2**

Qualora non presenti sul mercato, si richiede la possibilità di offrire anticorpi ad uso ricerca (RUO).

**RISPOSTA N.2**

Per il lotto 2: Se inteso sul mercato globale e non esclusivamente al listino disponibile, è possibile offrire anticorpi ad uso ricerca (RUO), da sostituirsi non appena disponibili i corrispondenti certificati per uso diagnostico

**DOMANDA N.3**

PROVA PRATICA: dal capitolato tecnico non è chiaro entro quando dovrà essere effettuata la prova pratica e quali sono le modalità di richiesta da parte delle aziende.

**RISPOSTA N.3**

La prova pratica è prevista soltanto per il Lotto 2.



Sede legale: Via Magellano, 1 - 10128 TORINO - Tel. +39 011.508.1111 - [www.mauriziano.it](http://www.mauriziano.it) - P.I./Cod. Fisc. 09059340019

La prova pratica deve essere espletata entro 30 giorni dalla nomina della commissione giudicatrice. Il provvedimento di nomina sarà pubblicato sul sito [www.mauriziano.it/bandi](http://www.mauriziano.it/bandi) e appalti e ne sarà data comunicazione via mail alle ditte partecipanti.

La ditta offerente, successivamente alla comunicazione di cui sopra, deve trasmettere al R.U.P. di gara ([csiani@mauriziano.it](mailto:csiani@mauriziano.it)) apposita dichiarazione contenente, come specificato all'art. 26 del capitolato tecnico, luogo, data/orario e modalità di esecuzione della prova pratica. Qualora si verificasse la coincidenza di data/orario tra due o più prove pratiche o l'impossibilità motivata a presenziare di uno/più componenti della commissione giudicatrice, il R.U.P. provvederà a contattare la/e ditta/e interessata/e per concordare una nuova data/orario.

Al laboratorio della A.O.U. San Luigi Gonzaga spetta la preparazione dei vetrini oggetto della prova, che verranno consegnati, successivamente alla nomina della commissione giudicatrice al R.U.P. di gara e comunque entro i 3 giorni antecedenti alla data concordata per la prova.

La prova pratica verrà effettuata alla presenza dello *specialist* della società concorrente e di tutti i membri della commissione giudicatrice.

#### **DOMANDA N. 4**

Qualora nell'elenco degli anticorpi richiesti in entrambi i lotti venga richiesto un anticorpo appartenente ad una specie animale (es. monoclonale di coniglio) e la ditta offerente presenti all'interno del proprio catalogo un prodotto equivalente ma di un'altra specie animale (es. monoclonale di topo), si richiede la possibilità di offrire l'alternativa poiché già ottimizzata sulla strumentazione offerta.

#### **RISPOSTA N.4**

Per il lotto 2: Come per la domanda N.1, si ritiene possibile offrire cloni in specie differenti da quelle attualmente in uso, se presenti sul listino aziendale e di cui siano comprovate sensibilità e specificità almeno simili a quanto attualmente in uso presso i laboratori delle due Aziende.

#### **DOMANDA N.5**

Qualora nell'elenco degli anticorpi richiesti in entrambi i lotti venga richiesto un anticorpo policlonale e la ditta offerente presenti all'interno del proprio catalogo un prodotto equivalente ma monoclonale (o viceversa), si richiede la possibilità di offrirli poiché già ottimizzati sulla strumentazione offerta.

#### **RISPOSTA N.5**

Per il lotto 2: La discrezionalità sulla scelta tra anticorpi monoclonali e policlonali è basata sulle caratteristiche intrinseche dei due tipi di anticorpi e deve restare una scelta a carico dei Laboratori delle Aziende. Non si ritiene pertanto possibile come regola generale offrire tipologie di anticorpi differenti a quanto richiesto.

#### **DOMANDA N.6**

Non essendo specificato nel capitolato tecnico, si richiede se il lotto 2 prevede una percentuale minima di anticorpi da offrire.

#### **RISPOSTA N.6**

Non è prevista una percentuale minima di anticorpi da offrire.

#### **DOMANDA N.7**



Sede legale: Via Magellano, 1 - 10128 TORINO - Tel. +39 011.508.1111 - [www.mauriziano.it](http://www.mauriziano.it) - P.I./Cod. Fisc. 09059340019

In riferimento al capitolato tecnico Art. 12 per il Lotto 1 ed Art. 19 per il lotto 2 - “Caratteristiche indispensabili dell’immunocoloratore” in cui si chiede “Possibilità di preimpostare l’orario di avvio o di termine della corsa di colorazione”, visto le caratteristiche tecniche dell’ultima generazione di strumenti offerti, si chiede di accettare anche il caricamento random ed in continuo per singola postazione. Tale funzione infatti vanifica la necessità della necessità di preimpostare l’avvio e il termine della corsa poiché questa caratteristica garantisce all’utente piena autonomia e controllo del processo di colorazione; inoltre i vetrini, una volta terminato il processo di colorazione, possono rimanere all’interno dello strumento (anche per 72 ore) senza consumi ulteriori di reattivi e con conservazione della colorazione/morfologia”

**RISPOSTA N.7**

Per il lotto 2: Si accetta la richiesta pervenuta, considerando che il caricamento random del singolo vetrino come descritto corrisponda nella pratica ad una possibilità di “pre-impostare” le modalità temporali di svolgimento della reazione.

**DOMANDA N.8**

LOTTO 2: All’Art.18 “Carico di lavoro” vengono previsti N. 200 test di Farmacodiagnostica di HER2 e 500 test per PDL1, mentre nell’elenco anticorpi non compaiono le stesse quantità. Si chiede di meglio specificare.

**RISPOSTA N.8**

Le quantità che compaiono nella Tabella\_anticorpi\_lotto 2 corrispondono alla attività 2016 e non sono rigidamente da intendersi come fabbisogno annuo previsto., esplicitato invece all’Articolo 18.

**DOMANDA N.9**

LOTTO 1 E 2:

Si chiede di confermare se al fine di ottemperare alla richiesta di cui al Capitolato tecnico “il proprio intero catalogo di anticorpi primari (che siano specificatamente dedicati allo strumento e/o con il riferimento chiaramente visibile che la ditta produttrice degli anticorpi primari del catalogo è la stessa ditta offerente”), sia sufficiente una dichiarazione attestante che tutti gli anticorpi offerti sono dedicati allo strumento proposto e che pertanto non sia necessaria la coincidenza tra la ditta offerente e la ditta produttrice.

**RISPOSTA N.9**

Per il lotto 2: Si conferma quanto richiesto.

**Torino, 14/12/2017**

IL R.U.P.

Dott.ssa Carmelina SIANI  
f.to in originale