

**VERBALE 1 COMMISSIONE GIUDICATRICE PER VALUTAZIONE GARA FORNITURA DI N. 1  
PIATTAFORMA ELETTROBISTURI OCCORRENTE ALLA S.C. DI UROLOGIA  
DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO**

La Commissione giudicatrice composta da Dr. R. Migliari, in qualità di Presidente, da Dr. D. Surleti, come componente e da P.I. A. Bruno, come componente, si è riunita in data 4 marzo alle ore 10.30 presso gli uffici del Servizio di Ingegneria Clinica.

La Commissione prende atto che alla gara in oggetto ha presentato offerta solo la ditta POLIMED Via dei Mille 7 15025 Morano sul Po (AL) .

La Ditta Polimed ha offerto l'elettrobisturi Mod. ERBE VIO 3.

Conclusa l'analisi della documentazione di gara la Commissione ha richiesto alla POLIMED, di portare in visione l'elettrobisturi offerto:

da Lunedì 08 Marzo 2021 fino a Venerdì 12 Marzo 2021.


La Commissione, in attesa dello svolgimento della visione, rimanda la prossima seduta a data da destinarsi.

Torino, 04/03/2021

- S.C. Urologia, Dott. Roberto Migliari - Presidente

- S.C. Urologia, Dott. Domenico Surleti - Componente

- S.S. Ingegneria Clinica PI Bruno Alessandro - Componente



**VERBALE 2 COMMISSIONE GIUDICATRICE PER VALUTAZIONE GARA FORNITURA DI N. 1  
PIATTAFORMA ELETTROBISTURI OCCORRENTE ALLA S.C. DI UROLOGIA  
DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO**

La Commissione giudicatrice composta da Dr. R. Migliari, in qualità di Presidente, da Dr. D. Surlati, come componente e da P.I. A. Bruno, come componente, si è riunita in data 17 Marzo alle ore 15:00 presso gli uffici del Servizio di Ingegneria Clinica.

La Commissione preso atto che la Ditta Polimed ha portato in visione l'apparecchiatura, come concordato in data 4 Marzo 2021 (Verbale 1), procede all'attribuzione del punteggio qualità, secondo i criteri previsti dal disciplinare di gara.

Di seguito quindi si riportano i punteggi complessivi attribuiti alla ditta concorrente:

La Ditta Polimed ha offerto l'elettrobisturi Mod. ERBE VIO 3


DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	PROVA CLINICA	ASSISTENZA TECNICA	TOTALE	TOTALE RIPROPORZIO NATO
<b>POLIMED</b>	21.4	32	5	58,4	70

La Commissione si scioglie alle ore 16,00, e trasmette il verbale alla S.C. Provveditorato per gli adempimenti di conseguenza.

Torino, il 17 Marzo 2021


La Commissione Giudicatrice:

- Urologia, Dott. Roberto Migliari - Presidente
- Urologia, Dott. Domenico Surlati - Componente
- S.S. Ingegneria Clinica PI Bruno Alessandro - Componente



**VALUTAZIONE TECNICA (max 25 punti)**

1. POTENZA MASSIMA DI TAGLIO MONOPOLARE EROGABILE (W)				2
POLIMED		400	1	2
2. POTENZA MASSIMA DI COAGULAZIONE MONOPOLARE EROGABILE (W)				2
POLIMED		200	1	2
3. POTENZA MASSIMA DI TAGLIO BIPOLARE EROGABILE (W)				2
POLIMED		100	1	2
4. POTENZA MASSIMA DI COAGULAZIONE BIPOLARE EROGABILE				2
POLIMED		120	1	2
5. DIMENSIONE DISPLAY (")				3
POLIMED		10,4	1	3
6. DISPLAY TOUCHSCREEN (SI/NO)				3
POLIMED		SI	1	3
7. NUMERO DI INTERFACCE DI COLLEGAMENTO CON ACCESSORI DI ELETTROCHIRURGIA DI ALTRE MARCHE				3
POLIMED		3	0,8	2,4
8. DOTATO DI CONNESSIONE WLAN PER LA PREIMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI LAVORO DA REMOTO (SI/NO)				3
POLIMED		NO	0	0
9. POSSIBILITA' DI VARIARE LE IMPOSTAZIONI/SETTAGGI DIRETTAMENTE DA ENTRAMBI I COMANDI A PEDALE, SENZA SUPPORTO DEL PERSONALE DI S.O.				2
POLIMED		SI'	1	2
10. NUMERO DI PROGRAMMI DI LAVORO MEMORIZZABILI				3
POLIMED		10	1	3



### PROVA CLINICA (max 35 punti)

11. EFFICACIA, PRECISIONE DI TAGLIO E COAGULO NEGLI INTERVENTI A CIELO APERTO				10
POLIMED			0,9	9
12. EFFICACIA, PRECISIONE DI TAGLIO E COAGULO NEGLI INTERVENTI DI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA				10
POLIMED			0,9	9
13. EFFICACIA, PRECISIONE DI TAGLIO E COAGULO NEGLI INTERVENTI DI CHIRURGIA ENDOSCOPICA				10
POLIMED			0,9	9
14. MANEGGEVOLEZZA, FACILITA' ED ERGONOMIA D'USO				5
POLIMED			1	5

### ASSISTENZA TECNICA (max 10 punti)

15. ESTENSIONE PERIODO DI GARANZIA (mesi)				3
POLIMED		24	0	0
16. TEMPO DI INTERVENTO A SEGUITO DI SEGNALAZIONE GUASTI ANCHE SENZA CONTRATTO DI MANUTENZIONE (h)				3
POLIMED		24	1	3
17. REPERIBILITA' DEI RICAMBI IN ANNI				2
POLIMED		10	1	2
18. DISPONIBILITA' A PORTARE UN MULETTO, IN CASO DI GUASTO				2
POLIMED			0	0