ASOOM_TO.Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino - Rep. DG 14/11/2022.0000821.I

Allegato F) – SCHEDA TECNICA

Requisiti minimi a pena di esclusione (Requisiti di Conformità Ed Idoneità)

N. 1 SISTEMA PER MONITORAGGIO INTRAOPERATORIO DEI NERVI MOTORI CRANICI OCCORRENTI ALLA S.C. OTORINOLARINGOIATRIA

Caratteristiche tecniche	Requisiti minimi	Offerta ditta
Sistema di monitoraggio intraoperatorio dei nervi cranici	Produttore	
	Modello	
	Anno immissione sul mercato	
Dedicato alla chirurgia tiroidea e paratiroidea	SI	
Dotato di software dedicato per il monitoraggio in continuo del nervo vago	• Monitoraggio in continuo della funzionalità del nervo laringeo a seguito della stimolazione del nervo vago • Presenza di allarmi visivi e acustici per segnalare la sofferenza del nervo	
Dotato di software dedicato per il monitoraggio in continuo del nervo facciale	• SI • Numero canali EMG: 2 (minimo)	
Dotato di sonda di stimolazione	• Monouso • Monopolare/bipolare (precisare)	
Dotato di elettrodi di monitoraggio	• Monouso • di tipologia diversa (secondo gli interventi da effettuare) • applicabile ai tubi endotracheali (armati e non armati)	
Dotato di sistema di analisi automatica d'azione EMG e visualizzazione della latenza ed ampiezza relativa	• Precisare • Dotato di programmi personalizzabili	
Dotato di ampio display a colori per la rappresentazione grafica dei tracciati	• Minimo 15° • Di tipo touchscreen (preferibile)	
Dotato di allarmi visivi ed acustici	• Precisare parametri funzionali allarmati • Precisare presenza allarmi tecnici • volume regolabile (caratteristica preferenziale)	
Dotato di un sistema di archiviazione dei tracciati con ampia capacità di memoria	• Precisare	
Esportazione dei report	• USB/collegamento in rete (precisare • Altro	
Dotato di sistema operativo di ultima generazione	• Precisare	

ASOOM_TO.Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino - Rep. DG 14/11/2022.0000821.I

Dotato di Headbox di collegamento delle sonde e degli elettrodi e del carrello di trasporto	• Precisare	
Normativa	• Marchio CE • IEC 60601-1 (Apparecchiature elettromedicali)	
DOVRÀ ESSERE GARANTITA DA PARTE DI CIASCUN CONCORRENTE LA PROVA DELL'APPARECCHIATURA OFFERTA PER L'ESECUZIONE DI ALMENO **1 INTERVENTO PER CIASCUNA TIPOLOGIA PREVISTA IN GARA**		