

Spett.le

A.O. ORDINE MAURIZIANO

VIA MAGELLANO,1

10128 TORINO

Corsico,19.03.2021

Ns. rif.: **Ns Prot. N. 30/ 2021 DM/ge**

OGGETTO: Fornitura di una apparecchiatura per Anestesia Perseus A500.

In relazione all'oggetto e alla vostra richiesta informazioni aggiuntive pervenuta in data 18 marzo 2021 tramite e-mail, di seguito si riportano le risposte:

- ✓ Si chiede di inviare l'esatta configurazione offerta in sede di gara e compresa nel prezzo indicato (pari ad € 23.900):

Alleghiamo alla presente la configurazione con il dettaglio.

- ✓ Indicare se l'apparecchio viene fornito di aggancio a pensile, (in tal caso indicare il peso dell'apparecchio e tipologia di aggancio), oppure dotato di carrello di trasporto:

L'apparecchio, secondo la configurazione di INVITALIA, è previsto nella configurazione con carrello di trasporto identificata con il codice MK08190. Se occorre siamo disponibili alla fornitura in alternativa del Perseus in versione a pensile identificato dal codice MK08193 del peso di 100kg con aggancio standard compatibile con i sistemi pensili Draeger e Kreuzer\Trumpf come miglioria secondo la negoziazione contemplata nel contratto INVITALIA;

- ✓ Indicare se l'apparecchio viene fornito con il monitoraggio ventilatorio completo oppure se risulta necessario integrarlo con altri elementi opzionali:

L'apparecchio viene fornito con il monitoraggio ventilatorio completo.

- ✓ indicare la tipologia di monitoraggio emodinamico abbinabile all'apparecchio in oggetto ed il costo dello stesso (eventualmente desumibile dall'elenco prezzi allegato):

La tipologia di monitoraggio emodinamico abbinabile al sistema Perseus è il mod. Vista 120 C V3 codice MS34011 come da offerta allegata.



- ✓ disponibilità ad effettuare una proposta economica migliorativa per la fornitura di 1 apparecchio compreso anche del monitoraggio emodinamico ed in caso affermativo indicarne il valore

In merito all'offerta economica siamo lieti di confermarVi, relativamente alla fornitura di q.tà 1 Perseus in versione Pensile identificato dal codice MK08193 e configurato al pari di quelli in uso presso la Vostra Azienda Ospedaliera, che il prezzo di € 23.9000,00 + IVA viene confermato includendo le seguenti opzioni:

Opzione Pressure Support;
Opzione O2 prediction;
Opzione Trend Econometro;
Braccio orientabile 300x200, guida.

In tal modo il prezzo complessivo a Voi riservato per la fornitura di un sistema di Anestesia completo di monitoraggio emodinamico è di € 27.100,00 + IVA.

In attesa di Vostro gentile riscontro,

Porgiamo Cordiali Saluti.

DRAEGER ITALIA S.p.A.

Daniela Milani

Procuratore speciale

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali sono disponibili su www.draeger.com/GDPR-privacy-notice.