Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano
di Torino

Sede legale: Via Magellano, 1 – 10128 TORINO
Tel. +39 011.508.1111
www.mauriziano.it

P.I./Cod. Fisc. 09059340019

GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER LA S.C. DI RIANIMAZIONE CARDIOVASCOLARE DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

CHIARIMENTI / PRECISAZIONI DEL 31/03/2017

PRECISAZIONI UNICAMENTE PER IL LOTTO N. 5 E IL LOTTO N. 9
SI COMUNICA CHE I PREZZI INDICATI A BASE D'ASTA NELLA TABELLA RIEPILOGATIVA DEI LOTTI DEVONO ESSERE CONSIDERATI COME PREZZI PRESUNTI, IN QUANTO, VISTE LE QUOTAZIONI ECONOMICHE PRATICATE NEI PRINCIPALI CENTRI DELLA REGIONE PIEMONTE, GLI STESSI NON RISULTANO RAPPRESENTATIVI.

DOMANDA 1
Il prodotto richiesto nel lotto n. 5 (cannula arteriosa in poliuretano), in base a quanto previsto dalle normative vigenti (DL 19 del 19.02.14 e DL. 81 art. 286 sexies), deve essere provvisto di un sistema di sicurezza contro le punture accidentali?

RISPOSTA 1
No, non è richiesta la presenza di un sistema di sicurezza.

DOMANDA 2
Nel paragrafo inerente alla BUSTA NR. 2 DOCUMENTAZIONE TECNICA, al punto 1 scrivete: in formato cartaceo (suddivisa per ciascun lotto di partecipazione) in lingua italiana. DOMANDA: Confermate che la richiesta di presentazione dei documenti in lingua italiana è riferita esclusivamente a documentazione tipo Schede tecniche, relazioni, cataloghi, etc e non anche alle copie di certificazioni Ce, Dichiarazione di conformità e Iso e Lavori clinici?

RISPOSTA 2
Tutta la documentazione tecnica, le dichiarazione di conformità e Lavori clinici (escluse le copie di certificazioni CE e ISO rilasciate da enti notificatori) devono essere in lingua italiana, in quanto tutta la documentazione richiesta, sia amministrativa che tecnica, deve consentire alla commissione giudicatrice la comprensione del loro contenuto. Se così non fosse, si potrebbero verificare ipotesi di esclusione per parziale/totale incomprensione della documentazione presentata.

DOMANDA 3
In merito al lotto n. 5: cannula arteriosa in poliuretano, e più precisamente in riferimento alla lunghezza della stessa (richiedete 8 cm circa) chiediamo quale sia il range di tolleranza in quanto, per quanto a nostra conoscenza, le cannule arteriose in poliuretano hanno normalmente lunghezza di 5 cm circa. Chiediamo, quindi, se la misura di cm 5 rientra nei vostri parametri.

RISPOSTA 3
Si conferma quanto descritto in capitolato.

DOMANDA 4
A. Lotto n.4: chiedete una cannula arteriosa in poliuretano. Si chiede gentilmente di modificare la dicitura del materiale con "in poliuretano o altro materiale biocompatibile" in modo da poter permettere la partecipazione di un numero maggiore di aziende presenti sul mercato.
Inoltre, cosa si intende per "raccordo a cono tra la cannula e il supporto di fissaggio"? che deve essere presente un sistema di fissaggio idoneo, oppure si parla della presenza di alette sull'hub della cannula?

B. Lotto n.5: chiedete una cannula arteriosa in poliuretano. Si chiede gentilmente si modificare la dicitura del materiale con "in poliuretano o altro materiale biocompatibile" in modo da poter permettere la partecipazione di un numero maggiore di aziende presenti sul mercato.
Inoltre, cosa si intende per "raccordo a cono tra la cannula e il supporto di fissaggio"? che deve essere presente un sistema di fissaggio idoneo, oppure si parla della presenza di alette sull'hub della cannula?

C. Lotto n.15: chiedete catetere "arterioso e venoso". Tale descrizione identifica una sola azienda presente sul mercato, pertanto vi chiediamo si modificare la dicitura o con solo "catetere arterioso" oppure solo "catetere venoso". Si chiede gentilmente si modificare la dicitura del materiale con "in polietilene o altro materiale biocompatibile" in modo da poter permettere la partecipazione di un numero maggiore di aziende presenti sul mercato.
Inoltre, il lotto è suddiviso in due voci. Nella voce A richiedete "con prolunga": cosa si intende che la prolunga deve essere fusa al catetere o anche fornita staccata dal catetere?

RISPOSTA 4
A. Nuova dicitura: cannula in poliuretano oppure altro materiale biocompatibile con un sistema di fissaggio idoneo.

B. Nuova dicitura: cannula in poliuretano oppure altro materiale biocompatibile con un sistema di fissaggio idoneo.

C. Si conferma quanto descritto in capitolato.

DOMANDA 5
Chiediamo cortesemente di specificare il tipo di sonda di temperatura richiesta nel lotto 12a dal momento che esistono più modelli di sonde interne (almeno 2 tipi: esofagea-rettale e la classica foley)"

RISPOSTA 5
Trattasi di sonda di temperatura classica Foley.

DOMANDA 6
"CAMPIONATURA: Cosa si intende per scatola originale di fornitura? Confezionamento primario (blister sterile a contatto con il dispositivo) oppure la scatola contenente i blister sterili? Nel caso fosse la scatola esterna, è possibile in sostituzione, presentare la fotocopia della stessa?".

RISPOSTA 6
Trattasi di scatola esterna e non è possibile presentare la fotocopia della stessa ma occorre presentare la scatola originale, anche se contenente qualche unità.

Il R.U.P.
Dott.ssa Carmelina SIANI