

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER FORNITURA CATETERI VENOSI PER EMODIALISI : LOTTO 1

DITTA : SEDA S.p.A.

KIT TESIO® IN POLIURETANO (BFL-6SE; BFR-6SE; BFR1070KD-A)

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Caratteristiche generali del catetere: morbidezza, resistenza al kinking, ampia scelta di diverse lunghezze disponibili.

Qualità del dispositivo di ancoraggio sottocutaneo del catetere (sagomatura e dimensioni dell'oliva, qualità della cuffia di dacron)

Qualità del cannello di estensione del catetere (non memoria al declampaggio, qualità e maneggevolezza della clamp, leggibilità del volume di priming)

Qualità e maneggevolezza della guida metallica (NOTA AL PUNTEGGIO: lunghezza della guida non ottimale: desiderabile una lunghezza maggiore.)

Qualità, maneggevolezza e malleabilità dei tunnelizzatori

Tollerabilità soggettiva ed affidabilità dei dispositivi esterni di fissaggio temporaneo del CVC alla cute

Confezionamento complessivo del Kit ed eventuali utili accessori (NOTE AL PUNTEGGIO: sarebbe utile anche dilatatore intermedio da 8 F. Qualità della valvola antireflusso su dilatatore non ottimale).

PUNTEGGIO TOTALE

Scala di valutazione

Eccellente	1		
Ottimo	0,9		
Buono	0,8		
Discreto	0,7		
Sufficiente	0,6		
Insufficiente	0		

Valutatore : Dott.ssa Silvia Berutti



Torino, 11/02/2022

