



Al RUP di Gara
Dr.ssa Carmelina Siani

VERBALE COMMISSIONE TECNICA - PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI PER DETERMINAZIONI POCT PER ESAME EMOGASANALISI (SIMOG 8703690 - CIG 938678298C)

La commissione si riunisce in data 17 ottobre 2024 ore 11 circa presso i locali della S.C Laboratorio Analisi nelle persone di:

Dr. Antonio Insana – Presidente

Signora Isabella Talarico – Componente

Signor Sandro Musolino – Componente.

La commissione prende atto della Sentenza del Consiglio di Stato (Sezione terza) n.8062/2024, con cui viene confermato il dispositivo della Sentenza del TAR Piemonte n.42/2024, ovvero l'annullamento della delibera n.558 del 16/06/2023 con cui è stata aggiudicata la fornitura in oggetto alla ditta Instrumentation Laboratory spa.

Preso atto che, secondo quanto indicato in sentenza, la società I.L. non rispetta il requisito di minima previsto dal capitolato tecnico “*secondo cui occorre fornire una calibrazione automatica di tutti i parametri*”, la commissione, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, procede ad escludere la ditta Instrumentation Laboratory, mantenendo invariate le valutazioni delle offerte tecniche degli altri operatori economici A. De Mori e Nova Biomedical, di cui al precedente Verbale di valutazione del 19/05/2023.

Si trasmette il seguente Verbale all'attenzione del RUP.

La commissione conclude alle 11.30 circa

Dr. Antonio Insana – Presidente – *f.to in originale*

Signora Isabella Talarico – Componente - *f.to in originale*

Signor Sandro Musolino – Componente - *f.to in originale*