GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI OCCORRENTI ALLA S.C. DI RIANIMAZIONE CARDIOVASCOLARE DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

VERBALE VALUTAZIONE TECNICO/QUALITATIVA DEI PRODOTTI

COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE

Dott.ssa Fiorella Lorenzetti – Farmacista – S.C. Farmacia A.O. Ordine Mauriziano – Presidente

Dott.ssa Sabina Giannone - Dir. medico Rianimazione – A.O. Ordine Mauriziano – Commissario

Sig. Massimo Andreis - CPSE c/o Farmacia – A.O. Ordine Mauriziano - Commissario

Nel periodo che va dal mese di **GIUGNO 2017** al mese di **MARZO 2018** si sono effettuate le valutazioni delle produzioni offerte dalle Società partecipanti alla gara effettuando le prove delle campionature presentate dalle Soci

Le valutazioni tecnico-qualitative e relative attribuzione dei coefficienti di valutazione sono stati attribuiti all'unanimità e non si è reso pertanto necessario calcolare la media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

L'attribuzione del relativo punteggio viene riportato di seguito al presente documento. Si è proceduto a riparametrare i punteggi qualitativi per i lotti ove nessuna ditta offerente ha raggiunto il punteggio massimo qualitativo.

Griglia predefinita per l'attribuzione dei coefficienti dei valori dei giudizi	
SCALA DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1
OTTIMO	0,9
DISTINTO	0,8
MOLTO BUONO	0,7
BUONO	0,6
DISCRETO	0,5
MEDIOCRE	0,4
SUFFICIENTE	0,3
SCARSO	0,2
MOLTO SCARSO	0,1

LOTTO 1 - NESSUNA OFFERTA

LOTTO 2 -

Ditta	Cod. articolo - nome commerciale - produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara										Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1,00	0,90	0,80	0,70	0,60	0,50	0,40	0,30	0,20	0,1				
TELEFLEX MEDICAL SRL	cod. CS-12853-E - ARROW INTERNATIONAL INC.	caratteristiche tecnico-funzionali (qualità e biocompatibilità dei materiali)											non conforme : le misure non corrispondono a quelle richieste in capitolato	20	N.C.	N.C.
		caratteristiche di sicurezza, facilità, vantaggio d'uso, assistenza e confezionamento												15	N.C.	
		assistenza e supporto formativo/informativo												5	N.C.	

LOTTO 3 -

Ditta	Cod. articolo - nome commerciale - produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara										Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1,00	0,90	0,80	0,70	0,60	0,50	0,40	0,30	0,20	0,1				
B. BRAUN MILANO SPA	COD. DA 5209749 A 5210615 - B. BRAUN MELSUNGEN AG - DIVISIONE AESCULAP	caratteristiche tecnico-funzionali (qualità e biocompatibilità dei materiali)	1,00											20	20	40
		caratteristiche di sicurezza, facilità, vantaggio d'uso, assistenza e confezionamento	1,00											15	15	
		assistenza e supporto formativo/informativo	1,00											5	5	
TELEFLEX MEDICAL SRL	cod. SI-09808 - ARROW INTERNATIONAL INC.	caratteristiche tecnico-funzionali (qualità e biocompatibilità dei materiali)					0,60						la guida non scivola adeguatamente - la lunghezza non sempre sufficiente (il capitolato non la specifica)	20	12	32
		caratteristiche di sicurezza, facilità, vantaggio d'uso, assistenza e confezionamento	1,00											15	15	
		assistenza e supporto formativo/informativo	1,00											5	5	

LOTTO 4 -

Ditta	Cod. articolo - nome commerciale - produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara										Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	LOTTO DA RIPARAMETRARE			Punteggio max 36
			1,00	0,90	0,80	0,70	0,60	0,50	0,40	0,30	0,20	0,1		Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE	Punteggio riparametrato
B. BRAUN MILANO SPA	COD. 5206363 e 5206362 - B. BRAUN MELSUNGEN AG - DIVISIONE AESCULAP	caratteristiche tecnico-funzionali (qualità e biocompatibilità dei materiali)			0,80								poco scorrevole	20	16	36	40
		caratteristiche di sicurezza, facilità, vantaggio d'uso, assistenza e confezionamento	1,00											15	15		
		assistenza e supporto formativo/informativo	1,00											5	5		
TELEFLEX MEDICAL SRL	cod. da SAC-00520 A SAC-01620 - ARROW INTERNATIONAL INC.	caratteristiche tecnico-funzionali (qualità e biocompatibilità dei materiali)			0,80								Poco scorrevole - si ritene 16 cm sovrapponibile a 18 cm circa richiesti in capitolato	20	16	36	40
		caratteristiche di sicurezza, facilità, vantaggio d'uso, assistenza e confezionamento	1,00											15	15		
		assistenza e supporto formativo/informativo	1,00											5	5		

LOTTO 5 -

Ditta	Cod. articolo - nome commerciale - produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara										Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	LOTTO DA RIPARAMETRARE			Punteggio max 36
			1,00	0,90	0,80	0,70	0,60	0,50	0,40	0,30	0,20	0,1		Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE	Punteggio riparametrato
ALFA MED	cod. MDO303012/308S e 311S - ALFACATH S Medical Device	caratteristiche tecnico-funzionali (qualità e biocompatibilità dei materiali)			0,80								poco maneggevole per le dimensioni	20	16	36	40
		caratteristiche di sicurezza, facilità, vantaggio d'uso, assistenza e confezionamento	1,00											15	15		
		assistenza e supporto formativo/informativo	1,00											5	5		

LOTTO 6 -

Ditta	Cod. articolo - nome commerciale - produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara										Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1,00	0,90	0,80	0,70	0,60	0,50	0,40	0,30	0,20	0,1				
EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	cod. 774F75 - EDWARDS LIFESCIENCES LLC	caratteristiche tecnico-funzionali (qualità e biocompatibilità dei materiali)	1,00											20	20	40
		caratteristiche di sicurezza, facilità, vantaggio d'uso, assistenza e confezionamento	1,00											15	15	
		assistenza e supporto formativo/informativo	1,00											5	5	

LOTTO 7 -

Ditta	Cod. articolo - nome commerciale - produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara										Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1,00	0,90	0,80	0,70	0,60	0,50	0,40	0,30	0,20	0,1				
B. BRAUN MILANO SPA	COD. 5041422 e 5041856 - B. BRAUN MELSUNGEN AG - DIVISIONE AESCULAP	caratteristiche tecnico-funzionali (qualità e biocompatibilità dei materiali)			0,80								relativamente meno maneggevole e di conseguenza probabilità maggiori di sposizionamento dopo la manovra di incuneamento	20	16	36
		caratteristiche di sicurezza, facilità, vantaggio d'uso, assistenza e confezionamento	1,00											15	15	
		assistenza e supporto formativo/informativo	1,00											5	5	
EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	cod. 131F7P E 831F75P - EDWARDS LIFESCIENCES LLC	caratteristiche tecnico-funzionali (qualità e biocompatibilità dei materiali)	1,00										ottima maneggevolezza	20	20	40
		caratteristiche di sicurezza, facilità, vantaggio d'uso, assistenza e confezionamento	1,00											15	15	
		assistenza e supporto formativo/informativo	1,00											5	5	
TELEFLEX MEDICAL SRL	cod. AH-05000 E AH-05000-F - ARROW INTERNATIONAL INC.	caratteristiche tecnico-funzionali (qualità e biocompatibilità dei materiali)			0,80								relativamente meno maneggevole e di conseguenza probabilità maggiori di sposizionamento dopo la manovra di incuneamento	20	16	36
		caratteristiche di sicurezza, facilità, vantaggio d'uso, assistenza e confezionamento	1,00											15	15	
		assistenza e supporto formativo/informativo	1,00											5	5	

LOTTO 8 - NESSUNA OFFERTA

LOTTO 9 -

Ditta	Cod. articolo - nome commerciale - produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara										Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1,00	0,90	0,80	0,70	0,60	0,50	0,40	0,30	0,20	0,1				
AB MEDICA SPA	cod.da 687060 a 65 - Argon Critical Care Systems Singapore	caratteristiche tecnico-funzionali (qualità e biocompatibilità dei materiali)		0,90									i raccordi non danno garanzia di tenuta al 100%, a volte si staccano	20	18	38
		caratteristiche di sicurezza, facilità, vantaggio d'uso, assistenza e confezionamento	1,00											15	15	
		assistenza e supporto formativo/informativo	1,00											5	5	
EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	cod. T001660A, T001658A E T100214A - EDWARDS LIFESCIENCES LLC	caratteristiche tecnico-funzionali (qualità e biocompatibilità dei materiali)	1,00											20	20	40
		caratteristiche di sicurezza, facilità, vantaggio d'uso, assistenza e confezionamento	1,00											15	15	
		assistenza e supporto formativo/informativo	1,00											5	5	

LOTTO 10 -

Ditta	Cod. articolo - nome commerciale - produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara										Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1,00	0,90	0,80	0,70	0,60	0,50	0,40	0,30	0,20	0,1				
MOVI SPA	cod. 0431157-48 e 0431157-51 - PAJUNK GmbH Medizintechnologie	caratteristiche tecnico-funzionali (qualità e biocompatibilità dei materiali)	1,00											20	20	40
		caratteristiche di sicurezza, facilità, vantaggio d'uso, assistenza e confezionamento	1,00											15	15	
		assistenza e supporto formativo/informativo	1,00											5	5	
ALGO VITAE SRL	EPIX cod. da EKB160800SS A EKB180802LS-P - BIO 3 TUNISIE SARL	caratteristiche tecnico-funzionali (qualità e biocompatibilità dei materiali)	1,00											20	20	40
		caratteristiche di sicurezza, facilità, vantaggio d'uso, assistenza e confezionamento	1,00											15	15	
		assistenza e supporto formativo/informativo	1,00											5	5	
TELEFLEX MEDICAL SRL	cod. da 190210-000180 A 190240-000180 EPISTAR - TELEFLEX MEDICAL	caratteristiche tecnico-funzionali (qualità e biocompatibilità dei materiali)											Non conforme: alette non trasparenti .	20	N.C.	N.C.
		caratteristiche di sicurezza, facilità, vantaggio d'uso, assistenza e confezionamento												15	N.C.	
		assistenza e supporto formativo/informativo												5	N.C.	

LOTTO 11 -

Ditta	Cod. articolo - nome commerciale - produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara										Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1,00	0,90	0,80	0,70	0,60	0,50	0,40	0,30	0,20	0,1				
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	cod. 821707 + 821731 - CODMAN NEURO DE PUY SYNTHES	caratteristiche tecnico-funzionali (qualità e biocompatibilità dei materiali)	1,00											20	20	40
		caratteristiche di sicurezza, facilità, vantaggio d'uso, assistenza e confezionamento	1,00											15	15	
		assistenza e supporto formativo/informativo	1,00											5	5	
MEDTRONIC ITALIA SPA	cod. 46119 +46124 + 46129 - MEDTRONIC CORPORATION	caratteristiche tecnico-funzionali (qualità e biocompatibilità dei materiali)											Non conforme: filo guida non precaricato.	20	N.C.	N.C.
		caratteristiche di sicurezza, facilità, vantaggio d'uso, assistenza e confezionamento												15	N.C.	
		assistenza e supporto formativo/informativo												5	N.C.	

LOTTO 12 -

Ditta	Cod. articolo - nome commerciale - produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara										Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1,00	0,90	0,80	0,70	0,60	0,50	0,40	0,30	0,20	0,1				
MEDTRONIC ITALIA SPA	cod. da 90051T A 90056T + 90045 - MEDTRONIC CORPORATION	caratteristiche tecnico-funzionali (qualità e biocompatibilità dei materiali)	1,00											20	20	40
		caratteristiche di sicurezza, facilità, vantaggio d'uso, assistenza e confezionamento	1,00											15	15	
		assistenza e supporto formativo/informativo	1,00											5	5	

LOTTO 13 -

Ditta	Cod. articolo - nome commerciale - produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara										Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1,00	0,90	0,80	0,70	0,60	0,50	0,40	0,30	0,20	0,1				
MOVI SPA	cod. da 001185-71 a 001187-81 PAJUNK GmbH Medizintechnologie	caratteristiche tecnico-funzionali (qualità e biocompatibilità dei materiali)	1,00											20	20	40
		caratteristiche di sicurezza, facilità, vantaggio d'uso, assistenza e confezionamento	1,00											15	15	
		assistenza e supporto formativo/informativo	1,00											5	5	
B. BRAUN MILANO SPA	COD. DA 4892503-01 A 4892515 - B. BRAUN MELSUNGEN AG - DIVISIONE HOSPITAL CARE	caratteristiche tecnico-funzionali (qualità e biocompatibilità dei materiali)	1,00											20	20	40
		caratteristiche di sicurezza, facilità, vantaggio d'uso, assistenza e confezionamento	1,00											15	15	
		assistenza e supporto formativo/informativo	1,00											5	5	

LOTTO 14 -

Ditta	Cod. articolo - nome commerciale - produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara										Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1,00	0,90	0,80	0,70	0,60	0,50	0,40	0,30	0,20	0,1				
INTERSURGICAL SPA	cod. 1980000 (22M-22M-22M/15F) - cod. 19850000 (22M-22F-22M-15F) - INTERSURGICAL LTD GUERNSEY - WOKINGHAM UK	caratteristiche tecnico-funzionali (qualità e biocompatibilità dei materiali)											Non conforme: le misure corrispondono a quelle richieste in capitolato ma non sono state assemblate idoneamente come richiesto	20	N.C.	N.C.
		caratteristiche di sicurezza, facilità, vantaggio d'uso, assistenza e confezionamento												15	N.C.	
		assistenza e supporto formativo/informativo												5	N.C.	
MEDTRONIC ITALIA SPA	cod. 615/5254 e 615/5103 - MEDTRONIC CORPORATION	caratteristiche tecnico-funzionali (qualità e biocompatibilità dei materiali)											Non conforme: le misure corrispondono a quelle richieste in capitolato ma non sono state assemblate idoneamente come richiesto	20	N.C.	N.C.
		caratteristiche di sicurezza, facilità, vantaggio d'uso, assistenza e confezionamento												15	N.C.	
		assistenza e supporto formativo/informativo												5	N.C.	

LOTTO 15 - - NESSUNA OFFERTA

LOTTO 16 -

Ditta	Cod. articolo - nome commerciale - produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara										Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1,00	0,90	0,80	0,70	0,60	0,50	0,40	0,30	0,20	0,1				
INTERSURGICAL SPA	cod. da 807006 a 8080014 - INTERSURGICAL LTD GUERNSEY - WOKINGHAM UK	caratteristiche tecnico-funzionali (qualità e biocompatibilità dei materiali)											Non conforme: prodotto in PVC e non in poliuretano come richiesto in capitolato	20	N.C.	N.C.
		caratteristiche di sicurezza, facilità, vantaggio d'uso, assistenza e confezionamento												15	N.C.	
		assistenza e supporto formativo/informativo												5	N.C.	
TELEFLEX MEDICAL SRL	cod. 503700-000100, 503700-000120 E 503700-000140 - TELEFLEX MEDICAL	caratteristiche tecnico-funzionali (qualità e biocompatibilità dei materiali)											Non conformie prodotto in PVC e non in poliuretano come richiesto in capitolato	20	N.C.	N.C.
		caratteristiche di sicurezza, facilità, vantaggio d'uso, assistenza e confezionamento												15	N.C.	
		assistenza e supporto formativo/informativo												5	N.C.	

Torino 12/03/2018

La Commissione Giudicatrice composta da:

Dott.ssa Fiorella Lorenzetti .....

Dott.ssa Sabina Giannone .....

Sig. Massimo Andreis .....