

CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI: MAX. 54 PUNTI COSÌ SUDDIVISI:	ADEXTE	FRANCEHOPITAL	COMMENTI	
A1.1) Per la piantina portatile (pos 1 scheda raccolta dati tecnici) si valuterà: portata garantita, range di regolazione in altezza, stabilità e solidità del basamento, facilità di movimentazione.	(max 6 punti)	20 KG SU 4 GANCI DA 1430MM A 2550MM IN ALTEZZA	20 KG SU 4 GANCI DA 1900MM A 2800MM IN ALTEZZA	I modelli offerti risultano equivalente in termini di portata, mentre in termini di manovrabilità risulta leggermente preferibile il modello offerto dalla ditta ADEXTE, in quanto dotato di una base di diametro inferiore e quindi, di conseguenza, risulta meno ingombrante. L'asia portatile offerta da ADEXTE presenta, inoltre, un range di elevazione in altezza più ampio.
GIUDIZIO	ECCELLENTI	OTTIMO		
COEFFICIENTE	1	0,8		
PUNTI	6	4,8		
A1.2) Per gli allevi servitori (pos 2, 5 scheda raccolta dati tecnici) si valuterà: stabilità del piano di lavoro, range di regolazione in altezza (altezza min. e max.) e le movimentazioni possibili del piano di lavoro, manovrabilità ed ergonomia di utilizzo	(max 6 punti)	POS 2: DA 910 A 1270MM PORTATA MAX FINO A 30KG POS 5: DA 910 A 1300MM PORTATA MAX FINO A 30KG	POS 2: DA 910 A 1270MM PORTATA MAX FINO A 30KG POS 5: DA 830 A 1170MM PORTATA MAX FINO A 50KG	E' risultato migliore la tipologia di allevio servitore offerto da ADEXTE, in quanto offre un maggior grado di movimentazione (il piano ruota ed ha il movimento in verticale) mentre il modello offerto dalla ditta Francehospital ha solo il movimento in verticale. Pertanto ADEXTE si adegua maggiormente all'utilizzatore).
GIUDIZIO	ECCELLENTI	BUONO		
COEFFICIENTE	1	0,6		
PUNTI	6	3,6		
A1.3) Per le pedane , le panchette , le scalate (pos 3, 6 e 16 scheda raccolta dati tecnici) si valuteranno: le dimensioni e l'altezza dei gradini, la tipologia della finitura antiscivolo, la portata.	(max 6 punti)	POS 3: 600X350X130 PORTATA 250KG POS 6: 600X350X220 PORTATA 250KG POS 16: 600X650X220X440 MM PORTATA 250KG	POS 3: 600X350X130 PORTATA 150KG POS 6: 600X350X220 PORTATA 150KG POS 16: 600X650X220X440MM PORTATA 150KG	Le pedane offerte dalla ditta ADEXTE risultano migliori per portata e caratteristiche antiscivolo del gradino stesso.
GIUDIZIO	ECCELLENTI	MOLTO BUONO		
COEFFICIENTE	1	0,7		
PUNTI	6	4,2		
A1.4) Per i tavoli madre (pos 4, 13 scheda raccolta dati tecnici) si valuteranno: stabilità del piano di lavoro, solidità della struttura, facilità di movimentazione ed ergonomia di utilizzo	(max 6 punti)			I prodotti offerti risultano equivalenti.
GIUDIZIO	ECCELLENTI	ECCELLENTI		
COEFFICIENTE	1	1		
PUNTI	6	6		

<p>Per i carrelli (pos 8, 9, 14, 19, 20 scheda raccolta dati tecnici) si valuteranno: solidità della struttura, capacità di carico, le dimensioni delle ruote, la facilità di movimentazione ed ergonomia di utilizzo.</p>	<p>(max 6 punti)</p>	<p>CARICO MAX 100KG (PIU ALTO DEL CAPITOLATO) POS 9: 100MM, CARICO MAX 140KG (PIU LARGO RISPETTO AL CAPITOLATO) POS14: 125MM, CARICO MAX 140KG POS 19: 125MM, CARICO MAX 140KG POS 20: 125MM, CARICO MAX 140KG</p>	<p>POS 8: 125 MM, CARICO MAX 100KG (90KG A PIANO) PIU ALTO DEL CAPITOLATO. POS 9: 125MM, CARICO MAX 100KG CIASCUN PIANO POS14: 125MM, CARICO MAX 100KG (50 KG A RIPIANO) POS 19: 150MM, CARICO MAX NON PRECISATO POS 20: 150MM, CARICO MAX NON PRECISATO</p>	<p>I carrelli offerti dalla ditta Adexie sono stati valutati migliori, in quanto completamente costruiti in acciaio inox. I carrelli proposti da Francohospital, invece, risultano ibridi: la struttura portante è costruita in acciaio inox, le pareti e le basi di appoggio in ABS con minor robustezza del piano superiore, minor possibilità di pulizia del piano superiore. Inoltre il piano estraibile, in materiale plastico, risulta poco robusto per le necessità della sala operatoria e non è in grado di reggere carichi elevati. Il sistema di apertura dei cassetti presenta delle criticità in termini di sicurezza nei riguardi degli operatori per il rilievo sporgente, anche se arrotondato. Per quanto riguarda la movimentazione i modelli offerti da entrambe le ditte risultano equivalenti e di facile movimentazione.</p>
<p>GIUDIZIO</p>	<p>6</p>	<p>ECCELLENTI</p>	<p>BUONO</p>	<p>0,5</p>
<p>COEFFICIENTE</p>	<p>1</p>	<p>6</p>	<p>3</p>	<p>0,8</p>
<p>PUNTI</p>	<p>6</p>	<p>1</p>	<p>6</p>	<p>4,8</p>
<p>Per la rastrelliera (pos 15 scheda raccolta dati tecnici) si valuterà: la stabilità, le dimensioni d'ingombro, la portata, il diametro delle ruote, la facilità di movimentazione</p>	<p>(max 6 punti)</p>	<p>POS 15: 555X670X1481MM, 75 MM RUOTE GEMELLARI, PORTATA 90 KG STATICO SU RUOTA</p>	<p>POS 15: 610X555X1500MM, 80 MM RUOTE GEMELLARI</p>	<p>I prodotti risultato equivalenti, ma le soluzioni adottate dalla ditta Adexie per l'organizzazione dei portaganti risultano migliori (divisione e maggior possibilità di suddivisione).</p>
<p>GIUDIZIO</p>	<p>6</p>	<p>ECCELLENTI</p>	<p>DISTINTO</p>	<p>0,8</p>
<p>COEFFICIENTE</p>	<p>1</p>	<p>6</p>	<p>6</p>	<p>4,8</p>
<p>PUNTI</p>	<p>6</p>	<p>0,8</p>	<p>DISTINTO</p>	<p>0,3</p>
<p>Per i carrelli portacattini e portaraschi (pos. 10, 11, 12 scheda raccolta dati tecnici) si valuteranno: la stabilità, la robustezza del sistema portacattini e portaraschi, la possibilità di trasporto di sacchi di varie dimensioni, le dimensioni d'ingombro, la facilità di movimentazione e l'ergonomia di utilizzo.</p>	<p>(max 6 punti)</p>	<p>POS 10: 390X700X855MM POS11: 600X500X860MM POS12: 750X450X950MM</p>	<p>POS 10: 700X500X805MM POS11: 544X440X950MM POS12: 650X540X950MM</p>	<p>La valutazione su tali articoli ha prodotto lo stesso giudizio in quanto il portacattini offerto dalla ditta Adexie è stato valutato migliore perché la struttura portacattini è fissa ed è possibile togliere solo i catini, mentre i portacattini della ditta Francohospital sono rimovibili completamente ma con operazioni meno facili per l'utilizzatore che deve inserire dei fermi aggiuntivi per stabilizzare la struttura. Il portaraschi offerto dalla ditta Francohospital è stato valutato migliore per il sistema di sollevamento del coperchio più agevole.</p>
<p>GIUDIZIO</p>	<p>6</p>	<p>0,8</p>	<p>DISTINTO</p>	<p>0,3</p>
<p>COEFFICIENTE</p>	<p>1</p>	<p>4,8</p>	<p>4,8</p>	<p>4,8</p>
<p>PUNTI</p>	<p>6</p>	<p>POS 17: DA 630 A 830 MM IN H, PORTATA 150 KG POS 18: DA 630 A 830 MM IN H, PORTATA 150 KG</p>	<p>POS 17: DA 630 A 830 MM IN H, PORTATA ?? POS 18: DA 570 A 710 MM IN H, PORTATA??</p>	<p>E' stata considerata migliore l'offerta di Adepte perché ha un range di altezza superiore nella posizione 18 ed è stata precisata la portata.</p>
<p>GIUDIZIO</p>	<p>6</p>	<p>ECCELLENTI</p>	<p>OTTIMO</p>	<p>0,9</p>
<p>COEFFICIENTE</p>	<p>1</p>	<p>6</p>	<p>6</p>	<p>5,4</p>
<p>PUNTI</p>	<p>6</p>	<p>POS 7: 530X325X200MM DIMENSIONE VASCA</p>	<p>POS 7: 760X325X1020MM DIMENSIONE VASCA</p>	<p>E' stato considerato migliore il modello offerto dalla ditta Francohospital perché la vasca è dotata di rubinetto di scarico ed è più leggera ed inoltre si estrae lateralmente dal telaio senza sollevarla (più ergonomico nell'utilizzo quotidiano).</p>
<p>GIUDIZIO</p>	<p>6</p>	<p>MOLTO BUONO</p>	<p>ECCELLENTI</p>	<p>1</p>
<p>COEFFICIENTE</p>	<p>0,7</p>	<p>6</p>	<p>0,7</p>	<p>0,7</p>

PUNTI		4,2	6
A.2) ASSISTENZA TECNICA - MAX 11			
	ADEXTTE	FRANCEHOPITAL	

Estensione del periodo di garanzia:
 Il punteggio sarà attribuito valutando il maggior periodo di garanzia offerto
 $V_{(max)} = 1,0$ all'offerta che prevede il maggior periodo di garanzia I restanti punteggi verranno attribuiti in maniera proporzionale rispetto al valore massimo offerto
 Il coefficiente $V_{(max)} = 0$ verrà attribuito all'offerta corrispondente al requisito minimo richiesto nel

A.2.1) Candidato Tecnico		(max 3 punti)	84+36	36+24 mesi
COEFFICIENTE			1	0,5
PUNTI			3	1,5

LE MODALITÀ DI GESTIONE DELL'ASSISTENZA DELLA MANUTENZIONE COSÌ SUDDIVISI:

A.2.2) COSTI VENDITA
 Il tempo di intervento seguirà l'organizzazione dei guasti: il punteggio sarà attribuito valutando il minor tempo di intervento in loco offerto rispetto al tempo massimo
 Verrà attribuito il coefficiente massimo ($V_{(max)} = 1,0$) all'offerta che prevede il tempo di risoluzione minore. I restanti punteggi verranno offerti in maniera proporzionale rispetto alla riduzione massima offerta.
 Il coefficiente $V_{(max)} = 0$ verrà attribuito all'offerta corrispondente al requisito minimo richiesto nel

A.2.2) Candidato Tecnico		(max 3 punti)	24h solari	8 ore lavorative
COEFFICIENTE			3	1
PUNTI			3	3

Tempo di risoluzione dei guasti:
 Il punteggio sarà attribuito valutando il minor tempo di risoluzione guasti offerto rispetto al tempo massimo
 Verrà attribuito il coefficiente massimo ($V_{(max)} = 1,0$) all'offerta che prevede il tempo di risoluzione minore. I restanti punteggi verranno offerti in maniera proporzionale rispetto alla riduzione massima offerta.
 Il coefficiente $V_{(max)} = 0$ verrà attribuito all'offerta corrispondente al requisito minimo richiesto nel

A.2.2) Candidato Tecnico		(max 2 punti)	24h solari (equivalente ad 8 ore lavorative)	16 ore lavorative
COEFFICIENTE			2	0,5
PUNTI			2	1

La disponibilità a portare un muletto sostitutivo in caso del protrarsi della condizione di guasto oltre la tempistica indicata in sede di gara
 $SF (V_{(max)} = 1,0)$
 $- SF (V_{(max)} = 0)$

A.2.2.3) NO (V_(max) = 0)		(max 3 punti)	Sì	Sì
COEFFICIENTE			3	1
PUNTI			3	3

A.3) CERTIFICAZIONI, SICUREZZA ED IGIENE - MAX 5 PUNTI		(max 5 punti)	ADEXTTE	FRANCEHOPITAL
GIUDIZIO			ECCELLENTTE	DISTINTO
COEFFICIENTE			1	0,8
PUNTI			5	4

COMMENTI
 La ditta Adextte ha fornito tutte le certificazioni richieste, in termini di sicurezza ed igiene non vengono riscontrate criticità. Pertanto si attribuisce valutazione pari ad eccellente.
 Il carrello offerto dalla ditta Francehopital, invece, è risultato di difficile sanificazione, specialmente la struttura non smussata dei cassetti; la ditta ha fornito le certificazioni richieste. Si attribuisce giudizio pari a distinto.

Handwritten signature and initials in blue ink.

DITTE	A1) CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI: MAX. 54	A2) ASSISTENZA TECNICA - MAX 11	A3) CERTIFICAZIONI, SICUREZZA ED IGIENE - MAX 5 PUNTI	TOTALE PUNTI	TOTALE RIPROPORZIONATO
ADEXTTE	51	11	5	67	70
FRANCEHOPITAL	42,6	8,5	4	55,1	57,57