

DIAPATH

Constant Innovation in Anatomic Pathology

Spett.le
AO Ordine Mauriziano
Via Magellano 1
10128 Torino

Martinengo, 29/09/2023

OGGETTO: PROCEDURA PER PROCESSATORI CIG 95603878ED

Gentile cliente con la presente in riferimento alla delibera con la quale vengono aggiudicati i processori per l'anatomia patologica, preso atto di tutta la documentazione tecnica, economica ricevuta siamo a chiedere delucidazioni sull'attribuzione del punteggio finale dell'aggiudicataria relativamente ai punti sotto:

- Dove si evince dai manuali e dalle schede tecniche allegate che la strumentazione offerta sia dotata di un sistema di autodiagnosi?
- Dove si evince che la strumentazione abbia come richiesto un sistema di gestione e messa in sicurezza dei campioni? Nella relazione fornita dall'aggiudicatario si evince solo che verrà fornito un UPS ma non si parla di gestione del campione stesso né di relativa sicurezza.
- Il cambio dei reattivi si chiede se sia controllato con codice a barre o RFID
- La tanica di scarto della paraffina si chiede se sia dotata di sistema RFID
- In riferimento alla durata della processazione rapida viene indicato solo il tempo di permanenza dei reagenti in camera non di tutto il processo, si chiede conferma di quanto possa essere la durata totale
- Per quanto riguarda la valutazione attribuita sulla gestione dei rifiuti precisiamo che senza nessun chiarimento è stata valutata "peggiorativa" quella della nostra Azienda ma se paragonassimo le 900 biocassette come indicatore inserito dalla ditta aggiudicataria la scrivente con la prima tanica arriva anche a processare 1600 biocassette.
- Tra i vari documenti c'è un'incongruità sul numero di cassette processabili. A pagina 91 del manuale viene indicato 360 ma in altro documento 450. E' possibile chiarire con che capacità di taniche lavorano i processori offerti e quanto biocassette possono processare?

Distinti saluti

DIAPATH S.p.A.
Il Presidente
Vladimiro Bergamini

