Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di TORINO

PUNTEGGIO GARA LOTTI 1-2-3-4

SUPERFICI DI PREVENZIONE E TRATTAMENTO ANTI-DECUBITO FUNZIONANTI SECONDO IL PRINCIPIO DELLA FLUTTUAZIONE DINAMICA (PRESIDI)

COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE NOMINATI CON DELIBERAZIONE N. 201 DEL 20/03/2018

ASL Città di Torino:	Ing. PRATO Giuseppe	*Presidente*	.....
AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano:	Sig.ra GALLO Eleonora	*Componente*	.....
ASL TO3:	Sig.ra BELTRAMINO Maria Grazia	*Componente*	.....
ASL TO4:	Sig.ra PERONO MININO Laura	*Componente*	.....
ASL TO5:	Sig.ra MUCIACCIA Monica	*Componente*	.....

Torino: 15/10/2018

LOTTO 1 - Presidi antidecubito per pazienti a basso rischio di lesioni da decubito o con lesioni di 1° o 2° grado, con mobilità conservata

N°	Criteri punteggio attribuito	ARJO HUNTLEIGH	MEDICAIR ITALIA	SAPIO LIFE	ZUCCATO HC	Punteggio criterio	ARJO HUNTLEIGH ArjoHuntleigh Autologic 200						MEDICAIR ITALIA Termoletto Italiana Air System PRO 3000						SAPIO LIFE Euro Ausili WAVE						ZUCCATO HC Talley Pulsair Choise MR					
							SLG	CDT	TO3	TO4	TO5	Punteggio Medio Totale	SLG	CDT	TO3	TO4	TO5	Punteggio Medio Totale	SLG	CDT	TO3	TO4	TO5	Punteggio Medio Totale	SLG	CDT	TO3	TO4	TO5	Punteggio Medio Totale
1	Gestione del servizio comprensivo di Full Risk e proposta di procedura informatizzata (relazioni da presentarsi come richiesto nella documentazione tecnica)	service center Rivoli (TO) consegna ore 12 giorno succ. ritiro entro 24ore intervento manut. entro 8 ore piattaforma web SMOW	service center Rivalta (TO) consegna entro 8 ore ritiro entro 8 ore intervento manut. entro 12 ore piattaforma web IGEA	service center Monza consegna ore 12 giorno succ. ritiro entro 48 ore intervento manut. entro 12 ore piattaforma web LIFEWeb	service center Venaria R. (TO) consegna entro 12 ore ritiro entro 24 ore intervento manut. entro 12 ore piattaforma web NEXUS	9,80	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	9,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,80	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	5,88	1,00	0,70	0,70	0,80	0,70	7,64
2	Modalità e procedure di decontaminazione/ sanificazione e tracciabilità ed eventuale possesso di certificazioni (relazioni da presentarsi come richiesto nella documentazione tecnica)	processo correttamente documentato. Possesso certificazioni ISO	processo correttamente documentato. Possesso certificazioni ISO	processo correttamente documentato. Possesso certificazioni ISO	processo correttamente documentato. Possesso certificazioni ISO	5,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,60
3	Peso e ingombro ridotti dell'intero sistema	3,9 + 10,5 kg	3,1 + 10 kg	2,8 + 9 kg	3,4 + 6 kg	4,20	0,50	0,80	0,80	0,80	0,80	3,11	0,50	0,80	0,80	0,80	0,80	3,11	0,50	0,90	0,90	0,90	0,90	3,44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,20
4	Valutazione del miglior rapporto tra le componenti statiche e dinamiche	statica 9 cm dinamica 11,5 cm	statica 7 cm dinamica 15 cm	statica 3 cm dinamica 13 cm	solo dinamica 18 cm	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	1,00	0,70	0,70	0,90	0,70	5,60	0,70	0,70	0,70	0,60	0,70	4,76	0,70	0,80	0,80	0,90	0,80	5,60
5	Modalità della gestione di controllo automatico delle pressione di contatto, posizione e numero di sensori/apparato equivalente – Valutazione del sistema più conformante	1 sensore	3 sensori	1 sensore	4 sensori	7,00	0,50	0,70	0,70	1,00	0,70	5,04	0,90	1,00	1,00	0,90	1,00	6,72	0,50	0,70	0,70	0,70	0,70	4,62	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	6,44
6	Sistema di ritorno alla modalità terapeutica in caso di nursing o di temporanea interruzione nell'erogazione dell'alimentazione elettrica – valutazione del sistema più performante	15 min	20 min	20 min	tempo indeterminato	4,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,20	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	4,12	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	4,12	1,00	0,70	0,70	0,50	0,70	3,02
7	Tipologia di allarmi – preferenza di allarmi sonori e visivi attivi fino ad intervento dell'operatore	allarmi completi e facilmente interpretabili sul pannello di controllo	allarmi completi, pannello con problemi di visibilità	allarmi completi, pannello con problemi di interpretazione	allarmi completi, riportati su display LCD	2,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,80	0,80	0,60	0,60	1,00	0,60	2,02	0,80	0,50	0,50	0,60	0,50	1,62	1,00	0,90	0,90	1,00	0,90	2,63
8	Durata di mantenimento della pressione senza alimentazione elettrica per il trasporto (modalità)	automatica allo sgancio	connessione due tubi	automatica allo sgancio + cavetto RJ	automatica allo sgancio	4,20	1,00	0,90	0,90	1,00	0,90	3,95	1,00	0,50	0,50	0,90	0,50	2,86	0,50	0,60	0,60	0,70	0,60	2,52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,20
9	Confezionamento del sistema (Telo e superficie inferiore: cuciture, cerniere e coperture che garantiscono una miglior performance igienica) – Valutazione del sistema che garantisce la migliore performance igienica	tessuto Reliant IS2 bielastico, permeabile ai vapori, antibatterico	tessuto Dartex Endurance, permeabile ai vapori, antibatterico	cover poliestere/poliuretano bielastica , permeabile ai vapori, antibatterica	cover poliestere/poliuretano bielastica , permeabile ai vapori, antibatterica	5,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,60	1,00	0,80	0,80	0,90	0,80	4,82	1,00	0,70	0,70	0,90	0,70	4,48	1,00	0,90	0,90	1,00	0,90	5,26
10	Tempo di gonfiaggio a vuoto. Si predilige il tempo minore	12 min	20 min	18 min	13 min	2,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,80	0,50	0,50	0,50	0,80	0,50	1,57	0,50	0,60	0,60	0,80	0,60	1,74	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	2,58
11	Eventuali migliorie proposte	modalità comfort microcessione aria passacavo laterale 3 tipi di teli	modalità comfort passacavo laterale	modalità comfort passacavo laterale sensore inclinazione	modalità comfort microcessione aria	2,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,80	1,00	0,60	0,60	0,90	0,60	2,07	1,00	0,60	0,60	0,70	0,60	1,96	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	2,58
12	Praticità di ancoraggio motore	compatto e aggancio agevole	voluminoso e aggancio standard	voluminoso e aggancio standard	compatto e aggancio standard	1,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	0,50	0,80	0,80	0,80	0,80	1,04	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80	1,18	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	1,29
13	Rispetto dei requisiti minimi ambientali per i prodotti chimici utilizzati per la sanificazione previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 ottobre 2016 per quanto applicabili ai dispositivi medici.	utilizzo prodotti certificati Ecolab	utilizzo prodotti certificati Ecolab	utilizzo prodotti certificati 99 Technologies	utilizzo prodotti certificati Ecolab	1,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40
14	Pressione alternata (tempo e alternanza) - Preferenza al ciclo con intervallo di alternanza più ravvicinato	alternanza 1:2 tempo 10 min	alternanza 1:2 tempo 10 min	alternanza 1:2 tempo 10, 15, 20 min	alternanza 1:4 tempo 3 min	11,20	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	10,08	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	10,08	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	10,08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,20
	TOTALE					70,00						65,38						60,79						53,40						63,64

LOTTO 2 - Presidi antidecubito per prevenzione e trattamento di lesioni dal 1° al 3° stadio di gravità, ovvero per pazienti a medio/alto rischio di insorgenza/aggravamento di lesioni secondo la classificazione NATIONAL PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL (N.P.U.A.P.)

N°	Criteri punteggio attribuito	ARJO HUNTLEIGH	MEDICAIR ITALIA	SAPIO LIFE	ZUCCATO HC	Punteggio criterio	ARJO HUNTLEIGH ArjoHuntleigh Autologic 200 (uguale lotto1)						MEDICAIR ITALIA Termoletto Italiana Air System PRO 5000						SAPIO LIFE Euro Ausili WAVE (uguale lotto1)						ZUCCATO HC Talley Quattro Plus					
							SLG	CDT	TO3	TO4	TO5	Punteggio Medio Totale	SLG	CDT	TO3	TO4	TO5	Punteggio Medio Totale	SLG	CDT	TO3	TO4	TO5	Punteggio Medio Totale	SLG	CDT	TO3	TO4	TO5	Punteggio Medio Totale
1	Gestione del servizio comprensivo di Full Risk e proposta di procedura informatizzata (relazioni da presentarsi come richiesto nella documentazione tecnica)	service center Rivoli (TO) consegna ore 12 giorno succ. ritiro entro 24ore intervento manut. entro 8 ore piattaforma web SMOW	service center Rivalta (TO) consegna entro 8 ore ritiro entro 8 ore intervento manut. entro 12 ore piattaforma web IGEA	service center Monza consegna ore 12 giorno succ. ritiro entro 48 ore intervento manut. entro 12 ore piattaforma web LIFEWeb	service center Venaria R. (TO) consegna entro 12 ore ritiro entro 24 ore intervento manut. entro 12 ore piattaforma web NEXUS	9,80	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	9,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,80	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	5,88	1,00	0,70	0,70	0,80	0,70	7,64
2	Modalità e procedure di decontaminazione/ sanificazione e tracciabilità ed eventuale possesso di certificazioni (relazioni da presentarsi come richiesto nella documentazione tecnica)	processo correttamente documentato. Possesso certificazioni ISO	processo correttamente documentato. Possesso certificazioni ISO	processo correttamente documentato. Possesso certificazioni ISO	processo correttamente documentato. Possesso certificazioni ISO	4,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,20
3	Peso e ingombro ridotti dell'intero sistema	3,9 + 10,5 kg	3,1 + 11 kg	2,8 + 9 kg	3,4 + 9,4 kg	4,20	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80	3,44	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80	3,44	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	3,86	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,20
4	Altezza e tipologia degli strati componenti la superficie antidecubito; altezza e diametro delle celle.	celle diametro 11,5 cm	2 strati celle diametro 10 cm triplo strato sui talloni	celle diametro 13 cm	celle 8x18 cm	5,60	1,00	0,60	1,00	0,90	0,60	4,59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,60	1,00	0,60	0,60	0,90	0,60	4,14	1,00	0,80	0,80	1,00	0,80	4,93
5	Valutazione del miglior rapporto tra le componenti statiche e dinamiche	statica 9 cm dinamica 11,5 cm	statica 2 cm dinamica 24 cm	statica 3 cm dinamica 13 cm	solo dinamica 18 cm	4,20	0,90	0,90	0,90	1,00	0,90	3,86	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	4,12	1,00	0,70	0,70	0,60	0,70	3,11	1,00	0,80	0,80	0,90	0,80	3,61
6	Modalità della gestione di controllo automatico delle pressione di contatto, posizione e numero di sensori/apparato equivalente – Valutazione del sistema più conformante	1 sensore	3 sensori	1 sensore	4 sensori	7,00	0,50	0,70	0,70	1,00	0,70	5,04	0,90	1,00	1,00	0,90	1,00	6,72	0,50	0,70	0,70	0,70	0,70	4,62	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	6,44
7	Pressione alternata (tempo e alternanza) - Preferenza al ciclo con intervallo di alternanza più ravvicinato	alternanza 1:2 tempo 10 min	alternanza 1:2 tempo 10 min	alternanza 1:2 tempo 10, 15, 20 min	alternanza 1:4 tempo 3 min	11,20	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	10,30	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	10,30	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	10,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,20
8	Sistema di ritorno alla modalità terapeutica in caso di nursing o di temporanea interruzione nell'erogazione dell'alimentazione elettrica – valutazione del sistema più performante	15 min	20 min	20 min	15 min	4,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,20	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	4,12	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	4,12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,20
9	Tipologia di allarmi – preferenza di allarmi sonori e visivi attivi fino ad intervento dell'operatore	allarmi completi e facilmente interpretabili sul pannello di controllo	allarmi completi, pannello con problemi di visibilità	allarmi completi, pannello con problemi di interpretazione	allarmi completi, riportati su display LCD	2,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,80	0,80	0,60	0,60	1,00	0,60	2,02	0,80	0,50	0,50	0,60	0,50	1,62	1,00	0,90	0,90	1,00	0,90	2,63
10	Durata di mantenimento della pressione senza alimentazione elettrica per il trasporto	automatica allo sgancio	automatica allo sgancio	automatica allo sgancio + cavetto RJ	automatica allo sgancio	4,20	1,00	0,90	0,90	1,00	0,90	3,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,20	0,50	0,60	0,60	0,70	0,60	2,52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,20
11	Confezionamento del sistema (Telo e superficie inferiore: cuciture, cerniere e coperture che garantiscono una miglior performance igienica) – Valutazione del sistema che garantisce la migliore performance igienica	tessuto Reliant IS2 bielastico, permeabile ai vapori, antibatterico	tessuto Dartex Endurance, permeabile ai vapori, antibatterico	cover poliestere/poliuretano bielastica , permeabile ai vapori, antibatterica	cover poliestere/poliuretano bielastica , permeabile ai vapori, antibatterica	4,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,20	1,00	0,80	0,80	0,90	0,80	3,61	1,00	0,70	0,70	0,90	0,70	3,36	1,00	0,90	0,90	1,00	0,90	3,95
12	Tempo di gonfiaggio a vuoto. Si predilige il tempo minore	12 min	30 min	18 min	13 min	2,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,80	0,50	0,40	0,40	0,70	0,40	1,34	0,90	0,60	0,60	0,80	0,60	1,96	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	2,58
13	Eventuali migliorie proposte	modalità comfort microcessione aria passacavo laterale 3 tipi di teli	modalità comfort passacavo laterale sgonfiaggio manuale testa	modalità comfort passacavo laterale sensore inclinazione	modalità comfort passacavo laterale microcessione aria bassa pressione continua	2,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,80	1,00	0,80	0,80	1,00	0,80	2,46	1,00	0,60	0,60	0,70	0,60	1,96	1,00	0,80	0,80	1,00	0,80	2,46
14	Praticità di ancoraggio motore	compatto e aggancio agevole	voluminoso e aggancio standard	voluminoso e aggancio standard	compatto e aggancio standard	1,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	0,50	0,80	0,80	0,80	0,80	1,04	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80	1,18	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	1,29
15	Rispetto dei requisiti minimi ambientali per i prodotti chimici utilizzati per la sanificazione previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 ottobre 2016 per quanto applicabili ai dispositivi medici.	utilizzo prodotti certificati Ecolab	utilizzo prodotti certificati Ecolab	utilizzo prodotti certificati 99 Technologies	utilizzo prodotti certificati Ecolab	1,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40
TOTALE						70,00						64,60						64,37						54,24						64,93

Lotto 3 - Presidi antidecubito per prevenzione e trattamento di lesioni al 4° stadio di gravità, ovvero per pazienti ad alto/altissimo rischio di insorgenza/aggravamento di lesioni secondo la classificazione N.P.U.A.P

N°	Criteri punteggio attribuito	ARJO HUNTLEIGH	MEDICAIR ITALIA	SAPIO LIFE	ZUCCATO HC	Punteggio criterio	ARJO HUNTLEIGH Service Med Up Air						MEDICAIR ITALIA Termoletto Italiana Air System PRO 8000						SAPIO LIFE Euro Ausili AIR EGG						ZUCCATO HC Talley Quattro Acute					
							SLG	CDT	TO3	TO4	TO5	Punteggio Medio Totale	SLG	CDT	TO3	TO4	TO5	Punteggio Medio Totale	SLG	CDT	TO3	TO4	TO5	Punteggio Medio Totale	SLG	CDT	TO3	TO4	TO5	Punteggio Medio Totale
1	Gestione del servizio comprensivo di Full Risk e proposta di procedura informatizzata (relazioni da presentarsi come richiesto nella documentazione tecnica)	service center Rivoli (TO) consegna ore 12 giorno succ. ritiro entro 24ore intervento manut. entro 8 ore piattaforma web SMOW	service center Rivalta (TO) consegna entro 8 ore ritiro entro 8 ore intervento manut. entro 12 ore piattaforma web IGEA	service center Monza consegna ore 12 giorno succ. ritiro entro 48 ore intervento manut. entro 12 ore piattaforma web LIFEWeb	service center Venaria R. (TO) consegna entro 12 ore ritiro entro 24 ore intervento manut. entro 12 ore piattaforma web NEXUS	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	6,86	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	4,20	1,00	0,70	0,70	0,80	0,70	5,46
2	Modalità e procedure di decontaminazione/ sanificazione e tracciabilità ed eventuale possesso di certificazioni (relazioni da presentarsi come richiesto nella documentazione tecnica)	processo correttamente documentato. Possesso certificazioni ISO	processo correttamente documentato. Possesso certificazioni ISO	processo correttamente documentato. Possesso certificazioni ISO	processo correttamente documentato. Possesso certificazioni ISO	4,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,20
3	Peso e ingombro ridotti dell'intero sistema	4,1 + 11,8 kg	3,1 + 11 kg	2,3 + 9 kg	3,4 + 13,2 kg	4,20	0,90	0,90	0,90	0,80	0,90	3,70	0,90	0,90	0,90	0,80	0,90	3,70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,20	1,00	0,80	0,80	0,90	0,80	3,61
4	Altezza e tipologia degli strati componenti la superficie antidecubito; altezza e diametro delle celle.	celle ellittiche 19 x 12 cm	2 strati celle diametro 10 cm triplo strato sui talloni	celle diametro 15 cm	celle ellittiche 24 x 8 cm	5,60	1,00	0,90	0,90	1,00	0,90	5,26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,60	1,00	0,60	0,60	0,90	0,60	4,14	1,00	0,80	0,80	1,00	0,80	4,93
5	Valutazione del miglior rapporto tra le componenti statiche e dinamiche	dinamica 19 cm	statica 2 cm dinamica 20 cm	statica 3 cm dinamica 15 cm	dinamica 24 cm	4,20	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	4,12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,20	1,00	0,80	0,80	0,90	0,80	3,61	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	3,78
6	Modalità della gestione di controllo automatico delle pressione di contatto, posizione e numero di sensori/apparato equivalente – Valutazione del sistema più conformante	5 sensori	3 sensori + 1 posizione seduta	1 sensore	4 sensori	8,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,40	1,00	0,90	0,90	1,00	0,90	7,90	0,70	0,50	0,60	0,70	0,50	5,04	1,00	0,70	0,70	0,90	0,70	6,72
7	Pressione alternata (tempo e alternanza) - Preferenza al ciclo con intervallo di alternanza più ravvicinato	alternanza 1:2 tempo 10 min	alternanza 1:2 tempo 7- 15 min	alternanza 1:2 tempo 10 - 30 min	alternanza 1:4 tempo 3 min	9,80	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	9,02	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	9,02	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	8,82	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,80
8	Sistema di ritorno alla modalità terapeutica in caso di nursing o di temporanea interruzione nell'erogazione dell'alimentazione elettrica – valutazione del sistema più performante	15 min	20 min	20 min	15 min	4,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,20	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	4,12	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	4,12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,20
9	Tipologia di allarmi – preferenza di allarmi sonori e visivi attivi fino ad intervento dell'operatore	allarmi completi, riportati su ampio display LCD	allarmi completi, riportati su display LCD	allarmi completi, riportati su display LCD, poco ergonomico	allarmi completi, riportati su display LCD	2,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,80	1,00	0,90	0,90	1,00	0,90	2,63	1,00	0,70	0,70	0,70	0,70	2,13	1,00	0,90	0,90	1,00	0,90	2,63
10	Durata di mantenimento della pressione senza alimentazione elettrica per il trasporto	chiusura con tappo	automatica allo sgancio	automatica allo sgancio + cavetto RJ	automatica allo sgancio	2,80	0,90	0,70	0,70	0,80	0,70	2,13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,80	0,50	0,60	0,60	0,70	0,60	1,68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,80
11	Confezionamento del sistema (Telo e superficie inferiore: cuciture, cerniere e coperture che garantiscono una miglior performance igienica) – Valutazione del sistema che garantisce la migliore performance igienica	cover poliestere/poliuretano bielastica , permeabile ai vapori, antibatterica	tessuto Dartex Resilience, permeabile ai vapori, antibatterico	cover poliestere/poliuretano bielastica , permeabile ai vapori, antibatterica	cover poliestere/poliuretano bielastica , permeabile ai vapori, antibatterica	4,20	1,00	0,90	0,90	1,00	0,90	3,95	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	4,12	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	3,86	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,20
12	Differenziazione zone corporee: numero zone corporee differenziabili e modalità di gestione	4 zone corporee differenziate	3 zone corporee differenziate	3 zone corporee differenziate	NON differenziate	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	1,00	0,80	0,90	0,90	0,80	6,16	1,00	0,80	0,90	0,90	0,80	6,16	1,00	0,70	0,70	1,00	0,70	5,74
13	Praticità di ancoraggio motore	compatto e aggancio agevole	compatto e aggancio agevole	compatto e aggancio agevole	compatto e aggancio agevole	1,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40
14	Livello di permeabilità all'aria	600 gr /m2 /24h	600 gr /m2 /24h	600 gr /m2 /24h	4500 gr /m2 /24h	2,80	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	2,52	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	2,52	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	2,52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,80
15	Rispetto dei requisiti minimi ambientali per i prodotti chimici utilizzati per la sanificazione previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 ottobre 2016 per quanto applicabili ai dispositivi medici.	utilizzo prodotti certificati Ecolab	utilizzo prodotti certificati Ecolab	utilizzo prodotti certificati 99 Technologies	utilizzo prodotti certificati Ecolab	1,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40
	TOTALE					70,00						66,95						66,75						57,48						63,67

LOTTO 4 Materassi statici per la prevenzione delle lesioni da pressione in pazienti con ridotta mobilità (Prodotto A) e relativi teli di copertura (Prodotto B) (in vendita)										
N°	Criteri punteggio attribuito	ZUCCATO HC	Punteggio criterio	ZUCCATO HC (Materasso: 05.05.H6834CXB / Cover 05.91.H6834)						
				SLG	CDT	TO3	TO4	TO5	Punteggio Medio Totale	
1	Gestione del servizio comprensivo di Full Risk e proposta di procedura informatizzata (relazioni da presentarsi come richiesto nella documentazione tecnica)	descritto nella documentazione allegata	7,00	1,00	1,00	1,00	0,70	1,00	6,58	
2	Modalità e procedure di decontaminazione/ sanificazione e tracciabilità ed eventuale possesso di certificazioni (relazioni da presentarsi come richiesto nella documentazione tecnica)	descritte nel manuale d'uso allegato	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	
3	Durevolezza	garantita per tutta la durata della vita del prodotto, se trattato correttamente	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	
4	Comodità del paziente	descritti gli elementi che caratterizzano l'ergonomia del materasso	7,00	1,00	0,70	1,00	1,00	0,90	6,44	
5	Altezza complessiva del materasso antidecubito	14 cm	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	6,86	
6	Peso massimo che la superficie può tollerare mantenendo le caratteristiche antidecubito	160 kg	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	6,86	
7	Altezza e tipologia degli strati componenti la superficie antidecubito	strato portante in espanso 8 cm; strato di appaggio in espanso viscoleastico 6 cm	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	6,86	
8	Facilità di posizionamento nel letto	dotato di maniglie di trasporto, peso 10,67 kg	4,20	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	4,12	
9	Confezionamento del sistema (Telo e superficie inferiore: cuciture, cerniere e coperture che garantiscono una miglior performance igienica) – Valutazione del sistema che garantisce la migliore performance igienica	descritto nel documento "caratteristiche tecniche fodera IGNI DAHLIA"	4,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,20	
10	Proprietà di riduzione della frizione, taglio, umidità, temperatura	descritto nel documento "caratteristiche tecniche fodera IGNI DAHLIA"	5,60	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	5,49	
11	Rispetto dei requisiti minimi ambientali per i prodotti chimici utilizzati per la sanificazione previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 ottobre 2016 per quanto applicabili ai dispositivi medici.	utilizzo prodotti certificati Ecolab	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	
TOTALE			70,00						68,40	

RIEPILOGO FINALE PUNTEGGIO QUALITA'

	Descrizione	ARJO HUNTLEIGH	MEDICAIR ITALIA	SAPIO LIFE	ZUCCATO HC
Lotto 1	Presidi antidecubito per pazienti a basso rischio di lesioni da decubito o con lesioni di 1° o 2° grado, con mobilità conservata (in noleggio).	65,38	60,79	53,40	63,64
Lotto 2	Presidi antidecubito per prevenzione e trattamento di lesioni dal 1° al 3° stadio di gravità, ovvero per pazienti a medio/alto rischio di insorgenza/aggravamento di lesioni secondo la classificazione NATIONAL PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL (N.P.U.A.P.) (in noleggio)	64,60	64,37	54,24	64,93
Lotto 3	Presidi antidecubito per prevenzione e trattamento di lesioni al 4° stadio di gravità, ovvero per pazienti ad alto/altissimo rischio di insorgenza/aggravamento di lesioni secondo la classificazione N.P.U.A.P. (in noleggio)	66,95	66,75	57,48	63,67
Lotto 3 bis	Presidi antidecubito per prevenzione e trattamento di lesioni al 4° stadio di gravità e con alta sudorazione ovvero per pazienti ad altissimo rischio di insorgenza/aggravamento di lesioni secondo la classificazione N.P.U.A.P. (in noleggio)	Esclusa	**Non Partecipa**	**Non Partecipa**	Esclusa
Lotto 4	Materassi statici per la prevenzione delle lesioni da pressione in pazienti con ridotta mobilità (Prodotto A) e relativi teli di copertura (Prodotto B) (in vendita)	**Non Partecipa**	**Non Partecipa**	Esclusa	68,40



RIEPILOGO FINALE RIPARAMETRATO PUNTEGGIO QUALITA'

	Descrizione	ARJO HUNTLEIGH	MEDICAIR ITALIA	SAPIO LIFE	ZUCCATO HC		
Lotto 1	Presidi antidecubito per pazienti a basso rischio di lesioni da decubito o con lesioni di 1° o 2° grado, con mobilità conservata (in noleggio).	**70,00**	**65,08**	**57,17**	**68,14**	VALORE MAX	**65,38**
Lotto 2	Presidi antidecubito per prevenzione e trattamento di lesioni dal 1° al 3° stadio di gravità, ovvero per pazienti a medio/alto rischio di insorgenza/aggravamento di lesioni secondo la classificazione NATIONAL PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL (N.P.U.A.P.) (in noleggio)	**69,64**	**69,40**	**58,47**	**70,00**	VALORE MAX	**64,93**
Lotto 3	Presidi antidecubito per prevenzione e trattamento di lesioni al 4° stadio di gravità, ovvero per pazienti ad alto/altissimo rischio di insorgenza/aggravamento di lesioni secondo la classificazione N.P.U.A.P. (in noleggio)	**70,00**	**69,80**	**60,10**	**66,57**	VALORE MAX	**66,95**
Lotto 3 bis	Presidi antidecubito per prevenzione e trattamento di lesioni al 4° stadio di gravità e con alta sudorazione ovvero per pazienti ad altissimo rischio di insorgenza/aggravamento di lesioni secondo la classificazione N.P.U.A.P. (in noleggio)	**ESCLUSA**	**Non Partecipa**	**Non Partecipa**	**ESCLUSA**	VALORE MAX	**0,00**
Lotto 4	Materassi statici per la prevenzione delle lesioni da pressione in pazienti con ridotta mobilità (Prodotto A) e relativi teli di copertura (Prodotto B) (in vendita)	**Non Partecipa**	**Non Partecipa**	**ESCLUSA**	**70,00**	VALORE MAX	**68,40**