

CHIARIMENTI DEL 15/06/2018

DOMANDA

Viene richiesto che la telecamera sia con sensore 3 CCD e predisposta per verde indocianina, la telecamera proposta ha sensore C-MOS con opzione verde indocianina. Si chiede pertanto se questo tipo di sensore possa venire accettato come alternativo/equivalente.

RISPOSTA

Il capitolato di gara prevede la fornitura di una telecamera con tecnologia costruttiva del sensore di tipo CCD ad alta definizione (full HD o HDTV) con risoluzione pari a 1920x1080 o superiore ed adeguata per l'utilizzo con la sostanza fluorescente verde di indocianina.

In alternativa è consentito offrire una telecamera con tecnologia costruttiva del sensore di tipo C-MOS ad alta definizione e con la medesima risoluzione sopra indicata ed adeguata per l'utilizzo con la sostanza fluorescente verde di indocianina.

Il Direttore della S.C. Provveditora

Dott.ssa Carmelina SIANI

(f.to in originale)