

## CHIARIMENTI DEL 30/05/2018

### DOMANDA

1. Le caratteristiche minime **A)** video processore di gamma: chiedete possibilità di inserimento dei dati paziente. Questa funzione viene effettuata dal nostro sistema di acquisizione immagini può essere accettato?
2. Funzione di fermo immagine istantanea etc. Non abbiamo sul video processore un sistema di fermo immagine, ma possiamo proporre in alternativa l'utilizzo della funzione foto dall'acquisitore di immagini può essere accettata?
3. Acquisizione video in formato standard o full hd. questa funzione viene effettuata dal nostro acquisitore di immagini può essere accettato??

### RISPOSTA

Relativamente ai quesiti indicati nel punto **A)** non si comprende dove sia posizionato il sistema di acquisizione immagini da voi indicato nel quesito.

Il sistema richiesto dalla stazione appaltante deve essere costituito precisamente dai componenti indicati nei punti A),B),C,D), E). F), e quindi le offerte tecniche devono contenere quanto richiesto in tali punti.

Se vengono inseriti altri componenti funzionali che possono diversificare e complicare la gestione delle immagini sul campo di lavoro dell'operatore sanitario, questa soluzione non è considerata valida da parte della Stazione appaltante.

### DOMANDA

**C)** Sistema di registrazione e memorizzazione delle immagini: Per quanto riguarda il formato video indicate (Ts ecc) il nostro formato video è MPEG2 e MPEG4 può essere accettato? Possibilità di registrazione su periferica rimovibile (memoria usb, memory card etc) il nostro non ha memory card ma USB, CD/DVD rete e I-PAd sono accettati

### RISPOSTA

Relativamente ai quesiti indicati nel punto C) è ammesso il formato video MPEG 2 e MPEG 4 e la registrazione su memoria USB.