

VALUTAZIONE CONFORMITA' DEI PRODOTTI OFFERTI ALLE CARATTERISTICHE MINIME OBBLIGATORIE INDICATE NEL CAPITOLATO E IDONEITA' ESEGUITA A SEGUITO DI VERIFICA DELLA CAMPIONATURA (come previsto al capitolo MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE del documento Avviso di avvio della procedura negoziata aperta)

PROCEDURA NEGOZIATA APERTA PER LA FORNITURA DI

1 – AGO IPODERMICO STANDARD PER INIEZIONE E PRELIEVO SENZA DISPOSITIVO DI SICUREZZA

2- SIRINGA MONOUSO PER INIEZIONE E PRELIEVO SENZA AGO CON ATTACCO LUER/LUER LOCK

3 – SIRINGHE PER EMOGASANALISI

1 – AGO IPODERMICO STANDARD PER INIEZIONE E PRELIEVO SENZA DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Ditta offerente	Documentazione tecnica (CE/dichiarazione di conformità)	Conformità (si/no)	Idoneità (si/no)
LUME IMPORT	Presente e valida	NO, presentano misure / da 25GA a 30GA; nel capitolato si richiedeva da 18GA a 30GA	
CEHMIL	Presente e valida	SI	SI
FARMAC ZABBAN	Presente e valida	SI	SI

2- SIRINGA MONOUSO PER INIEZIONE E PRELIEVO SENZA AGO CON ATTACCO LUER/LUER LOCK

Ditta offerente	Documentazione tecnica (CE/dichiarazione di conformità)	Conformità (si/no)	Idoneità (si/no)
LUME IMPORT	Presente e valida	NO, non presente a catalogo siringhe da 20ml cono eccentrico e da 30ml cono eccentrico	
BENEFIS	Presente e valida	SI	SI
CHEMIL	Presente e valida	SI	SI
FARMAC ZABBAN	Presente e valida	SI	SI
NACATUR	Presente e valida	SI	SI


hde

3 - SIRINGHE PER EMOGASANALISI

Ditta offerente	Documentazione tecnica (CE/dichiarazione di conformità)	Conformità (si/no)	Idoneità (si/no)
BECTON & DICKINSON	Presente e valida	SI	SI

Torino, 31/01/2023

Il Dirigente Farmacista



IL RUP

DOTT.SSA CARMEUNA SARDI

