

CHIARIMENTI DEL 05/10/2017

DOMANDE

1) RELATIVAMENTE AL LOTTO N. 3 SI SEGNALE CHE IN BASE ALLE CONOSCENZE DELLA SOCIETA' SCRIVENTE NON ESISTONO PROTESI DI PROVA CORRISPONDENTI ALLA TIPOLOGIA DI "PROTESI MAMMARIA AD ESPANSIONE CON VALVOLA REMOVIBILE" RICHIESTE IN TALE LOTTO. SI CHIEDE PERTANTO, AI FINI DELLA CORRETTA PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA, DI VOLER CHIARIRE SE SI TRATTA DEI MERO REFUSO E DI CONFERMARE QUINDI CHE NON VADA PRESA IN CONSIDERAZIONE TALE RICHIESTA.

2) RELATIVAMENTE AI LOTTI N. 1 E N. 2 IN MERITO ALLA RICHIESTA "FORNITURA DI SIZER NEI QUANTITATIVI OCCORRENTI ALL'IMPIANTO DELLE PROTESI" PRESENTE NELL'ALLEGATO 1 TABELLA FABBISOGNI (NOTA ASTERISCO * E**), SI CHIEDE DI VOLER CONFERMARE CHE DOVRA' ESSERE FORNITO UN SIZER DI PROVA IN CESSIONE GRATUITA PER OGNI PROTESI ACQUISTATA (A TITOLO DI ESEMPIO PER N. 1 PROTESI MAMMARIA SARA' FORNITO N. 1 SIZER)

RISPOSTE

1) SI TRATTA DI MERO REFUSO E SI CONFERMA CHE NON VA PRESA IN CONSIDERAZIONE

2) SI CONFERMA CHE DOVRA' ESSERE FORNITO UN SIZER GRATUITO DI PROVA PER OGNI PROTESI ACQUISTATA

IL RUP
(DOTT.SSA CARMELINA SIANI)