



**Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano
di Torino**

Sede legale: Via Magellano, 1 - 10128 TORINO - Tel. +39 011.508.1111 - www.mauriziano.it - P.I./Cod. Fisc. 09059340019

**DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA
S.C. ODONTOSTOMATOLOGIA**

Direttore . Dr. Paolo APPENDINO

Largo Turati, 62 Torino

Telefono: 011/508.2378

Fax 011/5082387

e-mail: pappendino@mauriziano.it

OGGETTO : appalto per la fornitura di impianti dentali osteointegrati MIS SEVEN in titanio, con connessione a esagono interno, con diametro variabile da 3,3 mm a 5 mm e lunghezza variabile da 6 mm a 16 mm per mesi 12 occorrenti alla S.C. Odontostomatologia dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino.

VERBALE TECNICO DI VALUTAZIONE in supporto al R.U.P.(26/07/2024)

Si dichiara che in data 26/08/2024 si è proceduto alla valutazione della documentazione inerente agli impianti dentali proposti dalle Ditte Dental World , Dentaurum Italia e Revello.

L'impianto dentale proposto dalla Ditta Dental World non è conforme alla richiesta in quanto non presenta nella confezione una fresa finale monouso sterile che possa assicurare una procedura chirurgica di massima precisione e sterilità con chiaro riferimento al periodo di utilizzo dell'impianto dentale.

L'impianto dentale proposto dalla Ditta Dentaurum Italia non è conforme alla richiesta in quanto non presenta nella confezione una fresa finale monouso sterile che possa assicurare una procedura chirurgica di massima precisione e sterilità con chiaro riferimento al periodo di utilizzo dell'impianto dentale

L'impianto dentale proposto dalla Ditta Revello è conforme alla richiesta come riscontrabile dalla documentazione (brochure SEVEN MIS) in quanto risulta l'unico a presentare all'interno della confezione una fresa finale monouso sterile (non presente nelle confezione degli altri due impianti) idonea ad assicurare una procedura chirurgica di massima precisione e sterilità. Inoltre la fresa monouso sterile compresa nella confezione presenta un chiaro riferimento al numero di lotto dell'impianto dentale con corrispondente data di confezionamento e data di scadenza e di conseguenza una inequivocabile indicazione del periodo di utilizzo contestuale a quello dell'impianto stesso.

Dr Ernesto Scatà