



Area acquisizione beni, servizi, tecnologie e logistica

S.C. Provveditorato

Direttore: Dr.ssa Carmelina SIANI

Via Magellano n. 1 - Torino

Telefono: 011/508.2398

Fax: 011/508.2255

e-mail: mapasqualino@mauriziano.it

PEC: provveditorato.mauriziano@pcert.postecert.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONTESTUALE RICHIESTA DI PREVENTIVI PER LA FORNITURA DI IMPIANTI DENTALI OSTEOINTEGRATI PER 12 MESI OCCORRENTI ALLA S.C. ODONTOSTOMATOLOGIA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER ANNI DUE EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023

VERBALE DI APERTURA DELLA BUSTA UNICA

Il giorno 03 del mese di settembre 2024 alle ore 16.00 circa presso l'ufficio della S.C. Provveditorato dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino, alla presenza del seguente seggio di gara:

- Dott.ssa Carmelina Siani – Direttore della S.C. Provveditorato e RUP di Progetto,
- Dott.ssa Marta Pasqualino: Collaboratore Amministrativo Professionale – Componente e segretario verbalizzante;

si procede, in seduta riservata, a prendere atto della dichiarazione inerente la conformità della documentazione tecnica pervenuta nell'ambito della manifestazione di interesse di cui all'oggetto (*ID Sintel:187693489*), consegnata in data 03/09/2024 dal Dott. Ernesto Scatà Dirigente Medico della S.C. di Odontostomatologia (allegata alla presente) e che si riassume come di seguito:

DENTAL WORLD S.r.l.	P.IVA 05882220725	Via Antichi Pastifici 15, 70056 - Molfetta (BA)	L'impianto dentale proposto dalla Ditta Dental World non è conforme alla richiesta in quanto non presenta nella confezione una fresa finale monouso sterile che possa assicurare una procedura chirurgica di massima precisione e sterilità con chiaro riferimento al periodo di utilizzo dell'impianto dentale.
REVELLO S.p.A.	P.IVA 00954300232	Via Fermi 20, 37135 – Verona (VR)	L'impianto dentale proposto dalla Ditta Revello è conforme alla richiesta come riscontrabile dalla documentazione (brochure SEVEN MIS) in quanto risulta l'unico a presentare all'interno della confezione una fresa finale monouso sterile (non presente nelle confezioni degli altri due impianti) idonea ad assicurare una procedura chirurgica di massima precisione e sterilità. Inoltre la fresa monouso sterile compresa nella confezione presenta un chiaro riferimento al numero di lotto dell'impianto dentale con corrispondente data di confezionamento e data di scadenza e di conseguenza una inequivocabile indicazione del



			periodo di utilizzo contestuale a quello dell'impianto stesso.
DENTAURUM ITALIA S.p.A.	P.IVA 00584731202	Via Degli Speciali 142-144, 40050 Centergross – Funo di Argelato (BO)	L'impianto dentale proposto dalla Ditta Dentaureum Italia non è conforme alla richiesta in quanto non presenta nella confezione una fresa finale monouso sterile che possa assicurare una procedura chirurgica di massima precisione e sterilità con chiaro riferimento al periodo di utilizzo dell'impianto dentale

Si rileva che le Società **DENTAL WORLD S.r.l.** e **DENTAURUM ITALIA S.p.A.** non hanno presentato prodotti conformi a quanto richiesto con la Lettera di avviso.

Il prodotto offerto dalla Società **REVELLO S.p.A.** è conforme a quanto richiesto con Lettera di avviso.

Il RUP procederà ad avviare limitatamente alla Società Revello S.p.A. il sub-procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.101 del D.Lgs n. 36/2023, mediante l'invio della relativa comunicazione tramite la piattaforma Sintel nella sezione "Comunicazioni con i fornitori" per l'Allegato D) Atto di informazione ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Il seggio di gara al termine dell'istruttoria sopra indicata procederà alla valutazione del contenuto della documentazione integrativa inviata dall'Operatore Economico.

Si procede ad esaminare l'offerta economica della Società **REVELLO S.p.A.**, e dalla quale risultano le quotazioni economiche di seguito riepilogate:

Codice Prodotto Offerto	Descrizione	Codice REF	Produttore
4910913	IMPIANTO SEVEN 3,75 ES.INT 10MM M/L	MF7-10375	MIS IMPLANT
4910914	IMPIANTO SEVEN 3,75 ES.INT 11,5MM M/L	MF7-11375	MIS IMPLANT
4910915	IMPIANTO SEVEN 3,75 ES.INT 13MM M/L	MF7-13375	MIS IMPLANT
4910916	IMPIANTO SEVEN 3,75 ES.INT 16MM M/L	MF7-16375	MIS IMPLANT
4910917	IMPIANTO SEVEN 3,75 ES.INT 8MM M/L	MF7-08375	MIS IMPLANT
4910918	IMPIANTO SEVEN 4,20 ES.INT 10MM M/L	MF7-10420	MIS IMPLANT
4910919	IMPIANTO SEVEN 4,20 ES.INT 11,5MM M/L	MF7-11420	MIS IMPLANT
4910920	IMPIANTO SEVEN 4,20 ES.INT 13MM M/L	MF7-13420	MIS IMPLANT
4910921	IMPIANTO SEVEN 4,20 ES.INT 16MM M/L	MF7-16420	MIS IMPLANT
4910922	IMPIANTO SEVEN 4,20 ES.INT 8MM M/L	MF7-08420	MIS IMPLANT
4910923	IMPIANTO SEVEN 5,00 ES.INT 10MM M/L	MF7-10500	MIS IMPLANT
4910924	IMPIANTO SEVEN 5,00 ES.INT 11,5MM M/L	MF7-11500	MIS IMPLANT
4910925	IMPIANTO SEVEN 5,00 ES.INT 13MM M/L	MF7-13500	MIS IMPLANT
4910926	IMPIANTO SEVEN 5,00 ES.INT 16MM M/L	MF7-16500	MIS IMPLANT
4910927	IMPIANTO SEVEN 5,00 ES.INT 8MM M/L	MF7-08500	MIS IMPLANT
4910928	IMPIANTO SEVEN 6,00 ES.INT 10MM M/L	MF7-10600	MIS IMPLANT



4910929	IMPIANTO SEVEN 6,00 ES.INT 11,5MM M/L	MF7-11600	MIS IMPLANT
4910930	IMPIANTO SEVEN 6,00 ES.INT 13MM M/L	MF7-13600	MIS IMPLANT
4910931	IMPIANTO SEVEN 6,00 ES.INT 8MM M/L	MF7-08600	MIS IMPLANT
4910973	IMPIANTO SEVEN 4,20 ES.INT 06 MM M/L	MF7-06420	MIS IMPLANT
4910974	IMPIANTO SEVEN 5,00 ES.INT 06 MM M/L	MF7-06500	MIS IMPLANT
4910975	IMPIANTO SEVEN 6,00 ES.INT 06MM M/L	MF7-06600	MIS IMPLANT
4911004	IMPIANTO SEVEN 3,30 ES.INT 10MM NP M/L	MF7-10330	MIS IMPLANT
4911005	IMPIANTO SEVEN 3,30 ES.INT 11,5MM NP M/L	MF7-11330	MIS IMPLANT
4911006	IMPIANTO SEVEN 3,30 ES.INT 13MM NP M/L	MF7-13330	MIS IMPLANT
4911007	IMPIANTO SEVEN 3,30 ES.INT 16MM NP M/L	MF7-16330	MIS IMPLANT

Prezzo unitario offerto (IVA 4% esclusa): € 100,00

Sconto offerto da listino: -43%

Si procederà a richiedere offerta economica ufficiale alla società de quo.

La fase di valutazione si chiude il giorno 03 del mese di settembre 2024 alle ore 17.30 ca.

Letto, approvato e sottoscritto:

Dott.ssa Carmelina SIANI – Direttore della S.C. Provveditorato e RUP di Progetto	<i>Firmato in originale</i>
Dott.ssa Marta Pasqualino: Collaboratore Amministrativo Professionale – Componente e segretario verbalizzante	<i>Firmato in originale</i>