



**Azienda Ospedaliera  
Ordine Mauriziano  
di Torino**

Sede legale: Via Magellano, 1 – 10128 TORINO  
Tel. +39 011.508.1111  
www.mauriziano.it

OSPEDALE MAURIZIANO UMBERTO I  
SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE CARDIOVASCOLARE  
DIRETTORE DR.SSA GABRIELLA BUONO

P.I./Cod. Fisc. 09059340019

Torino, 18/09/2020

Alla c.a. Dr.ssa Siani  
SC Provveditorato

**Oggetto: trasmissione verbale di valutazione di gara**

In riferimento alla gara per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione cardiovascolare occorrenti all'A.O. Ordine Mauriziano di Torino, con la presente si trasmette, in allegato, il verbale di valutazione tecnico-qualitativa

Cordiali saluti

Il Presidente di Commissione  
Dr. Marco Fadde

**GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE  
CARDIOVASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO**

**VERBALE VALUTAZIONE TECNICO/QUALITATIVA DEI PRODOTTI**

**COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE**

*Dott. Marco Fadde - Dirigente Medico S.C. di Anestesia e Rianimazione Cardiovascolare A.O. Ordine Mauriziano -  
Presidente*

*Dott. ssa Giuseppina Mennuti - Dirigente Medico S.C. di Anestesia e Rianimazione Cardiovascolare A.O. Ordine Mauriziano  
- Commissario*

*Dott. ssa Manuela Pasquino - Dirigente Medico S.C. di Anestesia e Rianimazione Cardiovascolare A.O. Ordine Mauriziano -  
Commissario*

Nel periodo che va dal mese di LUGLIO 2020 al mese di AGOSTO 2020 si sono effettuate le valutazioni delle produzioni offerte dalle Società partecipanti alla gara prove delle campionature delle Società offerenti per la gara in oggetto.

Le valutazioni tecnico-qualitative e relative attribuzione dei coefficienti di valutazione sono stati attribuiti all'unanimità e non si è reso pertanto necessario calcolare la media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

L'attribuzione del relativo punteggio viene riportato di seguito al presente documento.

| Griglia predefinita per l'attribuzione dei coefficienti dei valori dei giudizi |              |
|--|--------------|
| SCALA DI VALUTAZIONE   | COEFFICIENTE |
| ECCELLENTI   | 1            |
| OTTIMO   | 0,9          |
| BUONO  | 0,8          |
| DISCRETO   | 0,7          |
| SUFFICIENTE  | 0,6          |
| INSUFFICIENTE  | 0            |

| LOTTO 1 - Set completo per anestesia continua dei nervi periferici |  | Criteri di valutazione  |  | Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predeterminata indicata nel disciplinare di gara |      |      |      |      | Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1) |  | Punteggio Max. | Punteggio attribuito | TOTALE |    |    |
|--|--|---|--|---|------|------|------|------|--|--|----------------|----------------------|--------|----|----|
| Ditta  | Cod. articolo valutato<br>- nome commerciale<br>- produttore |   |  | 1,00  | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0  |  |                |                      |        |    |    |
| MOVI   | SET SONOLONG   | Caratteristiche tecnico/funzionali - qualità e biocompatibilità dei materiali   |  | X   |      |      |      |      |  |  |                | 25                   | 25     | 70 |    |
|  |  | Caratteristiche di sicurezza - praticità del sistema di fissaggio, facilità di penetrazione, scorrevolezza del catetere |  | X   |      |      |      |      |  |  |                |                      | 25     |    | 25 |
|  |  | Facilità e vantaggio d'uso - praticità del sistema di fissaggio, facilità di penetrazione, scorrevolezza del catetere   |  | X   |      |      |      |      |  |  |                |                      | 15     |    | 15 |
| Confezionamento - facilità di apertura e completezza dei simboli   |  | X   |  |   |      |      |      |      |  |  |                | 5                    | 5      |    |    |

| LOTTO 2 - set completo per anestesia continua del plesso         |  | Criteri di valutazione  |  | Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predeterminata indicata nel disciplinare di gara |      |      |      |      | Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1) |  | Punteggio Max. | Punteggio attribuito | TOTALE |    |    |
|--|--|---|--|---|------|------|------|------|--|--|----------------|----------------------|--------|----|----|
| Ditta  | Cod. articolo valutato<br>- nome commerciale<br>- produttore |   |  | 1,00  | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0  |  |                |                      |        |    |    |
| MOVI   | E-CATH   | Caratteristiche tecnico/funzionali - qualità e biocompatibilità dei materiali   |  | X   |      |      |      |      |  |  |                | 25                   | 25     | 70 |    |
|  |  | Caratteristiche di sicurezza - praticità del sistema di fissaggio, facilità di penetrazione, scorrevolezza del catetere |  | X   |      |      |      |      |  |  |                |                      | 25     |    | 25 |
|  |  | Facilità e vantaggio d'uso - facilità di connessione e praticità dello stimolatore                                      |  | X   |      |      |      |      |  |  |                |                      | 15     |    | 15 |
| Confezionamento - facilità di apertura e completezza dei simboli |  | X   |  |   |      |      |      |      |  |  |                | 5                    | 5      |    |    |

| LOTTO 3 - Introduzioni vascolari (per cateteri di swan-ganz e simili) |  | Criteri di valutazione  |  | Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predeterminata indicata nel disciplinare di gara |      |      |      |      | Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1) |  | Punteggio Max. | Punteggio attribuito | TOTALE |    |    |
|---|--|---|--|---|------|------|------|------|--|--|----------------|----------------------|--------|----|----|
| Ditta   | Cod. articolo valutato<br>- nome commerciale<br>- produttore |   |  | 1,00  | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0  |  |                |                      |        |    |    |
| TELEFLEX  | SET E GUAINA CUTH-GARD                                       | Caratteristiche tecnico/funzionali - qualità e biocompatibilità dei materiali |  | X   |      |      |      |      |  |  |                | 25                   | 25     | 64 |    |
|   |  | Caratteristiche di sicurezza - sistema di fissaggio, morbidezza della punta   |  | X   |      |      |      |      |  |  |                |                      | 25     |    | 25 |
|   |  | Facilità e vantaggio d'uso - semplicità e scorrevolezza                       |  |   |      |      | X    |      |  |  |                |                      | 15     |    | 12 |
| Confezionamento - facilità di apertura e completezza dei simboli      |  | X   |  |   |      |      |      |      |  |  |                | 5                    | 2      |    |    |
| EDWARDS   | INTROFLEX  | Caratteristiche tecnico/funzionali - qualità e biocompatibilità dei materiali |  | X   |      |      |      |      |  |  |                | 25                   | 25     | 70 |    |
|   |  | Caratteristiche di sicurezza - sistema di fissaggio, morbidezza della punta   |  | X   |      |      |      |      |  |  |                |                      | 25     |    | 25 |
|   |  | Facilità e vantaggio d'uso - semplicità e scorrevolezza                       |  | X   |      |      |      |      |  |  |                |                      | 15     |    | 15 |
| Confezionamento - facilità di apertura e completezza dei simboli      |  | X   |  |   |      |      |      |      |  |  |                | 5                    | 5      |    |    |

| LOTTO 4 - Cateteri per incannulamento centrale ad alti flussi a tre lumen senza introduttore di swan-ganz |  | Criteri di valutazione |  | Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predeterminata indicata nel disciplinare di gara |      |      |      |      | Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1) |  | Punteggio Max. | Punteggio attribuito | TOTALE |  |
|---|--|------------------------|--|---|------|------|------|------|--|--|----------------|----------------------|--------|--|
| Ditta   | Cod. articolo valutato<br>- nome commerciale<br>- produttore |                        |  | 1,00  | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0  |  |                |                      |        |  |
| Caratteristiche tecnico/funzionali - qualità e biocompatibilità dei materiali                             |  | X                      |  |   |      |      |      |      |  |  |                | 25                   | 25     |  |

|          |                   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |    |    |
|----------|-------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|----|----|----|
| TELEFLEX | SET CON RAULERSON | Caratteristiche di sicurezza – minimo rischio di contaminazione  | X |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 | 70 |
|          |                   | Facilità e vantaggio d'uso – scorrevolezza                       | X |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 |    |
|          |                   | Confezionamento – facilità di apertura e completezza dei simboli | X |  |  |  |  |  |  | 5  | 5  |    |

|  |  |   |   |      |      |      |      |   |  |  |                |                      |        |  |  |
|--|--|---|---|------|------|------|------|---|--|--|----------------|----------------------|--------|--|--|
| <b>LOTTO 5 – Catetere arterioso e venoso</b> |  |   |   |      |      |      |      |   |  |  |                |                      |        |  |  |
| Ditta  | Cod. articolo valutato<br>- nome commerciale<br>- produttore | Criteri di valutazione  | Attribuzione dei coefficienti del valore qualitativo, sulla base della griglia preferenziale indicata nel disciplinare di gara  |      |      |      |      |   |  | Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1) | Punteggio Max. | Punteggio attribuito | TOTALE |  |  |
|  |  |   | 1,00  | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0 |  |  |                |                      |        |  |  |
| B. BRAUN                                     | Arteriofix   | Caratteristiche tecnico/funzionali – qualità e biocompatibilità dei materiali<br>Caratteristiche di sicurezza – minimo rischio di contaminazione<br>Facilità e vantaggio d'uso – semplicità e scorrevolezza<br>Confezionamento – facilità di apertura e completezza dei simboli | Caratteristiche tecnico/funzionali – qualità e biocompatibilità dei materiali<br>Caratteristiche di sicurezza – minimo rischio di contaminazione<br>Facilità e vantaggio d'uso – semplicità e scorrevolezza<br>Confezionamento – facilità di apertura e completezza dei simboli | X    |      |      |      |   |  |  |                |                      |        |  |  |
|  |  |   |   | X    |      |      |      |   |  |  |                |                      |        |  |  |
|  |  |   |   | X    |      |      |      |   |  |  |                |                      |        |  |  |
|  |  |   |   | X    |      |      |      |   |  |  |                |                      |        |  |  |
|  |  |   |   | X    |      |      |      |   |  |  |                |                      |        |  |  |
| VYGON  | 115.090; 115.798   | Facilità e vantaggio d'uso – semplicità e scorrevolezza<br>Confezionamento – facilità di apertura e completezza dei simboli   | Facilità e vantaggio d'uso – semplicità e scorrevolezza<br>Confezionamento – facilità di apertura e completezza dei simboli   | X    |      |      |      |   |  |  |                |                      |        |  |  |
|  |  |   |   | X    |      |      |      |   |  |  |                |                      |        |  |  |
|  |  |   |   | X    |      |      |      |   |  |  |                |                      |        |  |  |
|  |  |   |   | X    |      |      |      |   |  |  |                |                      |        |  |  |
|  |  |   |   | X    |      |      |      |   |  |  |                |                      |        |  |  |

|   |  |   |   |      |      |      |      |   |  |  |                |                      |        |  |  |
|---|--|---|---|------|------|------|------|---|--|--|----------------|----------------------|--------|--|--|
| <b>LOTTO 6 – Guida per tubi endotracheali</b> |  |   |   |      |      |      |      |   |  |  |                |                      |        |  |  |
| Ditta   | Cod. articolo valutato<br>- nome commerciale<br>- produttore | Criteri di valutazione  | Attribuzione dei coefficienti del valore qualitativo, sulla base della griglia preferenziale indicata nel disciplinare di gara  |      |      |      |      |   |  | Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1) | Punteggio Max. | Punteggio attribuito | TOTALE |  |  |
|   |  |   | 1,00  | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0 |  |  |                |                      |        |  |  |
| INTERSURGICAL                                 | 8070006; 8070015; 8070010                                    | Caratteristiche tecnico/funzionali – qualità e biocompatibilità dei materiali<br>Caratteristiche di sicurezza – atraumaticità della punta, corpo flessibile<br>Facilità e vantaggio d'uso<br>Confezionamento – facilità di apertura e completezza dei simboli | Caratteristiche tecnico/funzionali – qualità e biocompatibilità dei materiali<br>Caratteristiche di sicurezza – atraumaticità della punta, corpo flessibile<br>Facilità e vantaggio d'uso<br>Confezionamento – facilità di apertura e completezza dei simboli | X    |      |      |      |   |  |  |                |                      |        |  |  |
|   |  |   |   | X    |      |      |      |   |  |  |                |                      |        |  |  |
|   |  |   |   | X    |      |      |      |   |  |  |                |                      |        |  |  |
|   |  |   |   | X    |      |      |      |   |  |  |                |                      |        |  |  |
|   |  |   |   | X    |      |      |      |   |  |  |                |                      |        |  |  |
| DEAS  | IG2053501; IG3370001   | Facilità e vantaggio d'uso<br>Confezionamento – facilità di apertura e completezza dei simboli  | Facilità e vantaggio d'uso<br>Confezionamento – facilità di apertura e completezza dei simboli  | X    |      |      |      |   |  |  |                |                      |        |  |  |
|   |  |   |   | X    |      |      |      |   |  |  |                |                      |        |  |  |
|   |  |   |   | X    |      |      |      |   |  |  |                |                      |        |  |  |
|   |  |   |   | X    |      |      |      |   |  |  |                |                      |        |  |  |
|   |  |   |   | X    |      |      |      |   |  |  |                |                      |        |  |  |

|  |  |  |  |      |      |      |      |   |  |  |                |                      |        |  |
|--|--|--|--|------|------|------|------|---|--|--|----------------|----------------------|--------|--|
| <b>LOTTO 7 – Sistema di filtrazione particellare</b> |  |  |  |      |      |      |      |   |  |  |                |                      |        |  |
| Ditta  | Cod. articolo valutato<br>- nome commerciale<br>- produttore | Criteri di valutazione   | Attribuzione dei coefficienti del valore qualitativo, sulla base della griglia preferenziale indicata nel disciplinare di gara                     |      |      |      |      |   |  | Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1) | Punteggio Max. | Punteggio attribuito | TOTALE |  |
|  |  |  | 1,00   | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0 |  |  |                |                      |        |  |
| DESERTO  |  | sicurezza delle connessioni<br>tenuta del raccordo<br>flessibilità della sonda<br>Confezionamento – facilità di apertura e completezza dei simboli | sicurezza delle connessioni<br>tenuta del raccordo<br>flessibilità della sonda<br>Confezionamento – facilità di apertura e completezza dei simboli | X    |      |      |      |   |  |  |                |                      |        |  |
|  |  |  |  | X    |      |      |      |   |  |  |                |                      |        |  |
|  |  |  |  | X    |      |      |      |   |  |  |                |                      |        |  |

|   |  |  |  |      |      |      |      |   |  |  |                |                      |        |
|---|--|--|--|------|------|------|------|---|--|--|----------------|----------------------|--------|
| <b>LOTTO 8 – Maschere oronasali per ventilazione non invasiva (NIV)</b> |  |  |  |      |      |      |      |   |  |  |                |                      |        |
| Ditta   | Cod. articolo valutato<br>- nome commerciale<br>- produttore | Criteri di valutazione                               | Attribuzione dei coefficienti del valore qualitativo, sulla base della griglia preferenziale indicata nel disciplinare di gara |      |      |      |      |   |  | Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1) | Punteggio Max. | Punteggio attribuito | TOTALE |
|   |  |  | 1,00   | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0 |  |  |                |                      |        |
|   |  | atraumaticismo, morbidezza e comfort per il paziente | atraumaticismo, morbidezza e comfort per il paziente   | X    |      |      |      |   |  |  |                |                      |        |
|   |  |  |  | X    |      |      |      |   |  |  |                |                      |        |

