

VALUTAZIONE CONFORMITA' DEI PRODOTTI OFFERTI ALLE CARATTERISTICHE MINIME OBBLIGATORIE INDICATE NEL CAPITOLATO E IDONEITA' ESEGUITA A SEGUITO DI VERIFICA DELLA CAMPIONATURA (come previsto al capitolo MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE del documento Avviso di avvio della procedura negoziata aperta)

PROCEDURA NEGOZIATA APERTA PER LA FORNITURA DI

1 – DEFLUSSORI AD 1 VIA RACCORDO AD Y ATTACCO LUER LOCK

2- DEFLUSSORI CON REGOLATORE DI FLUSSO AD ALTA PRECISIONE CON RACCORDO AD Y

1 - DEFLUSSORI AD 1 VIA RACCORDO AD Y ATTACCO LUER LOCK

Ditta offerente	Documentazione tecnica (CE/dichiarazione di conformità)	Conformità (si/no)	Idoneità (si/no) NO: il tubo si inginocchia e non è antischiacciamento, presentando diverse pieghe alla prova di schiacciamento
ARIES	Presente e valida	SI	SI
BENEFIS	Presente e valida	SI	NO: il tubo si inginocchia e non è antischiacciamento, presentando diverse pieghe alla prova di schiacciamento
BERTONI NELLO	Presente e valida	SI	NO: il tubo si inginocchia e non è antischiacciamento, presentando diverse pieghe alla prova di schiacciamento
CHEMIL	Presente e valida	SI	NO: il tubo si inginocchia e non è antischiacciamento, presentando diverse pieghe alla prova di schiacciamento
CODISAN	Presente e valida	SI	NO: il tubo si inginocchia e non è antischiacciamento, presentando diverse pieghe alla prova di schiacciamento; materiale opaco che rende meno visibili potenziali bolle
COOLMED	Presente e valida sino al 31/12/2023	SI	SI
ELIMED	Presente e valida	SI	NO: il tubo si inginocchia e non è

			antischiacciamento, presentando diverse pieghe alla prova di schiacciamento NO: il tubo si inginocchia e non è antischiacciamento, presentando diverse pieghe alla prova di schiacciamento; materiale opaco che rende meno visibili potenziali bolle
FASE	Presente e valida	SI	
FARMAC ZABBAN	Presente e valida	SI	SI
KNOW MEDICAL	Presente e valida	SI	SI
LUME IMPORT	Presente e valida	SI	NO: il tubo si inginocchia e non è antischiacciamento, presentando diverse pieghe alla prova di schiacciamento
MACROPHARM	Presente e valida	SI	SI
MED TRADE	Presente e valida	SI	NO: il tubo si inginocchia e non è antischiacciamento, presentando diverse pieghe alla prova di schiacciamento
NACATUR	Presente e valida	SI	SI
PLAN 1 HEALTH	Presente e valida	SI	SI
Smiths medical	Presente; certificato CE scade 11/02/2023	SI	SI

2- DEFLUSSORI CON REGOLATORE DI FLUSSO AD ALTA PRECISIONE CON RACCORDO AD Y

Ditta offerente	Documentazione tecnica (CE/dichiarazione di conformità)	Conformità (si/no)	Idoneità (si/no)
AIESI	Presente e valida	SI	SI
ARIES	Presente e valida	SI	SI
B. BRAUN	Presente e valida	NO: offerto deflussore senza regolatore di flusso	NO
BENEFIS	Presente e valida	SI	SI
BERTONI NELLO	Presente e valida	SI	SI
ELIMED	Presente e valida	SI	NO: il tubo si inginocchia e non è

FARMAC ZABBAN	Presente e valida	SI	antischiuma, presentando diverse pieghe alla prova di schiacciamento	SI
KNOW MEDICAL	Presente e valida	SI		SI
MACROPHARM	Presente e valida	SI		SI
PLAN 1 HEALTH	Presente e valida	SI		SI
NACATUR	Presente e valida	SI		SI

TORINO 17/01/2023

Dott. ~~ssa~~ Corveline Frau
RUP delle parti

Dott. ~~sa~~ m. Engh/ferri
R Farmas Ospedaliere