



**Servizio Sanitario Nazionale  
Regione Piemonte**

**Azienda Ospedaliera  
Ordine Mauriziano di Torino**

**Deliberazione del Direttore Generale**

**Oggetto: FORNITURA DI ARREDI IN ACCIAIO INOSSIDABILE PER SALA OPERATORIA NELLE TIPOLOGIE E ALLE QUOTAZIONI OCCORRENTI ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UNA SPESA MASSIMA PRESUNTA PER VENTIQUATTRO MESI DI € 20.000,00 (I.V.A. ESCLUSA) - N. GARA SIMOG 6393934 - N. CIG. 666028945A**

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Silvio FALCO, nominato con D.G.R. n. 43-1371 del 27.04.2015;

su conforme proposta del Direttore della S.C. Provveditorato, che ne attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato

Vista la nota del 10/02/2015, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con la quale la Direzione Amministrativa indicava la necessità di acquisire la fornitura di “ARREDI SANITARI SU PIATTAFORMA MEPA” relativi alle seguenti categorie:

- a) Arredi in acciaio inossidabile per sale operatorie
- b) Arredi sanitari fissi
- c) Arredi sanitari mobili

Rilevata la necessità di procedere alle acquisizioni dei materiali sopra indicati tramite l'utilizzo della piattaforma informatica del sito della CONSIP SPA [www.acquisinretepa.it](http://www.acquisinretepa.it), mediante la definizione di “prodotti-guida” che verranno utilizzati nel periodo di validità dei contratti (24 mesi) per la realizzazione dei diversi progetti di arredo sanitario, che prevedano la possibilità dell'aggiunta di eventuali ed ulteriori accessori e componenti di arredo previsti nei cataloghi depositati, identificati di volta in volta secondo le necessità indicate dalla Direzione strategica;

Visto, nello specifico, il Capitolato tecnico, relativo agli arredi in acciaio inossidabile AISI 304 o di composizione migliorativa, depositato agli atti della S.C. Provveditorato, redatto dal Servizio Ingegneria Clinica, nel quale sono stati riportate le descrizioni e le caratteristiche tecniche dei medesimi occorrenti alle sale operatorie dell'Azienda Ospedaliera ordine Mauriziano di Torino come qui di seguito riportato e veniva altresì stimata una spesa presunta di € 20.000,00 (I.V.A. Esclusa) quale importo massimo spendibile nel periodo di ventiquattro mesi:

| Posizione | Prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Bancone  | Completamente in acciaio inox AISI 304 con dimensioni LxPxH: 150x45x95 cm. Circa. Vano con un ripiano interno, preferibilmente regolabile in altezza, e n. 2 porte, preferibilmente scorrevoli, con chiusura a chiave e maniglie incassate. Piano di lavoro liscio satinato con alzatina posteriore e senza spigoli vivi per facilitare la pulizia. Piedini regolabili in altezza per il livellamento |



**Servizio Sanitario Nazionale  
Regione Piemonte**

|   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Armadio                           | Completamente in acciaio inox AISI 304 con ante a battente dotate di guarnizione perimetrale a tenuta, con chiusura a chiave, privo di spigoli vivi. Completo di ripiani amovibili e regolabili in altezza. Dotato di piedini registrabili in altezza per permettere il posizionamento anche in superfici non perfettamente piane. Misure d'ingombro circa LxPxH: 120x50x190 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 | Pensile                           | Completamente in acciaio inox AISI 304 con dimensioni LxPxH: 90x50x60 cm. Circa. Vano con un ripiano interno, preferibilmente regolabile in altezza, e n. 2 porte, preferibilmente scorrevoli, con chiusura a chiave e maniglie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 | Carrello portastrumenti           | Completamente costruito in acciaio inox AISI 304. La struttura deve garantire la massima stabilità. Dotata di almeno 2 ripiani amovibili a vassoio con alzatina sui 4 lati. Dotato di 4 ruote antistatiche di cui due munite di freno. Dimensioni di ingombro di circa LxPxH(60-80)x(60-70)x(80-90) cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5 | Carrello servitore                | Completamente costruito in acciaio INOX AISI 304. Struttura estremamente robusta con i particolari accuratamente predisposti per favorire al massimo leggerezza, manovrabilità ed igiene. Piano superiore con vassoio in acciaio inox stampato con alzatina sui 4 lati, girevole a 360 gradi e preferibilmente traslabile orizzontalmente, con possibilità di blocco manuale. Elevazione con pompa a sollevamento oleodinamico con variazione altezza da 85 cm a mm 120 cm circa. Dotato di quattro ruote gemellari antistatiche di cui due dotate di freno. Misure d'ingombro LxPxH : (60-70)x(40-50)x85/120 cm circa.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6 | Tavolo portastrumenti – tipo Mayo | Completamente costruito in acciaio INOX AISI 304. Struttura estremamente robusta con i particolari accuratamente predisposti per favorire al massimo leggerezza, manovrabilità ed igiene. Piano superiore con vassoio in acciaio inox stampato con alzatina sui 4 lati, estraibile, preferibilmente girevole a 360 gradi e con possibilità di blocco manuale. Elevazione con pompa a sollevamento oleodinamico con variazione altezza da 85 cm a mm 120 cm circa. Dotato di quattro ruote gemellari antistatiche di cui due dotate di freno. Misure d'ingombro LxPxH: (60-70)x(40-50)x85/120 cm circa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 | Carrello portasuture              | Costruito in acciaio inox AISI 304. Dotato sul lato frontale di almeno due file di cassetti con minimo 4 cassetti (cad) con guide telescopiche e fermo di fine corsa. Piano di lavoro superiore liscio con bordino e senza spigoli vivi per facilitare la pulizia. Dotato di maniglione di spinta sui due lati di forma ergonomica e preferibilmente integrato.<br>Dotato di N.4 Ruote piroettanti antistatiche di cui due con freno di diametro almeno 12,5 cm. Misure d'ingombro LxPxH: (100-120)x(50-60)x(90-100)cm circa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8 | Carrello di anestesia             | Carrello con struttura in acciaio inossidabile AISI 304. Dotato di ampio piano d'appoggio/lavoro con tre bordi rialzati, bordo antisgocciolamento anteriore, il tutto senza spigoli vivi. Dotato di almeno 4 cassetti e di contenitore per rifiuti e preferibilmente di un ripiano estraibile di appoggio. I cassetti devono essere di altezze preferibilmente differenti in acciaio inossidabile AISI 304 ciascuno dei quali deve prevedere un sistema organizzativo suddiviso in vari settori con più file ripartire in vari divisori. Struttura pensile dotata di mensola regolabile in altezza e dispenser per aghi e siringhe e porta guanti. Dotato di Vani porta sonde di almeno 2 misure e di barre laterali porta accessori. Dotato alla base di n. 4 ruote piroettanti antistatiche di cui due con freno, di diametro almeno 12,5 cm. Misure d'ingombro LxPxH: (60-70)x(50-60 )x(140-160 ) cm circa |
| 9 | Tavolo madre                      | Costruito interamente in acciaio inox AISI 304, con piano di lavoro liscio. Dotato di N.4 ruote piroettanti antistatiche di cui due con freno. Misure d'ingombro LxPxH: (110-130)x(60-70)x (85-90) cm circa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



**Servizio Sanitario Nazionale  
Regione Piemonte**

|    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Carrello da trasporto                 | Carrello costruito interamente in acciaio inox AISI 304. dotato di 2 ripiani interni ad altezza fissa con bordino e senza spigoli vivi. Dotato di maniglia di spinta sui due lati. Dotato di N.4 ruote piroettanti antistatiche di cui due con freno, di diametro almeno 12,5 cm. Misure d'ingombro LxPxH: (60-80)x(45-60)x (80-85) cm circa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11 | Carrello trasporto cestelli           | Carrello costruito interamente in acciaio inox AISI 304. dotato di 2 ripiani interni regolabili in altezza, di spessore adeguato per il contenimento di carichi pesanti e di 2 porte apribili preferibilmente a 270° e chiusura a chiave. Dotato di N.4 ruote piroettanti di almeno 15 cm di diametro antistatiche di cui due con freno ed una direzionale. Misure d'ingombro LxPxH: (120-150)x(70-80)x120-140 cm circa.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 | Carrello porta accessori monolaterale | Struttura robusta in profilo di acciaio inox AISI 304 idonea per il sostegno di cestelli grigliati in posizione monolaterale. Dotata di tre coppie di ganci per fissaggio cestelli opportunamente distanziati. Dotato di N.4 ruote piroettanti antistatiche di cui due con freno. Misure d'ingombro LxPxH: (60-70)x(65-75)x140-150 cm circa. Dotato di N.3 Cestelli a rete realizzata in filo di acciaio inox AISI 304, senza sbavature a maglia quadrata 1x1 cm; fondo e perimetro superiore rinforzati e con impugnatura. Possibilità di essere impilati; Dimensioni idonee al fissaggio sul carrello con altezza variabile: 14-16 cm o a scelta 25-30 cm . |
| 13 | Sgabello a sella                      | Struttura e telaio in acciaio inox AISI 304 . Altezza variabile da 55 a 75 cm circa tramite comando idraulico a pedale o manuale. Dotato di base a 5 razze su ruote piroettanti da almeno 50 mm con dispositivo frenante. Dotato di schienale e seduta a sella in acciaio o imbottiti in materiale antistatico (di circa 33 cm di diametro) con imbottitura in materiale antistatico e tessuto di rivestimento in sky, o altro materiale facilmente sanificabile comunque rispondente alla normativa<br>Lo schienale deve essere asportabile e regolabile in altezza.<br>Specificare carico di lavoro                                                         |
| 14 | Sgabello con seduta circolare         | Struttura e telaio in acciaio inox AISI 304 . Altezza variabile da 55 a 75 cm circa tramite comando idraulico a pedale o manuale. Dotato di base a 5 razze su ruote piroettanti da almeno 50 mm con dispositivo frenante. Dotato di schienale e seduta circolare (di circa 33 cm di diametro) con imbottitura in materiale antistatico e tessuto di rivestimento in sky, o altro materiale facilmente sanificabile comunque rispondente alla normativa. Lo schienale deve essere asportabile e regolabile in altezza. Specificare carico di lavoro                                                                                                            |
| 15 | Portacatino doppio                    | Struttura in acciaio inox AISI 304 con portacatino doppio ;base con ruote piroettanti antistatiche di cui due con freno; manico di spinta; completa di 2 catini in acciaio inox aventi capacità di circa 6l/cad. Misure d'ingombro: LxPxH: 70X50x80 cm circa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16 | Asta porta flebo su ruote             | Costruita in acciaio inox, dotata di base a 5 razze con ruote piroettanti di cui due con freno. Altezza variabile da 140 a 220 cm circa. Dotata di crociera porta sacche inox con 4 ganci per carichi pesanti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17 | Gradino singolo                       | Struttura stabile in profilo di acciaio inox AISI 304 priva di giunzioni su 4 piedini in gomma antistatica, antiscoloritura e antisfarinamento. Piano di appoggio in lamiera di acciaio inox con superficie antiscivolo. Saldature prive di giunture. Carico di lavoro sicuro pari ad almeno 185 kg.<br>Dimensioni LxPxH: 600x350x130/220 circa                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Dato atto che** nella medesima nota veniva indicato l'elenco delle Società da invitare a presentare offerta sul Mercato Elettronico, al fine di garantire la più ampia concorrenzialità, secondo il principio di efficacia, efficienza ed economicità, in ottemperanza ai disposti dell'art. 5 del regolamento degli acquisti di beni e servizi in economia, adottato con DG n. 40 del 22.01.2014 e vigente al momento della



**Servizio Sanitario Nazionale  
Regione Piemonte**

predisposizione delle rispettive RDO per l'acquisto di quanto su citato, nello specifico le seguenti Società:

- C.F.S. S.r.L.
- DOIMO MIS S.r.L.
- FAVERO S.p.A.
- GIVAS S.r.L.
- HILL- ROM S.p.A.
- LINET ITALIA S.r.L.
- MALVESTIO S.p.A.
- METALARREDINOX S.r.L.
- MISSAGLIA S.p.A.
- TECNOS S.r.L.
- VERNIPOLL S.r.L.

Ritenuto di procedere all'acquisto dei prodotti su indicati tramite R.D.O. sul MePA ai sensi del previgente Regolamento sugli acquisti in economia di beni e servizi, limitatamente alle acquisizioni sotto i 40.000,00 Euro approvato con deliberazione n. 40 del 22/01/2014 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Atteso che alla presente procedura è stato assegnato il CIG. n. **666028945A** da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come prescritto dall'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.;

Vista la richiesta di offerta (RDO) n 1182183 pubblicata in data 14/04/2016, con la quale sono stati invitati a presentare offerta entro il 09/05/2016 ore 12.00 i fornitori compresi nell'elenco sopra indicato, iscritti ed abilitati da Consip SPA - Allegato 1 al Bando "AEC104" per l'abilitazione di fornitori e beni per la partecipazione al Mercato Elettronico - fornitura di **Arredi e complementi di Arredo** della Pubblica Amministrazione (MePA) – **CPV 33192340-7**;

Rilevato che entro il termine di scadenza stabilito del 09/05/2016 per la presentazione delle offerte, sono pervenute le offerte delle Società di seguito indicate:

| Denominazione           | Forma di partecipazione | Partita IVA | Data invio offerta |
|-------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|
| METALARREDINOX          | Singola                 | 01784140160 | 06/05/2016 - 11:48 |
| LUCINI SURGICAL CONCEPT | Singola                 | 03346850963 | 09/05/2016 – 10:42 |

Dato atto che:

1. si è proceduto ad aprire sul sistema ed in seduta pubblica, le buste contenenti la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica che sono risultate regolari e complete, come attesta lo schema di *Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute* originato dal Sistema MEPA in data 11/07/2016, allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento;
2. con nota del 19.05.2016, inviata via e\_mail alla S.C. Provveditorato a firma del Direttore Amministrativo sono stati individuati quali componenti della Commissione Giudicatrice i Sigg indicati nella tabella di seguito riportata:

|                                |                                        |            |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------|
| Ing. Piergiuseppe Savant Levet | Responsabile S.S. Ingegneria Clinica   | Presidente |
| Sig. Livio Scirelli            | Capo Sala Blocco operatorio generale e | Componente |



**Servizio Sanitario Nazionale  
Regione Piemonte**

|                            |                 |            |
|----------------------------|-----------------|------------|
|                            | cardiovascolare |            |
| Dr.ssa Cristina Favero Fra | SITRO           | Componente |

3. il R.U.P. ha consegnato la documentazione tecnica al Presidente della Commissione giudicatrice nella giornata del 17.05.2016;

Acquisito il verbale di valutazione, redatto dalla Commissione giudicatrice nella giornata del 05/07/2016 e allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, dal quale si evincono le conformità dei materiali offerti e i punteggi qualità previsti dal capitolato tecnico ed attribuiti e riparametrati così come di seguito indicato:

| <b>Parametro di valutazione</b>                                                                      | <b>Ditta Lucini</b> | <b>Ditta Metalarredinox</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Caratteristiche strutturali e funzionali<br>Massimo 20 punti                                         | 20 PUNTI            | 10 PUNTI                    |
| Caratteristiche generali ed elementi estetici<br>Massimo 7 punti                                     | 7 PUNTI             | 5 PUNTI                     |
| Servizi connessi alla fornitura, piano di assistenza e manutenzione post vendita.<br>Massimo 8 punti | 1 PUNTO             | 8 PUNTI                     |
| Certificazioni, sicurezza ed igiene.<br>Massimo 5 punti                                              | 5 PUNTI             | 3 PUNTI                     |
| TOTALE PUNTEGGI                                                                                      | 33 PUNTI            | 26 PUNTI                    |
| TOTALE PUNTEGGI RIPARAMETRATI                                                                        | 40 PUNTI            | 31,5 PUNTI                  |

Dato atto che la S.C. Provveditorato ha proceduto in data 11/07/2016 ad aprire on line, in seduta pubblica, le offerte economiche presentate in via telematica delle Società su indicate in data che hanno praticato le quotazioni di seguito indicate:

| <b>Descrizione prodotto</b>           | <b>Ditta Metalarredinox</b> | <b>Ditta Lucini</b> |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Bancone                               | 1.150,00                    | 1.438,20            |
| Armadio                               | 1.600,00                    | 2.226,39            |
| Pensile                               | 650,00                      | 621,34              |
| Carrello portastrumenti               | 250,00                      | 294,22              |
| Carrello servitore                    | 980,00                      | 682,44              |
| Tavolo portastrumenti – tipo Mayo     | 950,00                      | 682,44              |
| Carrello portasuture                  | 1930,00                     | 2.301,12            |
| Carrello di anestesia                 | 2.100,00                    | 2.990,14            |
| Tavolo madre                          | 600,00                      | 622,28              |
| Carrello da trasporto                 | 130,00                      | 168,26              |
| Carrello trasporto cestelli           | 1.600,00                    | 1.808,56            |
| Carrello porta accessori monolaterale | 520,00                      | 547,55              |



**Servizio Sanitario Nazionale  
Regione Piemonte**

|                                       |                  |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Sgabello a sella                      | 650,00           | 496,32           |
| Sgabello con seduta circolare         | 650,00           | 428,17           |
| Portacatino doppio                    | 140,00           | 481,75           |
| Asta porta flebo su ruote             | 850,00           | 158,86           |
| Gradino singolo                       | 230,00           | 120,32           |
| <b>Totale complessivo IVA esclusa</b> | <b>14.980,00</b> | <b>16.068,36</b> |

con conseguente determinazione della graduatoria provvisoria di seguito indicata:

| Società                                                                | Totale Punteggio qualità riparametrato | Prezzi praticati    | Punteggio prezzo | Totale punteggio qualità+punteggio prezzo | Graduatoria |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| Lucini Surgical Concept S.R.L. - Via C. Goldoni n. 11 – 20100 - Milano | 40                                     | €. <b>16.068,36</b> | 55,94            | 95,94                                     | 1           |
| Metalarredinox S.R.L. - Via Berlino 6 – loc. Zingonia Verdellino (BG)  | 31,5                                   | €. <b>14.980,00</b> | 60               | 91,50                                     | 2           |

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura di arredi inox su indicati alla Società Lucini Surgical Concept S.R.L. - Via C. Goldoni n. 11 – 20100 – Milano, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

Dato atto che tutta la documentazione su citata è depositata nel fascicolo di gara presso la S.C. Provveditorato;

Richiamato l'art. 3 del D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni in relazione al parere del Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario e preso atto che il parere del Direttore Sanitario Dott. Roberto ARIONE verrà acquisito successivamente stante la Sua assenza alla data odierna;

Dato atto della vigente normativa richiamata e/o riferita al presente provvedimento;

Dato atto della vigente normativa richiamata e/o riferita al presente provvedimento, in particolare del D.Lgs 163/2006, l'applicazione del quale è precisata dal comunicato ANAC del 3/05/2016, che recita che *“ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 19 aprile 2016”*;

**d e l i b e r a**

*per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:*



**Servizio Sanitario Nazionale  
Regione Piemonte**

1. di affidare in esito all'espletamento della procedura RDO n. 1182183 pubblicata sul MePA in data 14/04/2016, la fornitura di ARREDI IN ACCIAIO INOX per le sale operatorie dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, nelle tipologie e alle quotazioni economiche tutte dettagliatamente descritte nella TABELLA OFFERTA ALLEGATO B, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, alla Società Lucini Surgical Concept S.R.L. - Via C. Goldoni n. 11 – 20100 – Milano, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e le cui quotazioni singole sono le seguenti:

| Descrizione prodotto                               | Ditta Lucini |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Bancone                                            | 1.438,20     |
| Armadio                                            | 2.226,39     |
| Pensile                                            | 621,34       |
| Carrello portastrumenti                            | 294,22       |
| Carrello servitore                                 | 682,44       |
| Tavolo portastrumenti – tipo Mayo                  | 682,44       |
| Carrello porta suture                              | 2.301,12     |
| Carrello di anestesia                              | 2.990,14     |
| Tavolo madre                                       | 622,28       |
| Carrello da trasporto                              | 168,26       |
| Carrello trasporto cestelli                        | 1.808,56     |
| Carrello porta accessori monolaterale              | 547,55       |
| Sgabello a sella                                   | 496,32       |
| Sgabello con seduta circolare                      | 428,17       |
| Portacatino doppio                                 | 481,75       |
| Asta porta flebo su ruote                          | 158,86       |
| Gradino singolo                                    | 120,32       |
| Percentuale di sconto sul listino prezzi ufficiale | <b>53%</b>   |

2. Di dare atto che le società invitate a presentare offerta tramite la suddetta procedura R.D.O. sono state le seguenti:
- C.F.S. S.r.L.
  - DOIMO MIS S.r.L.
  - FAVERO S.p.A.
  - GIVAS S.r.L.
  - HILL- ROM S.p.A.
  - LINET ITALIA S.r.L.
  - MALVESTIO S.p.A.
  - METALARREDINOX S.r.L.
  - MISSAGLIA S.p.A.
  - TECNOS S.r.L.
  - VERNIPOLL S.r.L.



**Servizio Sanitario Nazionale  
Regione Piemonte**

3. di dare atto, che l'ammontare complessivo del finanziamento assegnato per l'acquisto degli arredi su descritti è di €. **20.000,00** + I.V.A. pari ad €. 24.400,00.=I.V.A. inclusa, da utilizzare quale importo massimo spendibile nel periodo di mesi ventiquattro, per l'acquisizione dei materiali di cui trattasi, secondo le necessità indicate dalla Direzione strategica aziendale. Tale spesa è ripartita in via presuntiva nel seguente modo:

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| ASSEGNATARIO             | ING. CLINICA                          |
| DESCRIZIONE              | ARREDI IN ACCIAIO PER SALE OPERATORIE |
| IMPORTO €.               | 24.400,00 (I.V.A. Inclusa)            |
| IMPORTO DA IMPUTARE 2016 | 18.300,00 (I.V.A. Inclusa)            |
| IMPORTO DA IMPUTARE 2017 | 6.100,00 (I.V.A. Inclusa)             |
| PROGRAMMA SPESA          | 201636/2016                           |
| COMMESSA                 | 1_MA_4                                |
| FINANZIAMENTO            | 2016_FSR_1 (Gpi 116)                  |
| CONTO                    | 1120511/711                           |

- 4 di dare atto che la ditta affidataria, essendo iscritta Allegato 1 al Bando “AEC104” per l'abilitazione di fornitori e beni per la fornitura di **Arredi e complementi di Arredo – CPV 33192340-7** della CONSIP sul Mercato elettronico della P.A., ha già autocertificato il possesso dei requisiti morali e professionali necessari per poter contrattare con la pubblica amministrazione e che non risulta a questa A.O. alcuna causa interdittiva che sia di impedimento alla stipula del contratto;
- 5 di prendere atto di quanto disposto dall'art. 11, comma 10 bis, lett. b) del D.lvo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., che prevede che la stipula del contratto con le ditte aggiudicatrici possa essere effettuata utilizzando la piattaforma telematica del MePA, tramite chiusura della R.D.O. prescindendo dal decorso del termine dilatorio (c.d. “stand still”), previsto dall'art. 1 del D.Lvo 20.03.2010, n. 53 e s.m.i.;
- 6 di dare atto che si provvederà al pagamento dei corrispettivi derivanti dal presente provvedimento a fronte dell'emissione dell'ordinativo da parte del Servizio Economato, a seguito del collaudo positivo delle nuove attrezzature e dell'emissione di regolare fattura da parte della Società fornitrice;
- 7 di autorizzare l'esecuzione anticipata del contratto nel frattempo dell'arrivo delle nuove apparecchiature, visto il prezzo inferiore del materiale di consumo aggiudicato alla stessa società tra l'altro già precedente fornitrice;
- 8 di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio di Ingegneria Clinica per l'emissione dei certificati di collaudo;
- 9 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 della L. Regione Piemonte n. 10/1995, stante l'urgenza di provvedere in merito alla fornitura di che trattasi;



**Servizio Sanitario Nazionale  
Regione Piemonte**

10 di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 24 gennaio 1995 n. 10, al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.