GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA "FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI PER GINECOLOGIA ED OSTETRICIA" OCCORRENTI ALLE AZIENDE A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, ASLTO3 E ASLTO5 PER LA DURATA DI 24 MESI.
VERBALE VALUTAZIONE TECNICO/QUALITATIVA DEI PRODOTTI
COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE:
Dott. Bianciotto Andrea – Direttore S.C. Ginecologia-Ostetricia Presidio di Pinerolo ASLTO3 – Presidente
Dott.ssa Defabiani Enza – Dirigente Medico S.C.D.U. Ostetricia e Ginecologia A.O. Ordine Mauriziano – Commissario
Dott. Scoletta Andrea – Dirigente Medico S.C. Ostetricia e Ginecologia P.O. "S. Croce" Moncalieri ASLTO5 - Commissario

Nel periodo che va dal 10/03/2021 al 24/05/2021 è stato effettuato preliminarmente un esame delle caratteristiche tecniche desumibili dalle schede tecniche dei prodotti - in ordine alla conformità con quanto richiesto dal capitolato - ed é stata valutata la documentazione scientifica presentata dalle varie ditte offerenti. Si è quindi proceduto ad effettuare la valutazione delle campionature delle Società offerenti, per la valutazione tecnica-qualitativa della gara in oggetto.
Le risultanze della valutazione tecnica- qualitativa sono riportate nelle tabelle allegate.

Le valutazioni tecnico-qualitative e relative attribuzione dei coefficienti di valutazione sono stati attribuiti all'unanimità e non si è reso pertanto necessario calcolare la media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

L'attribuzione del relativo punteggio viene riportato di seguito al presente documento.

Griglia predefinita per l'attribuzione dei coefficienti dei valori dei giudizi	
SCALA DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
OTTIMO	1
BUONO	0,8
DISCRETO	0,7
SUFFICIENTE	0,6
SCARSO	0,4
INSUFFICIENTE	0

Torino 24/05/2021
La Commissione Giudicatrice composta da:

Dott.Bianciotto Andrea .....

Dott.ssa Defabiani Enza .....

Dott.Scoletta Andrea .....

LOTTO 1 – CANNULE ASPIRAZIONE INTRAUTERINA												
Ditta	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
		1,00	0,80	0,70	0,60	0,40	0				
AK MEDICAL	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati.	1,00							20	20	48
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.				0,60			LA RIGIDITA' RENDE PIU' DIFFICOLTOSO L'UTILIZZO.	25	15	
	Maneggevolezza, atraumaticità.					0,40		ECCESSIVA RIGIDITA'.	20	8	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo.	1,00							5	5	
AORTA	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	70
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	
EDAND Unipersonale	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	48
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.				0,60			LA RIGIDITA' RENDE PIU' DIFFICOLTOSO L'UTILIZZO.	25	15	
	Maneggevolezza, atraumaticità.					0,40		ECCESSIVA RIGIDITA'.	20	8	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	
KALTEK	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	48
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.				0,60			LA RIGIDITA' RENDE PIU' DIFFICOLTOSO L'UTILIZZO.	25	15	
	Maneggevolezza, atraumaticità.					0,40		ECCESSIVA RIGIDITA'.	20	8	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	
MEDLINE International Italy	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	48
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.				0,60			LA RIGIDITA' RENDE PIU' DIFFICOLTOSO L'UTILIZZO.	25	15	
	Maneggevolezza, atraumaticità.					0,40		ECCESSIVA RIGIDITA'.	20	8	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	
RI.MOS.	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	48
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.				0,60			LA RIGIDITA' RENDE PIU' DIFFICOLTOSO L'UTILIZZO.	25	15	
	Maneggevolezza, atraumaticità.					0,40		ECCESSIVA RIGIDITA'	20	8	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	

LOTTO 2 – SACCA PER LA RACCOLTA SANGUE											
Ditta	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
		1,00	0,80	0,70	0,60	0,40	0				
AORTA	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	70
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	
MEDISAN	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati		0,80					MATERIALE APPARENTEMENTE MENO RESISTENTE	20	16	66
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	

LOTTO 3 – PESSARI											
Ditta	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
		1,00	0,80	0,70	0,60	0,40	0				
AK MEDICAL	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	70
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	
MEDISAN	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	70
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	

LOTTO 5 – SPECULUM VAGINALI												
Ditta	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
		1,00	0,80	0,70	0,60	0,40	0				
AK MEDICAL	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	70
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	
CEA	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	70
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	
IDS	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	67
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo					0,40		APERTURA DELLA CONFEZIONE MENO AGEVOLE	5	2	
KALTEK	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	70
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	
TECNOLIFE	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	70
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	

LOTTO 6 - ELETTRODI PER ISTEROSCOPIA **A)** sfera di lunghezza circa 15 cm; **B)** loop lunghezza circa 13 cm; loop circa 15 mm x 6 mm												
Ditta	**Criteri di valutazione**	**Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara**						**Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)**	**Punteggio Max.**	**Punteggio attribuito**	**TOTALE**
		1,00	0,80	0,70	0,60	0,40	0				
AK MEDICAL	Danno termico, residuo tessuto				0,60			A) ECCESSIVA CARBONIZZAZIONE B) CAMPIONE FRAMMENTATO CON DIFFICOLTA' DI LETTURA ANATOMO PATOLOGICA	25	15	44,5
	Qualità del controllo dell'emostasi				0,60			A) INSUFFICIENTE SUI VASI DI MAGGIORI DIMENSIONI B) ECCESSIVA CARBONIZZAZIONE	20	12	
	Efficacia del taglio			0,70				B) ANSA SOLO PARZIALMENTE MODELLABILE	25	17,5	
AORTA	Danno termico, residuo tessuto					0,40		A) ECCESSIVA CARBONIZZAZIONE B) ECCESSIVA FRAMMENTAZIONE DEL CAMPIONE	25	10	32
	Qualità del controllo dell'emostasi				0,60			A) INSUFFICIENTE SUI VASI DI MAGGIORI DIMENSIONI B) MINOR CAPACITA' EMOSTATICA	20	12	
	Efficacia del taglio					0,40		B) ANSA POCO MODELLABILE	25	10	
JOHNSON & JOHNSON	Danno termico, residuo tessuto	1,00						A) B)	25	25	70
	Qualità del controllo dell'emostasi	1,00						A) B)	20	20	
	Efficacia del taglio	1,00						B)	25	25	
MULTIMED	Danno termico, residuo tessuto				0,60			A) ECCESSIVA CARBONIZZAZIONE B) FLESSIBILITA' DELL'ANSA NON OTTIMALE	25	15	46,5
	Qualità del controllo dell'emostasi			0,70				A) DIFFICOLTA' DI EMOSTASI SU VASI DI MAGGIORI DIMENSIONI B) EMOSTASI NON OTTIMALE SUI VASI DI MAGGIORI DIMENSIONI	20	14	
	Efficacia del taglio			0,70				B) ANSA PARZIALMENTE MODELLABILE	25	17,5	
PIEMMEMED	Danno termico, residuo tessuto					0,40		A) ECCESSIVA CARBONIZZAZIONE B) ECCESSIVA FRAMMENTAZIONE DEL CAMPIONE	25	10	32
	Qualità del controllo dell'emostasi				0,60			A) DIFFICOLTA' SUI VASI DI MAGGIORI DIMENSIONI B) INSUFFICIENTE SUI VASI DI MAGGIORI DIMENSIONI	20	12	
	Efficacia del taglio					0,40		B) MODELLABILITA' RIDOTTA	25	10	
POLIMED	Danno termico, residuo tessuto	1,00						A) B)	25	25	64
	Qualità del controllo dell'emostasi			0,70				A) NON OTTIMALE SUI VASI DI MAGGIORI DIMENSIONI B) NON OTTIMALE SUI VASI DI MAGGIORI DIMENSIONI	20	14	
	Efficacia del taglio	1,00						B)	25	25	

LOTTO 7 – DISPOSITIVO PER PARTO VUOTO-ASSISTITO												
Ditta	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
		1,00	0,80	0,70	0,60	0,40	0				
EFFEBI HOSPITAL	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati			0,70				GUAINA DI RIVESTIMENTO DEL FILO DI TRAZIONE PIU' DEFORMABILE	20	14	61
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo					0,40		ISTRUZIONI MENO DETTAGLIATE E NON IN LINGUA ITALIANA SULLA SINGOLA CONFEZIONE	5	2	
EMANUELE FIORE MANCINI	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati			0,70				GUAINA DI RIVESTIMENTO DEL FILO DI TRAZIONE PIU' DEFORMABILE	20	14	61
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo					0,40		ISTRUZIONI MENO DETTAGLIATE E NON IN LINGUA ITALIANA SULLA SINGOLA CONFEZIONE	5	2	
RI.MOS.	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	70
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	

LOTTO 8 – CATETERE A PALLONCINO PER MATURAZIONE CERVICALE.												
Ditta	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
		1,00	0,80	0,70	0,60	0,40	0				
COOK ITALIA	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	70
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	
DI EMME IMPORT	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati				0,60			MATERIALE PLASTICO PIU' RIGIDO	20	12	32
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.					0,40		ASSENZA DELLE LETTERE "U" e "v" SUI RACCORDI	25	10	
	Maneggevolezza, atraumaticità.					0,40		MANDRINO GIA' INSERITO E POCO ERGONOMICO	20	8	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo					0,40		ASSENZA DI DISEGNO ESPLICATIVO SULLA SINGOLA CONFEZIONE	5	2	
EFFEBI HOSPITAL	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati				0,60			MATERIALE PLASTICO PIU' RIGIDO	20	12	32
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.					0,40		ASSENZA DELLE LETTERE "U" e "v" SUI RACCORDI	25	10	
	Maneggevolezza, atraumaticità.					0,40		MANDRINO GIA' INSERITO E POCO ERGONOMICO	20	8	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo					0,40		ASSENZA DI DISEGNO ESPLICATIVO SULLA SINGOLA CONFEZIONE	5	2	
EMANUELE FIORE MANCINI	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati				0,60			MATERIALE PLASTICO PIU' RIGIDO	20	12	32
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.					0,40		ASSENZA DELLE LETTERE "U" e "v" SUI RACCORDI	25	10	
	Maneggevolezza, atraumaticità.					0,40		MANDRINO GIA' INSERITO E POCO ERGONOMICO	20	8	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo					0,40		ASSENZA DI DISEGNO ESPLICATIVO SULLA SINGOLA CONFEZIONE	5	2	
PIEMMEMED Unipersonale	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati					0,40		PLASTICA DEI PALLONCINI TROPPO MORBIDA	20	8	28
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.					0,40		DISTANZA RIDOTTA TRA I DUE PALLONCINI. PUNTA DI DIAMETRO MAGGIORE E FORMA ARROTONDATA	25	10	
	Maneggevolezza, atraumaticità.					0,40		MANDRINO POCO ERGONOMICO	20	8	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo					0,40		ASSENZA DI DISEGNO ESPLICATIVO SULLA SINGOLA CONFEZIONE	5	2	

LOTTO 9 – SET TUBO DI ASPIRAZIONE INTRAUTERINO STERILE MONOUSO.												
Ditta	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
		1,00	0,80	0,70	0,60	0,40	0				
AORTA	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati					0,40		RIGIDITA' DEL TUBO	20	8	31
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.					0,40		SISTEMA DI CHIUSURA DEL CIRCUITO MENO ERGONOMICO	25	10	
	Maneggevolezza, atraumaticità.					0,40		RIGIDITA' DEL TUBO	20	8	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	
EDAND Unipersonale	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati					0,40		RIGIDITA' DEL TUBO	20	8	31
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.					0,40		SISTEMA DI CHIUSURA DEL CIRCUITO MENO ERGONOMICO	25	10	
	Maneggevolezza, atraumaticità.					0,40		RIGIDITA' DEL TUBO	20	8	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	
MEDLINE INT.ITALY Unipersonale	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati					0,40		RIGIDITA' DEL TUBO	20	8	31
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.					0,40		SISTEMA DI CHIUSURA DEL CIRCUITO MENO ERGONOMICO	25	10	
	Maneggevolezza, atraumaticità.					0,40		RIGIDITA' DEL TUBO	20	8	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	
POLIMED	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati					0,40		RIGIDITA' DEL TUBO	20	8	31
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.					0,40		SISTEMA DI CHIUSURA DEL CIRCUITO MENO ERGONOMICO	25	10	
	Maneggevolezza, atraumaticità.					0,40		RIGIDITA' DEL TUBO	20	8	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	
RI.MOS.	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	70
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	

LOTTO 16 - CATETERE A PALLONCINO PER TAMPONAMENTO POST PARTUM.

Ditta	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
		1,00	0,80	0,70	0,60	0,40	0				
COOK ITALIA	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	70
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	
DI EMME IMPORT	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	44
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.					0,40		TUBO DEL DEFLUSSORE DALLA FLEBO CON DIAMETRO RIDOTTO	25	10	
	Maneggevolezza, atraumaticità.				0,60			PUNTA MENO SMUSSA	20	12	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo					0,40		ASSENZA DI ISTRUZIONI SULLA SINGOLA CONFEZIONE	5	2	
EFFEBI HOSPITAL	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	44
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.					0,40		TUBO DEL DEFLUSSORE DALLA FLEBO CON DIAMETRO RIDOTTO	25	10	
	Maneggevolezza, atraumaticità.				0,60			PUNTA MENO SMUSSA	20	12	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo					0,40		ASSENZA DI ISTRUZIONI SULLA SINGOLA CONFEZIONE	5	2	
RI.MOS.	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati					0,40		RUBINETTI NON RIMOVIBILI	20	8	18
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.						0,00	ESTREMA DIFFICOLTA' DI POSIZIONAMENTO PER VIA LAPAROTOMICA IN CORSO DI TAGLIO CESAREO	25	0	
	Maneggevolezza, atraumaticità.					0,40		TUBO PLASTICA RIGIDO	20	8	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo					0,40		SCHEMA DELLE ISTRUZIONI POCO LEGGIBILE - MANCANZA DI SCHEMA DI UTILIZZO SULLA SINGOLA CONFEZIONE	5	2	
TEGEA	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati					0,40		FORMA MENO EFFICACE SUL SEGMENTO UTERINO INFERIORE	20	8	31
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.				0,60			PUNTA NON ESTROFLESSA DAL PALLONE	25	15	
	Maneggevolezza, atraumaticità.					0,40		INSERIMENTO DIFFICOLTOSO PER ASSENZA DELLA PUNTA	20	8	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo						0,00	MANCANZA DI SCHEMA DI UTILIZZO SULLA SINGOLA CONFEZIONE - SCHEDA TECNICA DI DIFFICILE INTERPRETAZIONE - ISTRUZIONI IN SOLA LINGUA INGLESE NELLA SCATOLA DELLA CAMPIONATURA.	5	0	
EMANUELE FIORE MANCINI	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati							NON AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI QUALITA'			
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.										
	Maneggevolezza, atraumaticità.										
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo										

LOTTO 13 - SPATOLE CERVICALI												
Ditta	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
		1,00	0,80	0,70	0,60	0,40	0				
AIESI HOSPITAL SERVICE	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	70
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	
AK MEDICAL	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	70
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	
CEA	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	70
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	
KALTEK	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	70
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	



LOTTO 14 - SPAZZOLINO CERVICALE PER CITOSTRISCIO											
Ditta	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)			
		1,00	0,80	0,70	0,60	0,40	0		Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
AIESI HOSPITAL SERVICE	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati				0,60			SETOLE TROPPO MORBIDE	20	12	54,5
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.			0,70				IMPUGNATURA LISCIA	25	17,5	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	
AK MEDICAL	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati		0,80					SETOLE MORBIDE	20	16	58,5
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.			0,70				IMPUGNATURA LISCIA	25	17,5	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	
IDS	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	62,5
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.			0,70				IMPUGNATURA LISCIA	25	17,5	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	
KALTEK	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	70
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	
LABOINDUSTRIA	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati		0,80					SETOLE MORBIDE	20	16	66
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	

LOTTO 15 - TAMPONI OVATTATI CERVICALI STERILI IN LEGNO											
Ditta	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
		1,00	0,80	0,70	0,60	0,40	0				
AK MEDICAL	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	70
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	
KALTEK	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	70
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	

LOTTO 16 - TAMPONI OVATTATI											
Ditta	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
		1,00	0,80	0,70	0,60	0,40	0				
AORTA	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	70
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	
KALTEK	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	70
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	

LOTTO 17 - SACCHETTO URINE GELIFICANTE IN PVC												
Ditta	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
		1,00	0,80	0,70	0,60	0,40	0				
AIESI HOSPITAL SERVICE	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	70
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	
F.A.S.E.	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	70
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	

LOTTO 18 - DISPOSITIVO PER LA CONTRACCEZIONE UTERINA (valutazione secondo scheda tecnica)											
Ditta	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
		1,00	0,80	0,70	0,60	0,40	0				
AIESI HOSPITAL SERVICE	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	70
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	

LOTTO 19 - PERFORATORE PER MEMBRANA AMNIOTICA											
Ditta	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
		1,00	0,80	0,70	0,60	0,40	0				
AK MEDICAL	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	58,5
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.			0,70				ECCESSIVA FLESSIBILITA'	25	17,5	
	Maneggevolezza, atraumaticità.		0,80					STRUMENTO NON CURVO	20	16	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	
AORTA	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	66
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.		0,80					STRUMENTO NON CURVO	20	16	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	
IDS	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	62,5
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.			0,70				PUNTA MENO EFFICACE	25	17,5	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	
KALTEK	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	62,5
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.			0,70				PUNTA MENO EFFICACE	25	17,5	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	

LOTTO 20 - ISTEROMETRO MONOUSO											
Ditta	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
		1,00	0,80	0,70	0,60	0,40	0				
AK MEDICAL	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	70
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	
CEA	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	70
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	
KALTEK	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	70
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	
PIEMMEMED Unipersonale	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati					0,40		MANICO LISCIO E DEFORMABILE	20	8	13
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.						0,00	RISCHIO DI PERFORAZIONE UTERINA	25	0	
	Maneggevolezza, atraumaticità.						0,00	PUNTA TRAUMATICA POTENZIALMENTE PERFORANTE	20	0	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	
RI.MOS.	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	70
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	

LOTTO 21 - SET PER PRELIEVO ENDOMETRIALE CITO-ISTOLOGICO.												
Ditta	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
		1,00	0,80	0,70	0,60	0,40	0				
AK MEDICAL	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	70
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	
AORTA	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	70
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	
CEA	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	70
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	
RI.MOS.	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	70
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	

LOTTO 22 - TEST RAPIDO PER ROTTURA DI MEMBRANA											
Ditta	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
		1,00	0,80	0,70	0,60	0,40	0				
BETA DIAGNOSTICI	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	59
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.				0,60			ESITO PIU' TARDIVO	25	15	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo		0,80					DIFFICOLTA' DI APERTURA DELLA SINGOLA CARD	5	4	
MASCIA BRUNELLI	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	69
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo		0,80					NON RIPORTA ISTRUZIONI NEL SINGOLO TEST	5	4	

LOTTO 23 - FISSATORE PER CITOLOGIA											
Ditta	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
		1,00	0,80	0,70	0,60	0,40	0				
AIESI HOSPITAL SERVICE	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	70
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	
AORTA	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	70
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	
CEA	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	70
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	
RI.MOS.	Qualità della finitura del dispositivo e dei materiali utilizzati	1,00							20	20	70
	Funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.	1,00							25	25	
	Maneggevolezza, atraumaticità.	1,00							20	20	
	Confezionamento ed istruzioni di utilizzo	1,00							5	5	

Torino 24/05/2021

La Commissione Giudicatrice composta da:

Dott.Bianciotto Andrea .....

Dott.ssa Defabiani Enza .....

Dott.Scoletta Andrea .....