



CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE DEL CAPITOLATO PER LA GARA AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “SISTEMA PER L’AUTOMAZIONE COMPLETA DELLA SEMINA DEI CAMPIONI BIOLOGICI”, OCCORRENTE ALLA S.C. LABORATORIO ANALISI DELL’ A.O. ORDINE MAURIZIANO - ID 175989400

Richiamata la consultazione preliminare di mercato in oggetto, si indicano a seguire le osservazioni pervenute entro il termine di scadenza del 23/11/2023, nonché i successivi riscontri elaborati dalla SC Laboratorio Analisi:

OSSERVAZIONI:

1). Con riferimento al requisito indispensabile “Etichettatura di piastre e vetrini mediante collegamento al LISdel Laboratorio, al fine di garantire la completa tracciabilità del processo”, si chiede di confermare che tale funzione automatica sia applicabile per tutti i campioni biologici processati (urine, tamponi, campioni respiratori delle alte e basse vie, emocolture, liquidi biologici, etc.).

2). Con riferimento al requisito indispensabile “Sistema di agitazione/miscelazione del campione prima della semina”, si chiede di valutare positivamente la possibilità di modificare il tempo di miscelazione in funzione del tipo di materiale lavorato (es. incrementandone la durata per campioni viscosi, come i campioni respiratori delle basse vie).

3). Con riferimento al requisito a punteggio “Controlli di qualità del sistema: modalità di verifica/inoculo del prelievo; modalità di verifica del dispositivo di inoculo e semina. Descrivere.” Si chiede conferma che tali controlli siano eseguibili dall’automazione in offerta, per tutti i campioni biologici processati (urine, tamponi, campioni respiratori delle alte e basse vie, emocolture, liquidi biologici, etc.).

4). Con riferimento al requisito a punteggio “Gestione del brodo/liquido di arricchimento. Descrivere il livello di automazione dell’intero processo”. Si chiede conferma che, al fine di mantenere la massima tracciabilità del processo, l’etichettatura del brodo liquido sia gestita in automatico dalla automazione e con il medesimo layout di etichetta del campione primario.

5). Con riferimento al requisito a punteggio “Gestione della deposizione dei dischetti. Descrivere il livello di automazione dell’intero processo e la compatibilità con i principali produttori.”. Si chiede conferma che, al fine di garantire la completa automazione del processo, lo strumento in offerta sia in grado di riconoscere automaticamente, in ciclo, l’assenza di dischetti nella cartuccia di antibiotico.

6). Si chiede conferma che l’automazione in offerta sia in grado di etichettare le piastre seminate con lo stesso barcode del campione primario, per la completa tracciabilità ed agevole identificazione del campione da parte dell’utente.

7). Con riferimento al requisito a punteggio “Caricamento in continuo dei terreni in qualsiasi momento e senza pausa”, si chiede conferma che per terreno di intendano sia le piastre da coltura, che i brodi liquidi di arricchimento (es. Selenite) e che anche per questi sia garantita la possibilità di carico in qualsiasi momento del ciclo operativo.

RISCONTRI:

1) Si conferma per tutti i campioni



Sede legale: Via Magellano, 1 - 10128 TORINO - Tel. +39 011.508.1111 - www.mauriziano.it - P.I./Cod. Fisc. 09059340019

- 2) Nel parametro oggetto di valutazione “Possibilità di personalizzazione del protocollo da parte dell’utente, in funzione del campione biologico da analizzare” sarà possibile una valutazione positiva anche di questo aspetto
- 3) Si conferma che verranno valutate a punteggio tutte le caratteristiche indicate
- 4) Si conferma che verranno valutate a punteggio tutte le caratteristiche indicate
- 5) Si conferma che verranno valutate a punteggio tutte le caratteristiche indicate
- 6) Si conferma
- 7) Si conferma
- 8) Si conferma che verranno valutate a punteggio tutte le caratteristiche indicate
- 9) Si conferma che verranno valutate a punteggio tutte le caratteristiche indicate

29/11/2023

IL RUP
Dr.ssa C. Siani
f.to in originale