



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte

Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino

Deliberazione del Direttore Generale

**Oggetto: PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO.
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TRAVI TESTALETTO
PENSILI E LAMPADIE SCIALITICHE A SOFFITTO PER IL
COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA RIANIMAZIONE
CENTRALE E CARDIOVASCOLARE. ART. 63, COMMA 2,
LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. (PRIVATIVA
INDUSTRIALE).
SOCIETA' DRAEGER ITALIA SPA (CIG: 939532751C).**

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Gaspare Dall'Acqua, nominato con D.G.R. n. 16 - 3298 del 28.05.2021;

su conforme proposta del Direttore della S.C. Tecnico, che ne attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato;

Premesso che è necessario provvedere alla fornitura ed installazione di travi testaletto pensili e lampade scialitiche a soffitto, necessarie per le opere di completamento funzionale della Rianimazione Centrale e Cardiovascolare del Presidio Ospedaliero Umberto I di Torino;

Considerato che presso la Rianimazione Centrale e Cardiovascolare del presidio sono installate ed in funzione travi testaletto PONTA e lampade scialitiche a soffitto POLARIS, a suo tempo fornite, installate e mantenute dalla Ditta DRAEGER ITALIA S.P.A., con sede in Via Galvani 7, Corsico (MI) 20094 e che pertanto ricorrono i presupposti previsti dall'art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (Privativa industriale) poiché la fornitura, l'installazione e l'assistenza tecnica necessaria alle opere sin qui descritte può essere fornita solamente delle Ditte



**Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte**

costruttrici e fornitrici, uniche in grado di garantire il servizio con i requisiti tecnici ed il grado di specializzazione richiesti;

Rilevato che la S.C. Tecnico ha quindi richiesto alla Ditta DRAEGER ITALIA S.P.A., quale Società costruttrice e fornitrice delle apparecchiature in oggetto, di produrre apposita offerta per la fornitura ed installazione di travi testaletto pensili e lampade scialitiche a soffitto, quale completamento funzionale di quelle già esistenti e in funzione presso la Rianimazione Centrale e Cardiovascolare;

Vista l'offerta n. 484/2022 del 03/08/2022 (Prot. in arrivo n. 0010283 del 11/08/2022 – agli atti della S.C. Tecnico) presentata dalla Ditta DRAEGER ITALIA S.P.A., che si può così riassumere:

- Fornitura ed installazione di n. 8 Travi testaletto PONTA S Plus 2800, ciascuna per n. 1 posto letto, comprensive di sistema di ancoraggio, unità base, carrello lato monitoraggio/ventilazione Colonna AMBIA M (con dotazione prese gas, elettriche, bassa tensione), carrello lato infusione Colonna AMBIA M (con dotazione prese gas, elettriche, bassa tensione);
- Fornitura ed installazione di n. 8 Lampade scialitiche a LED a soffitto POLARIS 50, ciascuna per n. 1 posto letto.
- Verifiche strutturali e prove di carico

Tenuto conto che il dettaglio specifico della fornitura e della installazione delle travi e delle lampade scialitiche è indicato nella documentazione dell'offerta ricevuta, che si ritiene integralmente riportata nel presente provvedimento, il costo delle opere sin qui descritte, ammonta ad € 175.680,00 oltre IVA 22% pari ad € 38.649,60, per totali € 214.329,60;

Valutata la congruità tecnico-economica dell'offerta presentata in regime di privativa industriale (art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.), a garanzia del completamento funzionale della Rianimazione Centrale e Cardiovascolare del Presidio Ospedaliero Umberto I di Torino;



**Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte**

Richiamato l'art. 3 del D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni in relazione al parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Dato atto della vigente normativa richiamata e/o riferita al presente provvedimento;

d e l i b e r a

per tutto quanto in premessa indicato e attestata la regolarità formale del presente provvedimento dell'iter procedurale seguito e verificata la copertura economica-finanziaria della spesa individuata;

- 1) **di affidare** la fornitura ed installazione di travi testaletto pensili e lampade scialitiche a soffitto, quale completamento funzionale di quelle già esistenti e in funzione presso la Rianimazione Centrale e Cardiovascolare, descritti in premessa, alla Ditta DRAEGER ITALIA S.P.A., con sede in Via Galvani 7, Corsico (MI) 20094, quale costruttrice e fornitrice delle apparecchiature stesse, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (Privativa industriale) e alle condizioni di cui all'offerta n. 484/2022 del 03/08/2022 (Prot. in arrivo n. 0010283 del 11/08/2022 – agli atti della S.C. Tecnico);
- 2) **di dare atto** che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 175.680,00 oltre IVA 22% pari ad € 38.649,60, per totali € 214.329,60, è da imputarsi al Budget assegnato alla S.C. Tecnico, Conto Economico n. R-3100205 “Manutenzione in appalto mobili e attrezzature tecnico economali”, Programma di Spesa n. 62 e Centro di Costo 2999000;
- 3) **di dare atto** che si provvederà al pagamento dell'importo di cui sopra a fronte della verifica positiva delle prestazioni richieste alla ditta DRAEGER ITALIA S.P.A., ed a seguito di emissione di regolari fatture da parte della Società medesima;
- 4) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 della L.R. 24/01/1995, n. 10.