



**VERBALE 1 - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER LA FORNITURA DI N.1
CONTROPULSATORE AORTICO OCCORRENTE ALLA SALA DI EMODINAMICA**

VERBALE N. 1 - INCONTRO DEL 03 Agosto 2023

La commissione giudicatrice composta dal Dr. Giorgio Quadri, in qualità di Presidente, dalla Dr.ssa Tiziana Claudia Aranzulla e da CTP Ing. Cristina Carosiello come Componenti, si è riunita in data 3 Agosto 2023 alle ore 13.30 presso gli uffici della S.S. Ingegneria Clinica.

In esito all'esame della documentazione tecnica, la Commissione ritiene che l'offerta proposta dalla ditta Viglia, unica ditta concorrente, non risulta idonea per la seguente motivazione: la ditta Viglia non soddisfa il requisito minimo identificato alla pagina 2 dell'Allegato G, alla voce "Dotato di modulo pneumatico a compressore con l'utilizzo di gas elio con sistema automatico di compensazione delle perdite per diffusione del gas", requisito confermato pregiudicante anche tramite risposta al chiarimento ricevuto in data 5 Maggio 2023.

La Commissione si scioglie alle ore 15:00 e trasmette il verbale alla S.C. Provveditorato per gli adempimenti di conseguenza.

Torino, il 03/08/2023

La Commissione di valutazione:

Dr. Giorgio Quadri - Presidente

Dr.ssa Tiziana Claudia Aranzulla - Componente

CTP Ing. Carosiello Cristina - Componente