

**MATERIALI PER ANATOMIA PATOLOGICA
VALUTAZIONE DITTE OFFERENTI**

LOTTE	Campionatura richiesta	Aziende	Descrizione prodotti	DITTE OFFERENTI							
DITTE OFFERENTI – LOTTO 1				LOCATELLI	BIO-OPTICA	DIAPATH	AHSI	GIOCHEMICA	CO.DI.SAN	KALTEK	LEICA
1		A.S.L. TO5	ALCOOL DENATURATO 100 per istologia conf. 5lt.	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo
			ALCOOL DENATURATO 95 per istologia conf.5lt.	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo
DITTE OFFERENTI – LOTTO 2				BIO-OPTICA	DIAPATH	AHSI	CO.DI.SAN	HISTO-LINE			
2		A.S.L.TO3	XILENE per istologia conf. 5lt	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo			
		Mauriziano		idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo			
DITTE OFFERENTI – LOTTO 3				BIO-OPTICA	DIAPATH	AHSI	MONDIAL	CO.DI.SAN	KALTEK	LEICA	
3		A.S.L. TO5	ALDEIDE FORMICA soluz.10% conf. 10lt.	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	
DITTE OFFERENTI – LOTTO 4				CO.DI.SAN							
4		A.S.L. TO5	ACIDO ACETICO GLACIALE conf.1lt	idoneo							
DITTE OFFERENTI – LOTTO 5				BIO-OPTICA	DIAPATH	DYASET	CARLO ERBA	CO.DI.SAN	HISTO-LINE	KALTEK	LEICA
5	500ml.	A.S.L.TO3	GIEMSA soluz.azur-erosina-blu di metilene conf. 500ml.	idoneo	idoneo	NON IDONEO	idoneo	NON IDONEO	idoneo	idoneo	idoneo
		Mauriziano		idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo
		San Luigi		idoneo	idoneo	NON IDONEO	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo
DITTE OFFERENTI – LOTTO 6				BIO-OPTICA							
6		A.S.L.TO3	DECALCIFICANTE RAPIDO PER TESSUTI MISCELA BIACIDA (acido cloridrico+acido formico) con correttore salino conf.da 5lt.	idoneo							
		Mauriziano		idoneo							
DITTE OFFERENTI – LOTTO 7				BIO-OPTICA	DIAPATH	CO.DI.SAN	KALTEK				
7		A.S.L.TO3	REATTIVO DI SCHIFF conf.da 500ml.	idoneo	idoneo	NON IDONEO	idoneo				
		Mauriziano		idoneo	idoneo	idoneo	idoneo				
DITTE OFFERENTI – LOTTO 8				BIO-OPTICA	KALTEK						
8		A.S.L.TO3	MICRON PARAGARD (spray pulizia microtomo) conf.da 10fl da 150ml.	idoneo	idoneo						
		San Luigi		idoneo	idoneo						
DITTE OFFERENTI – LOTTO 9				BIO-OPTICA	DIAPATH	AHSI	CARLO ERBA	HISTO-LINE	KALTEK	LEICA	
9	< di 450ml.	Mauriziano	EOSINA 1% soluz.acquosa conf. 1lt.	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	ESCLUSA	idoneo	idoneo	
		A.S.L. TO5		idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	ESCLUSA	idoneo	idoneo	
		San Luigi	EOSINA G Soluzione Alcolica 0,5% conf. 1lt.	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	ESCLUSA	idoneo	idoneo	
DITTE OFFERENTI – LOTTO 10				BIO-OPTICA	DIAPATH	DYASET	CO.DI.SAN	KALTEK			
10		A.S.L.TO3	MAY GRUNWALD REATTIVO RS conf.da 500ml.	idoneo	idoneo	NON IDONEO	NON IDONEO	idoneo			
		San Luigi		idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo			
DITTE OFFERENTI – LOTTO 11				CO.DI.SAN							
11		A.S.L. TO5	ACIDO FORMICO 99% conf.da 500ml.	idoneo							
DITTE OFFERENTI – LOTTO 12				BIO-OPTICA	DIAPATH	AHSI	KALTEK				
12	1	A.S.L. TO5	SPRAY CONGELANTE per istologia (privo di gas tossici) conf.da 400ml.	NON IDONEO	idoneo	idoneo	idoneo				
		San Luigi		idoneo	idoneo	idoneo	idoneo				
DITTE OFFERENTI – LOTTO 14				BIO-OPTICA	DIAPATH	OLCELLI	AHSI	HISTO-LINE	KALTEK	LEICA	
14	12kg.	San Luigi	PARAFFINA-PARAPLAST SENZA DMSO in scaglie punto di fusione 56°C conf.da 1kg.	idoneo	idoneo	NON IDONEO	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	
	2kg.	A.S.L. TO5	PARAFFINA-PARAPLAST SENZA DMSO in scaglie punto di fusione 56°C conf.da 10kg.	idoneo	NON IDONEO	NON IDONEO	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	
DITTE OFFERENTI – LOTTO 15				BIO-OPTICA	DIAPATH	DYASET	HISTO-LINE	KALTEK			
15		Mauriziano	MGG quick stain kit reattivo A conf.da 500/1000ml.	idoneo	NON IDONEO	idoneo	NON IDONEO	idoneo			
			reattivo B conf.da 500/1000ml.	idoneo	NON IDONEO	idoneo	NON IDONEO	idoneo			
			reattivo C conf.da 500/1000ml.	idoneo	NON IDONEO	idoneo	NON IDONEO	idoneo			

DITTE OFFERENTI – LOTTO 16				BIO-OPTICA	AHSI	KALTEK	LEICA			
16		A.S.L. TO3	O.C.T. per sezioni criostatiche conf. da 4 fl x100ml.	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo			
		Mauriziano		idoneo	idoneo	idoneo	idoneo			
	100ml.	A.S.L. TO5		idoneo	idoneo	idoneo	idoneo			
DITTE OFFERENTI – LOTTO 17				ROCHE						
17		San Luigi	CINtec HISTOLOGY conf. 50 test	idoneo						
MATERIALE IN ESCLUSIVA DITTA HISTOLINE										
DITTE OFFERENTI – LOTTO 18				BIO-OPTICA	HISTO-LINE					
18		A.S.L. TO5	MOUSE ANTI CLAUDINA 4	idoneo	idoneo					
DITTE OFFERENTI – LOTTO 20				BIO-OPTICA	DIAPATH	AHSI	KALTEK			
20	1lt.	San Luigi	FISSATIVO DI SACCOMANO PRONTO ALL'USO conf. 1lt.	idoneo	idoneo	idoneo	ESCLUSA			
PRODOTTI A.S.L. TO5-A.S.L. TO3										
DITTE OFFERENTI – LOTTO 21				BIO-OPTICA	DIAPATH	AHSI	CO.DI.SAN	HISTO-LINE	LEICA	
21	1fl.	A.S.L. TO5	PAPANICOLAU EA 50 conf da 2,5 lt	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	NON IDONEO	idoneo	
		A.S.L. TO3		idoneo	idoneo	NON IDONEO	NON IDONEO	idoneo	NON IDONEO	
	1fl.	A.S.L. TO5	PAPANICOLAU ORANGE Soluzione OG6 conf da 2.5 lt	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	NON IDONEO	idoneo	
		A.S.L. TO3		idoneo	idoneo	NON IDONEO	NON IDONEO	idoneo	NON IDONEO	
DITTE OFFERENTI – LOTTO 22				BIO-OPTICA	DIAPATH	CO.DI.SAN	HISTO-LINE	LEICA		
22	1fl.	A.S.L. TO5	EMATOSSILINA DI HARRIS conf da 4x2,5 lt	idoneo	idoneo	idoneo	NON IDONEO	idoneo		
		A.S.L. TO3		idoneo	NON IDONEO	NON IDONEO	NON IDONEO	NON IDONEO		
	1fl.	A.S.L. TO5	EMATOSSILINA DI MAYER conf da 500 ml	idoneo	idoneo	idoneo	NON IDONEO	idoneo		
		A.S.L. TO3		idoneo	idoneo	NON IDONEO	idoneo	NON IDONEO		

AZ



Per i lotti 13-19-23 non è pervenuta alcuna offerta

DITTE ESCLUSE : Lotto 9 HISTO-LINE e Lotto 20 KALTEK in quanto hanno inserito nella documentazione tecnica "l'allegato A scheda offerta con i prezzi".

A.O. ORDINE MAURIZIANO: lotto 15 non idoneo il prodotto della ditta DIAPATH perchè ha offerto conf. Da 75ml. anzichè come richiesto da ml.500/1000, non idoneo il prodotto della ditta HISTO-LINE perchè offre il colorante MAY-GRUNWALD-GIENSA ma non i reattivi A-B-C- come richiesto.

A.O.U. SAN LUIGI: lotto 5 non idoneo il prodotto della ditta DIASET in quanto non soddisfa le esigenze tecniche specifiche richieste sui materiali processati e colorati con le procedure utilizzate presso la SCDU di AP dell'AOU SAN LUIGI.
lotto 14 non idoneo il prodotto della ditta OLCELLI per non conformità di caratteristiche d'uso e di materiale.

A.S.L. TO 5: lotto 12 non idoneo il prodotto della ditta BIO-OPTICA ,problema di congelamento (poco rapido e consumo eccessivo).

lotto 14 non idoneo il prodotto della ditta DIAPATH, inclusioni che presentano delle "crepe" e non permettono un corretto taglio.
lotto 14 non idoneo il prodotto della ditta OLCELLI, inclusioni che presentano delle "crepe" e non permettono un corretto taglio.

lotti 21 e 22 non idonei i prodotti della ditta HISTO-LINE , preparati presentano una basofila eccessiva e non risultano essere idonei alla lettura, nonostante le varie prove cambiando i tempi.

A.S.L. TO 3: lotto 5 non idonei i prodotti delle ditte DYASET - Dati insufficienti nel Data sheet su ricerca HP, non viene fatto riferimento all'evidenziazione di parassiti su sezioni di tessuto;
CO.DI.SAN - Data sheet non esaustiva nelle Data sheet non sono presenti le indicazioni sulle metodiche di colorazione;
lotto 7 non idoneo il prodotto della ditta CO.DI.SAN - Data sheet non esaustiva nelle Data sheet non sono presenti le indicazioni sulle metodiche di colorazione;
lotto 10 non idonei i prodotti delle ditte DYASET e CO.DI.SAN - Data sheet non esaustiva nelle Data sheet non sono presenti le indicazioni sulle metodiche di colorazione;
lotto 21 non idonei i prodotti delle ditte AHSI - CO.DI.SAN - LEICA - Data sheet non esaustiva nelle Data sheet non sono presenti le indicazioni sulle metodiche di colorazione;
lotto 22 -EMATOSSILINA DI HARRIS - non idonei i prodotti delle ditte DIAPATH e HISTO-LINE - non specifico per Papanicolau
CO.DI.SAN - Data sheet non esaustiva nelle Data sheet non sono presenti le indicazioni sulle metodiche di colorazione;
LEICA - Data sheet non esaustiva nelle Data sheet non sono presenti le indicazioni sulle metodiche di colorazione;
-EMATOSSILINA DI MAYER - non idonei i prodotti delle ditte CO.DI.SAN e LEICA - Data sheet non esaustiva nelle Data sheet non sono presenti le indicazioni sulle metodiche di colorazione;

Torino, 14-08-2017

Dott.ssa Susanna CAPPIA - A.O.U. San Luigi

Sig.ra Antonella ZANIN - A.S.L. TO 5

Sig.ra Sabina ATZENI - A.S.L. TO 3

Sig. Gennaro PASQUARIELLO - A.O.ORDINE MAURIZIANO

