



All'attenzione del RUP  
Dott.ssa C. SIANI

## VERBALE DI VALUTAZIONE TECNICA

### GARA SIMOG 6868998

GARA PER L'AFFIDAMENTO IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI IMMUNOCOLORATORI ESPLETATA DALL'AZIENDA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO QUALE STAZIONE APPALTANTE ANCHE PER CONTO DELLE SEGUENTI AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO

**LOTTO 1: CIG 7232373700** A.O. ORDINE MAURIZIANO TORINO

**LOTTO 2: CIG 7232395927** AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO

In data 06 Marzo 2018 alle ore 15.00 si è riunita, presso la sala riunioni della S.C. Provveditorato Economato, la Commissione Giudicatrice nominata con Delibera 106 del 25/02/2018 composta da:

**Dott.ssa F. PIETRIBIASI**, Presidente

S.C. Anatomia Patologica ASL TO5 P.O. di MONCALIERI

**Dott.ssa S. CAPPIA**, Componente

S.C. Anatomia Patologica AOU S. Luigi Gonzaga di Orbassano

**TSLB G. PASQUARIELLO**, Componente

S.C. Anatomia Patologica A.O. Ordine Mauriziano Torino, Componente

per procedere alla valutazione dell'unica offerta tecnica per il LOTTO 1, pervenuta dalla ditta Roche-Ventana.

La Commissione Giudicatrice dopo aver verificato e confermato la completezza della documentazione tecnica per l'ammissibilità alla gara, ha preso visione del Disciplinare Tecnico per la valutazione delle caratteristiche indispensabili richieste confermando la soddisfazione dei requisiti minimi richiesti.

In seguito la Commissione Giudicatrice ha provveduto ad esaminare e valutare le caratteristiche preferenziali indicate nel Disciplinare Tecnico.

La Commissione Giudicatrice ritiene di dover chiedere dei chiarimenti, in particolare:

- 1- In merito al "sistema di produzione di acqua deionizzata", per tutte le ditte partecipanti, dalla documentazione esaminata non si evince chiaramente se il materiale di consumo sia compreso o meno nella fornitura degli strumenti offerti in gara;
- 2- in merito alla documentazione relativa all'"offerta tecnica" del Lotto 1 si rileva, per la sola Ditta Roche, un refuso alla pagina alla voce "Materiali di consumo/Reagenti, in particolare viene indicato come fabbisogno annuo presunto 700 anziché 7000.

In data 21/03/2018 alle ore 13.30 la Commissione Giudicatrice dopo aver analizzato le risposte ai chiarimenti richiesti, valuta che, le ditte partecipanti alla gara, abbiano risposto in maniera esaustiva ai quesiti posti.

Dopo consultazione collegiale, la Commissione Giudicatrice ha deciso di attribuire ad ogni singolo parametro il coefficiente 1 della scala di valutazione, poiché tutte le caratteristiche preferenziali richieste sono soddisfatte e non vi sono elementi di paragone per le specifiche richieste, in quanto si identifica la ditta Roche-Ventana quale partecipante unico alla gara in oggetto.

Nella tabella sottostante sono indicati i giudizi di valutazione per ogni singolo parametro:

<b>PARAMETRO DI VALUTAZIONE: QUALITA'</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO 70 PUNTI</b>	<b>COEFFICIENTE Commissione Giudicatrice</b>	<b>PUNTEGGIO Commissione Giudicatrice</b>
<b>Parametro 1 CARATTERISTICHE PREFERENZIALI DELL'IMMUNOCOLORATORE</b>			
modalità di caricamento in continuo dei vetrini, non in batch, senza separazione dei campioni per tipo di metodica, tipologia di campione, peculiarità dell'analisi;	4	1	4
possibilità di lavoro sia in modalità completamente automatica che in modalità titolazione;	4	1	4
presenza di allarme che segnali la prossimità dell'esaurimento dei reagenti;	4	1	4
sistema di prevenzione dell'evaporazione dei reagenti durante le fasi operative del sistema;	3	1	3
mantenimento dei dati di programmazione anche in assenza di rete;	3	1	3
archiviazione automatica e rendiconto dettagliato delle prestazioni del sistema, dei consumi e delle determinazioni eseguite;	4	1	4
possibilità di eseguire reazioni di ibridazione in situ per acidi nucleici (FISH o equivalenti) con reattivi propri o di altri produttori;	3	1	3
segnalazione automatica della necessità degli interventi di manutenzione preventiva;	3	1	3
possibilità di impostare tempo e Temperatura di incubazione dell'anticorpo in modo indipendente, per ciascun singolo vetrino;	4	1	4
possibilità di eseguire colorazioni in immunofluorescenza;	4	1	4
possibilità di utilizzare il barcode generato dal LIS per la gestione strumentale.	4	1	4
<b>Parametro 2 CARATTERISTICHE PREFERENZIALI DEGLI ANTICORPI PRIMARI</b>			
preferibilmente in forma liquida, non liofila;	3	1	3
maggior numero di anticorpi prediluiti pronti all'uso ovvero almeno l'80% rispetto al totale degli anticorpi.	2	1	2
<b>Parametro 3 CARATTERISTICHE PREFERENZIALI DEI KIT PER FARMACO DIAGNOSTICA</b>			
Possibilità di esecuzione di test Target Therapy Her-2 approvato FDA su strumentazione oggetto di gara.	10	1	10

<b>PARAMETRO DI VALUTAZIONE: QUALITA'</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO 70 PUNTI</b>	<b>COEFFICIENTE Commissione Giudicatrice</b>	<b>PUNTEGGIO Commissione Giudicatrice</b>
<b>Parametro 4 CARATTERISTICHE PREFERENZIALI DEI KIT PER DIAGNOSTICA VIRALE</b>			
Possibilità di determinare l'espressione delle proteine P16 con certificazione C.E.-IVD e validazione su strumentazione oggetto di gara.	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
<b>Parametro 5 CARATTERISTICHE PREFERENZIALI DEI REATTIVI PER ISH</b>			
uso mediante minima quantità di sonda;	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
flessibilità di utilizzo di sonde, anche di altri fornitori;	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
possibilità di utilizzo in modalità di titolazione.	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

La Commissione Giudicatrice, in funzione delle indicazioni contenute all'art. 9 del Disciplinare di Gara (criteri di valutazione), attribuisce alla valutazione qualitativa un punteggio pari a: PUNTI 70.

**Torino, 21 Marzo 2018**

**Dott.ssa Francesca PIETRIBIASI, Presidente**



**Dott.ssa Susanna CAPPIA, Componente**



**TSLB Gennaro PASQUARIELLO, Componente**





ASOOM\_TO.Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino - Rep. DG 26/04/2018.0000304.I