



SC FISICA SANITARIA

Direttore: Dott. Michele Stasi

Largo Turati, 62 Torino

Telefono: 011/508.2542

e-mail: mstasi@mauriziano.it

NORME DI SICUREZZA PER L'UTILIZZO DELL'APPARECCHIATURA LASER

- 1) Mettere in funzione l'apparecchiatura solo dopo che il laser sia stato correttamente direzionato verso il paziente ed evitare sempre accensioni non necessarie dell'apparecchiatura
- 2) Evitare sempre la visione diretta del raggio laser e di direzionare il raggio laser ad altezza occhi
- 3) TUTTI gli operatori presenti in Sala Operatoria devono indossare sempre gli occhiali protettivi secondo le indicazioni dell'A.S.L.
- 4) Disinserire le chiavi del blocco comandi dopo ogni sessione di lavoro e comunque quando non ci sia continuità con i trattamenti successivi.
- 5) Il dispositivo luminoso di avvertimento esterno, quando presente, deve rimanere acceso durante i trattamenti.
- 6) Non consentire l'accesso a visitatori e accompagnatori.
- 7) Evitare con cura le riflessioni non controllate ed accidentali (es. durante l'uso di strumenti chirurgici e/o non indossare orologi, bracciali, catenine).
- 8) Coprire con teli di materiale ignifugo o inumiditi tutte le superfici riflettenti presenti in sala operatoria
- 9) Spugne, garze e tamponi posti accanto al campo operatorio devono essere imbevuti di soluzione salina o acqua sterile.
- 10) La zona del lenzuolo intorno al campo operatorio deve essere mantenuta umida con soluzione salina o acqua sterile.
- 11) Non utilizzare gas anestetici infiammabili nelle immediate vicinanze del sistema.
- 12) Durante la terapia non devono essere presenti telefoni mobili né persone con pacemaker in prossimità del laser.
- 13) Le pulizie dei locali devono essere effettuate a laser spento.
- 14) Non rimuovere né modificare i dispositivi di protezione e la segnaletica.
- 15) Non compiere manovre non di propria competenza che possano compromettere la sicurezza.
- 16) Comunicare qualsiasi malfunzionamento accertato o presunto dell'apparecchiatura, ivi compresa la presenza di elettricità statica all'Addetto alla Sicurezza Laser.
- 17) Comunicare tempestivamente ogni incidente o situazione di pericolo all'Addetto alla Sicurezza Laser.
- 18) Non compiere operazioni, ivi compresa la semplice pulizia delle sorgenti, che non siano state preventivamente autorizzate dall'Addetto Sicurezza Laser (A.S.L.).